

Secretaria Executiva Administrativo-Financeira - SEAFI

Of. nº. 0197/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 23 de janeiro de 2024.

Ilmº. Sr. (a)

Ciríaco Barbosa Damasceno Neto

Pregoeiro (a) da Procuradoria Geral do Estado

Centro Administrativo Bárbara de Alencar

Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz


60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20231151

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.S^a, formulada por meio de e-mail da Central de Licitações encaminho anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20231151.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro

5, 6, 10, 13, 14 (D)

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
05	1047847	PINÇA DISSECÇÃO VASCULAR POTTS-SMITH, 18CM DE COMPRIMENTO. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

EMPRESA: Medical Life Comércio de Produtos Hospitalares LTDA

MARCA: 6B

REFERÊNCIA: PM095.505.180

FABRICANTE: QUAYUM & ELAHISONS PVT.LTD

REGISTRO MS: 81563630070

LOTE: Q2207-13

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra apresentada não corresponde ao descritivo no que diz respeito a " POTTS-SMITH".

CONCLUSÃO

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Juliana Gonçalves Juca
CRM: 7277 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Data: 12 / 01 / 24

Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2781 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
06	1047867	PINÇA ADSON COM SERRILHA 15 CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

EMPRESA: Medical Life Comércio de Produtos Hospitalares LTDA

MARCA: BSZ

REFERÊNCIA: PM006.005.00

FABRICANTE: BSZ SURGICO

REGISTRO MS: 81179740004

LOTE: Q2112-12

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.


A amostra apresentou corrosão na primeira esterilização, não satisfazendo ao nosso uso.

CONCLUSÃO

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirúrgia Cardiovascular - HM

Data: 12/01/24

Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
10	1048129	AFASTADOR ANKENEY 17CM x 13CM x 05CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

EMPRESA: Medical Life Comércio de Produtos Hospitalares LTDA

MARCA: 6B

REFERÊNCIA:

FABRICANTE: B.A.K INDUSTRY

REGISTRO MS: 81563630041

LOTE: B-237

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra apresentou tamanhos divergentes do solicitado:

Solicitado: 17cm x 13cm x 05cm



Amostra: 23cm x 20cm x 8,5cm

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Data: 12/08/24

Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes



 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 3151/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
--	--

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
X			Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

Acyone Maria da Silva
 COREN-CE 271283 - ENF

[Handwritten signature]
 Licia Silva
 COREN - CE 488.451

Licia Silva
 COREN - CE 488.451



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE




DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 12 de 01 de 2024.

ASSINATURAS + CARIMBOS DOS PARECERISTAS


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.
Dr. Fabiano Concursos Juca
CRM: 7272 - MAT: 40311711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardíaca - IM


Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
45	12/01/2024	11H	11:30	PARECER TÉCNICO



2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 2023/1151; ITENS 05, 06 E 09; EMPRESA: MEDICAL LIFE; OF.: 5385/2023.

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
<p>Às 11h do dia 12/01/2024, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, reuniram-se os Srs.(as) Bruna Lopes Lima e Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao PE 2023/1151; ITENS 05, 06 E 09; EMPRESA: MEDICAL LIFE; OF.: 5385/2023. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo.</p> <p>Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação.</p> <p>Deu-se por encerrada a reunião às 11:30h e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.</p>

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Cirurgia Cardíaca	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
13	1047762	PORTA AGULHAS COM WIDIA 18(+/-1)CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DEFABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: PANORAMA

MARCA: WELDON

REFERÊNCIA: WS-125-020-8

FABRICANTE: WELDON

REGISTRO MS: 0150470448

LOTE: 25-102965

VALIDADE: INDETERMINADA

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.



Material muito rígido a abertura, ergonomicamente desfavorável ao uso.

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
 Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes	 Data: 12/01/24

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 40331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
14	1047782	PORTA AGULHAS COM WIDIA 22(+/-1)CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: PANORAMA

MARCA: WELDON

REFERÊNCIA: WS-125-021-8

FABRICANTE: WELDON

REGISTRO MS: 10150470448

LOTE: 25-88569-20

VALIDADE: INDETERMINADO

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

Material muito rígido a abertura, ergonomicamente desfavorável ao uso.

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Taffano Gonçalves Juca
CRM 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cardiovascular - HM

Data: 12/05/24

Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Cardiologista
RQE 28.1/CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes



PARECER TÉCNICO Nº 3153/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023
PROCESSO Nº 03550704/2023
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
X			Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				


 Emannelly Arruda Braga
 Enfermeira
 COREN-CE 419.000


 Licia Silva
 Enfermeira
 COREN-CE 488.821


 Alcyone
 COREN-CE 372273-Enf



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE





DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 12 de 01 de 2024.

ASSINATURAS + CARIMBOS DOS PARECERISTAS


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7472 - MAT: 40331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM


Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
44	12/01/2024	11H	11:30	PARECER TÉCNICO



2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 2023/1151; ITENS 13 E 14; EMPRESA: PANORAMA; OF.: 5385/2023.

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
<p>Às 11h do dia 12/01/2024, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, reuniram-se os Srs.(as) Bruna Lopes Lima e Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao PE 2023/1151; ITENS 13 E 14; EMPRESA: PANORAMA; OF.: 5385/2023.</p> <p>Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo.</p> <p>Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação.</p> <p>Deu-se por encerrada a reunião às 11:30h e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.</p>

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Cirurgia Cardíaca	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
XXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX