



Secretaria Executiva Administrativo-Financeira - SEAFI

Of. nº. 5617/2023-SEAFI

Fortaleza-CE, 22 de dezembro de 2023.


Ilm^o. Sr. (a)
Ciriaco Barbosa Damasceno Neto
Pregoeiro (a) da Procuradoria Geral do Estado
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20231151

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.S^a, formulada por meio de e-mail da Central de Licitações encaminho anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20231151.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro


28/12/23
15:34

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará


Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023 5617
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023			
Item	Código	Quant.	Especificação
02	7207510	560	CUBA RIM 25CM X 12CM X 04CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.
Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
Marca: GOLGRAN		Referência: 186-2 26 X 12CM	
Fabricante: GOLGRAN		Registro da Anvisa: ISENTO	
LOTE:		VAL.:	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.			
CONCLUSÃO			
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL	
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)			
Profissional avaliador		Assinatura e carimbo	
			

Data: 18 / 12 / 2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
03	821206	439	TESOURA MAYO STILLE CURVA 14CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Marca: GOLGRAN
Referência: 182-30 - 15CM
Fabricante: GOLGRAN
Registro da Anvisa: 10401310114
LOTE:
VAL.:
OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.


CONCLUSÃO
 FAVORÁVEL

 DESFAVORÁVEL


PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


 Dr. André Nunes
 CRM: 1721
 C.R.C. 10398
 CIRURGIA DENTISTIVA / RQE 10973

 Data: 18 / 12 / 2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
07	1048044	64	TESOURA POTTS SMITH 45° 18CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Marca: GOLGRAN
Referência: 182-53 - 19CM
Fabricante: GOLGRAN
Registro da Anvisa: 10401310114
LOTE:
VAL.:
OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.


CONCLUSÃO
 FAVORÁVEL

 DESFAVORÁVEL


PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


DR. André Torres
 CREMÉC 15721 / RQE 1098
 CIRURGIÃO G.I.P.A. / RQE 1098
 CIRURGIÃO GINECOLÓGICO / RQE 10973

 Data: 18 / 12 / 2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
08	1048064	88	TESOURA BOYD, 18CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO;QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca: AD

Referência: 20.13.107.00 - 19CM

Fabricante: AD

Registro da Anvisa:80476380011

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO


FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL


PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


Dr. Adress Nunes
 CR.MED. 1721
 CIRURGIÃO GERAL / RQE 10098
 CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973

Data: 18 / 12 / 2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº:5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
12	1047752	372	PORTA AGULHAS MAYO HEGAR 18 (+/-1)CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Marca: GOLGRAN
Referência: 175-9
Fabricante: GOLGRAN
Registro da Anvisa: 0401310111
LOTE:
VAL.:
OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO
 FAVORÁVEL

 DESFAVORÁVEL


PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Dr. André Nunes
 CREMEC 1777
 CIRURGIÁ GERAL / RQE 13098
 CIRURGIÁ DIGESTIVA / RQE 10973

 Data: 18 / 12 / 2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
15	1048054	60	TESOURA POTTS SMITH 60° 18(+/-1) CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca: GOLGRAN

Referência: 182-54 - 19CM

Fabricante: GOLGRAN

Registro da Anvisa: 10401310114

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO


FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL


PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


Dr. Amílcar Nunes
 CRM 15721
 RQE 1091
 CIRURGIÃO DENTISTA

Data: 18 / 12 / 2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
16	1048094	413	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 13(+/-1)CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca: GOLGRAN

Referência: 139-73 - 12CM

Fabricante: GOLGRAN

Registro da Anvisa: 10401310111

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL


PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


Dr. André Nunes
 CRM 13723
 CIRURGIA GERAL / RQE 0298
 CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 1973

Data: 18 / 12 / 2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
17	1089424	257	TESOURA MAYO STILLE RETA 14(+/-1)CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.


Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	
Marca: GOLGRAN	Referência: 182-35 - 15CM
Fabricante: GOLGRAN	Registro da Anvisa: 10401310114
LOTE:	VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES
<p>A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.</p>

CONCLUSÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL	<input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Data: 18/12/2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3150/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
18	1090058	335	PINÇA KELLY CURVA 14 (+/-1)CM. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Marca: GOLGRAN

Referência: 139-93

Fabricante: GOLGRAN

Registro da Anvisa: 10401310111

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO


FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo



 Dr. André Nunes
 CRM Nº 1372
 C.R.C. Nº 10958
 CIRURGIA GERAL / RBE 10973
 CIRURGIA DIGESTIVA / RBE 10973

Data: 18 / 12 / 2023

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 18 de DEZEMBRO de 2023.


Dr. André Nunes
CREMÉC 19721
CIRURGIA GERAL / RQE 10098
CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE REUNIÃO
DIRETORIA TÉCNICA - HGF

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
73	18 DE dezembro de 2023	10:00h	11:30h	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO

Análise da amostra referente ao PE Nº 2023/1151 – ITENS 2,3,7,8,12,15,16,17 e 18- EMPRESA RGN INSTRUMENTOS

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO

Informamos que no dia 18/12/2023 às 10h no Hospital Geral de Fortaleza do HGF, esteve presente o profissional Dr. André Nunes a fim de emitir parecer técnico referente ao PE Nº2023/1151, junto à empresa RGN INSTRUMENTOS.

Uma vez realizada a análise da amostra, foi emitido parecer técnico para os itens, o qual é parte integrante desta ata como anexo.

Deu-se por encerrada a avaliação às 11:30h e, para constar, eu, Tatiana de Sousa Dias, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
ANDRÉ NUNES BENEVIDES	CIRURGIA GERAL	Dr. André Nunes CREMEC 13721 CIRURGIA GERAL / RQE 10098 CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973
Tatiana de Sousa Dias	Coordenação Técnica	Tatiana

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE REUNIÃO
DIRETORIA TÉCNICA - HGF

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
-	-	-
-	-	-

Dr. André Nunes
CRM 13721
CIRURGIÃO GERAL / RQE 10998
CIRURGIÃO DIGESTIVO / RQE 10973

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021


A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
X			Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3149/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant	Especificação
04	1047837	97	PINÇA DISSECÇÃO VASCULAR POTTS-SMITH, 20 CM DE COMPRIMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: MED ODONTO
Marca: 6B INVENT
Referência: PM095.505.210
Fabricante:
Registro da Anvisa: 81563630070
LOTE:
VAL.:
OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO
 FAVORÁVEL

 DESFAVORÁVEL


PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Dr. André Nunes
 CRM 11721
 CIRURGIA GERAL / RQE 10928
 CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10975

 Data: 18/12/2023

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3149/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023

Item	Código	Quant.	Especificação
9	1048119	20	AFASTADOR FINOCHIETTO ADULTO 45mm x 55mm x 170mm x 230mm. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.

Empresa: MED ODONTO

Marca: 6B INVENT

Referência: PM006.035.230

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81563630070

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO


FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


Dr. Anacleto Menezes
 CRM: 19423
 CIRURGIA GERAL / RQE 0928
 CIRURGIA DENTÁRIA / RQE 10975

Data: 18 / 12 / 2023

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 18 de DEZEMBRO de 2023.


Dr. André Nunes
CRM/CE 1372
CIRURGIA GERAL / RQE 10098
CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE REUNIÃO
DIRETORIA TÉCNICA - HGF

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
75	18 de dezembro de 2023	10:00h	11:30h	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE Nº 2023/1151 – ITENS 04 e 09 - EMPRESA MED ODONTO

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
<p>Informamos que no dia 18/12/2023 às 10h no Hospital Geral de Fortaleza do HGF, esteve presente o profissional Dr. André Nunes a fim de emitir parecer técnico referente ao PE Nº2023/1151, junto à empresa MED ODONTO.</p> <p>Uma vez realizada a análise da amostra, foi emitido parecer técnico para os itens, o qual é parte integrante desta ata como anexo.</p> <p>Deu-se por encerrada a avaliação às 11:30h e, para constar, eu, Tatiana de Sousa Dias, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.</p>

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
ANDRÉ NUNES BEUSULAIJS	CIRURGIA GERAL	Dr. André Nunes CREMIO 13721 CIRURGIA GERAL / RQE 10098 CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973
Tatiana de Sousa Dias	Unidade Técnica	Tatiana

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

**ATA DE REUNIÃO
DIRETORIA TÉCNICA - HGF**

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
-	-	-
-	-	-

Dr. André Nunes
CEARÁ
CRURGIA GERAL / RQE 20882
CRURGIA DIGESTIVA / RQE 11273

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021


A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
X			Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:


C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 3152/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1151/2023 PROCESSO Nº 03550704/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 5385/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA- OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 5385/2023			
Item	Código	Quant.	Especificação
11	1089832	139	CABO DE BISTURÍ LONGO 20CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. # ATENDER AS NORMAS ABNT: NBR 14175/1998 - NBR 13851/1997 - NBR 13916 de 07/1997.
Empresa: CIRURTECH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA			
Marca: 6B INVENT GERMANY		Referência: 6b-10-001 L	
Fabricante: B.A.K INDUSTRY - PAQUISTÃO		Registro da Anvisa: 81563630011	
LOTE:		VAL.:	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.	

CONCLUSÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVORÁVEL	<input type="checkbox"/> DESFAVORÁVEL
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Data: 18 / 12 / 2023

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 18 de DEZEMBRO de 2023.

Dr. André Nunes
CRM 10973
CIRURGIA GERAL / RQE 10998
CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE REUNIÃO
DIRETORIA TÉCNICA - HGF

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
74	18 DE dezembro de 2023	10:00h	11:30h	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE Nº 2023/1151 – ITEM 11- EMPRESA CIRURTECH

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
<p>Informamos que no dia 18/12/2023 às 10h no Hospital Geral de Fortaleza do HGF, esteve presente o profissional Dr. André Nunes a fim de emitir parecer técnico referente ao PE Nº2023/1151, junto à empresa CIRURTECH.</p> <p>Uma vez realizada a análise da amostra, foi emitido parecer técnico para os itens, o qual é parte integrante desta ata como anexo.</p> <p>Deu-se por encerrada a avaliação às 11:30h e, para constar, eu, Tatiana de Sousa Dias, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.</p>

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
ANDRÉ NUNES BENEVIDES	CIRURGIA GERAL	Dr. André Nunes CREMEC 13721 CIRURGIA GERAL / RQE 10098 CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10973
Tatiana de Sousa Dias	Reinoqo Técnica	Tatiana

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

**ATA DE REUNIÃO
DIRETORIA TÉCNICA - HGF**

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
-	-	-
-	-	-


Dr. André Nunes
CREMIL 1321
CIRURGIA GERAL / RQE 10058
CIRURGIA DIGESTIVA / RQE 10573

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
X			Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				