

PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA - 10.263.825/0001-52
EDITAL Nº 20230015 - VIPROC Nº 10011003430202311

LISTA DE ITENS – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Grupos de itens			
Grupo	Identificador	Justificativa	
1	BANHO ULTRASSÔNICO	A disposição dos itens, de naturezas semelhantes, agrupados em lotes atende ao princípio da legalidade, pois o próprio Tribunal de Contas da União-TCU reconhece tal prática em processos licitatórios.	
Item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade
1	1768524 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO, BANHO ULTRASSONICO, TANQUE DE LIMPEZA ACO INOX RESISTENTE A CAVITACAO, CAPACIDADE 2,75 LITROS, FREQUENCIA 37KHZ, POTENCIA EFETIVA 80W, PICO MAXIMO 320W, TENSAO 220 240V, 50 60HZ, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: Banho ultrassônico - 2,75 litros	CAIXA 1.0 UNIDADE	4,00
2	1768534 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO, BANHO ULTRASSONICO, TANQUE DE LIMPEZA ACO INOX RESISTENTE A CAVITACAO, CAPACIDADE 5,75 LITROS, FREQUENCIA 37KHZ, POTENCIA EFETIVA 150W, PICO MAXIMO 600W, TENSAO 220 240V, 50 60HZ, CAIXA 1.0 UNIDADE - OBS: Banho ultrassônico - 5,75 litros	CAIXA 1.0 UNIDADE	1,00