



Of. nº.1058/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 29 de Abril de 2024

Ilmº. Sr. (a)
Raimundo Vieira Coutinho.
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20231364

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20231364.

Atenciosamente,


Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

3
21 7/12/23
8
9
10
Desf.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 0284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231364 PROCESSO Nº 02291330/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0555/2024 DATA:26/04/2024
---	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0555/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
07	1300043	1.120	SONDA URETRAL Nº 16 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA Sonda FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA Sonda) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMPA ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA

Empresa: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

Marca: BIOBASE

Referência:

Fabricante: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL

Registro da Anvisa: 80212340035


CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(x) DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emannuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Danielly dos Santos Rodrigues COREN-CE 634.672-ENF ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	

PROPOSTA ADEQUADA

Proposta 190921

Cliente: 57196-SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDIO HOSPITALAR COM EQIP. COMODA
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA
CEP: 60060-440 - FORTALEZA/CE

Pregão: 20231364-COSUP

Dt Abert: 06/11/2023 Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 06/11/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, COM EQUIPAMENTO EM COMODATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
07	SONDA URETRAL N° 16 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA Sonda FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA Sonda) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMP ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.	BIOBASE	1120	UND	0,63000	705,60

Total Global:
SETECENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

R\$ Global 705,60

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 20231364-COSUP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N° 181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

JOSE RUFINO DA SILVA
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por
JOSE RUFINO DA SILVA

NETO:45669163320

Dados: 2024.02.02 10:28:42 -03'00'

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
JOSE RUFINO DA SILVA NETO
CPF: 456.691.633-20



Paula Morgana Peixoto Lourenco <morgana.lourenco@saude.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DO ENVIO DA AMOSTRA PE 20231364 ITEM 7 empresa PROHOSPITAL

1 mensagem

propostas.mmh@saude.ce.gov.br <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

10 de abril de 2024 às 13:33

Para: prohospital@prohospital.com.br

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20231364 ITEM 7 empresa PROHOSPITAL, para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

Atenciosamente,

Parecer Técnico - MMH
COPLA/SESA

Fone (85) 3101-5197

email: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema

CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE

Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 0263/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231364 PROCESSO Nº 02291330/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0512/2024 DATA: 26/04/2024
---	---


ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0512/2024			
Item	Código	Quant.	Especificação
12	1021184	287	SUPORTE COM 4 RODÍZIOS, EM METAL POLIDO E PINTADO, COMPATÍVEL COM FRASCO DE FLUIDOS ORGÂNICOS DE 3 LITROS, BORDA DO SUPORTE COM ALTURA SUFICIENTE PARA GARANTIR ESTABILIDADE DO FRASCO. MARCA OU ETIQUETA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
13	1021174	347	SUPORTE COM 4 RODÍZIOS, EM METAL POLIDO E PINTADO, COMPATÍVEL COM FRASCO DE FLUIDOS ORGÂNICOS DE 5 LITROS, BORDA DO SUPORTE COM ALTURA SUFICIENTE PARA GARANTIR ESTABILIDADE DO FRASCO. MARCA OU ETIQUETA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: ENFERMED	
Marca: PROTEC	Referência:
Fabricante:	Registro da Anvisa: ISENT0

CONCLUSÃO	
() FAVORÁVEL	(x) DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emanuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Danielly dos Santos Rodrigues COREN-CE 634.672-ENF ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Lícia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

PROPOSTA COMERCIAL

A
SECRETARIA DA SAÚDE (SESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231364 – SESA/COSUP
PROCESSO Nº 02291330/2023
UASG: 943001
NÚMERO COMPRASNET: 13642023

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Razão Social: **ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 03.967.966/0001-90
Endereço: Av. da Saúde, 2967, Passaré, Fortaleza, Ceará - CEP 60861-330
Representante Legal: **TIBÉRIO CAVALCANTE CARVALHO**, brasileiro, casado, CPF. 211.849.173-53 e RG: 99002250909 – SSP-CE.
Fones: (85) 3289-3166, (85) 9 9948-0455, (85) 3295-2328. E-mail: licitacao@enfermed.net.br; contato@enfermed.net.br
Responsável Técnico pela Enfermed: **MARIA MICHELE DE FREITAS**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 237 - Bradesco / Agência 2194-6 / Conta Corrente 23490-7
Banco: 001 - Banco do Brasil / Agência 2937-8 / Conta Corrente 110463-2

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 120 dias, contados da data de sua emissão.

Entrega em até 10 dias a contar da data de recebimento do empenho.

O objeto contratual terá a garantia de 12 (doze) meses.

O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, com equipamento em comodato, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA COMERCIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO	ANVISA	MARCA / FABRICANTE / PROCEDÊNCIA	QTD	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
12	SUPOORTE COM 4 RODÍZIOS, EM METAL POLIDO E PINTADO, COMPATÍVEL COM FRASCO DE FLUIDOS ORGÂNICOS DE 3 LITROS, BORDA DO SUPORTE COM ALTURA SUFICIENTE PARA GARANTIR ESTABILIDADE DO FRASCO. MARCA OU ETIQUETA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.	80435140007	PROTEC / PROTEC / NACIONAL	287	UNID	R\$ 170,80	R\$ 49.019,60	QUARENTA E NOVE MIL E DEZENOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS
13	SUPOORTE COM 4 RODÍZIOS, EM METAL POLIDO E PINTADO, COMPATÍVEL COM FRASCO DE FLUIDOS ORGÂNICOS DE 6 LITROS, BORDA DO SUPORTE COM ALTURA SUFICIENTE PARA GARANTIR ESTABILIDADE DO FRASCO. MARCA OU ETIQUETA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.	80435140007	PROTEC / PROTEC / NACIONAL	347	UNID	R\$ 178,30	R\$ 61.870,10	SESENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 110.889,70	CENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

DECLARAÇÕES:

- * Declaramos responder por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.
- * Declaramos que nos comprometemos a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações do Licitante, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.
- * Declaramos, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezoiséis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- * Declaramos ciência e responsabilidade de todas as condições, exigências e termos presentes no Termo de Referência do Edital e pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal e/ou trabalhista. Declaro, ainda, a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da lei.
- * Declaramos que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- * Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
- * Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.
- * Declaramos para os devidos fins que como licitante observará e, eventualmente contratada observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:
 - a) "prática corrupta" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
 - b) "prática fraudulenta" a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
 - c) "prática colusiva" esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
 - d) "prática coercitiva" causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou atelar a execução do contrato;
 - e) "prática obstrutiva"
 - (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
 - (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inefetiva, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
- III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante vencedora, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Fortaleza, terça-feira, 30 de janeiro de 2024


ENFERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Tibério Cavalcante Carvalho
Administrador
R.G. 99002250909 SSP-CE - CPF 211.849.173-53



Paula Morgana Peixoto Lourenco <morgana.lourenco@saude.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DO ENVIO DA AMOSTRA PE 20231364 ITENS 12 e 13 empresa ENFERMED

1 mensagem

propostas.mmh@saude.ce.gov.br <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>
Para: licitacao@enfermed.net.br, contato@enfermed.net.br

10 de abril de 2024 às 13:24

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20231364 ITENS 12 e 13 empresa ENFERMED, para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

--

Atenciosamente,

Parecer Técnico - MMH
COPLA/SESA

Fone: (85) 3101-5197
email: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema
CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123

www.saude.ce.gov.br

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0512/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
02	1300178	7.030	SONDA URETRAL Nº 04 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA Sonda FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA Sonda) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMPA ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: CALLMED

Marca: MEDIX

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa:

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(x) DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmnh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0512/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
03	1300188	24.425	SONDA URETRAL Nº 06 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE

HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA SONDA NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA SONDA FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA SONDA) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMPA ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: CALLMED

Marca: MEDIX

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa:

CONCLUSÃO

☐ FAVORÁVEL

☒ DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmnh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0512/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
08	1300053	870	SONDA URETRAL Nº 18 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA SONDA NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA SONDA FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA SONDA) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMPA ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS

CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: CALLMED

Marca: MEDIX

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa:

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(x) DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. **4.2. DAS AMOSTRAS:** 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0512/2024


Item	Código	Quant.	Especificação
09	1300073	448	SONDA URETRAL Nº 20 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E 02 ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA Sonda FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA Sonda) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMP ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 0262/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231364 PROCESSO Nº 02291330/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0512/2024 DATA: 25/04/2024
---	--

Empresa: CALLMED	
Marca: MEDIX	Referência:
Fabricante:	Registro da Anvisa:
CONCLUSÃO	
() FAVORÁVEL	(x) DESFAVORÁVEL
Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0512/2024			
Item	Código	Quant.	Especificação
10	1300063	450	SONDA URETRAL Nº 22 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA Sonda FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA Sonda) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMPA ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: CALLMED			
Marca: MEDIX		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa:	

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 0262/2024
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231364
	PROCESSO Nº 02291330/2023
	OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0512/2024
DATA: 25/04/2024	

CONCLUSÃO	
() FAVORÁVEL	(x) DESFAVORÁVEL
Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	
Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emannuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Danielly dos Santos Rodrigues COREN-CE 634.672-ENF ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Lícia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

PROPOSTA ADEQUADA

Cliente: 69375-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Proposta: 1907
Referente: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Endereço: AVENIDA DOUTOR JOSE MARTINS RODRIGUES, 150 - EDS
 CEP: 60811-520 - FORTALEZA/CE

Pregão: 1364/2023
Dt Abert: 06/11/2023
Dt Fecha: 31/01/2024 15:04:09
Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO
Data Doc: 06/11/2023

Licitante: CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA CNPJ: 05.106.015/0001-52 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.666963-4 Rua
 Herbene, 471 - Messejana - CEP: 60.842-120 - Fortaleza.CE
 REPRESENTANTE LEGAL: Lorena Araújo de Andrade, Casada, Representante, RG N°: 2001010201202 SSP CE, CPF N°
 002.787.923-24, residente a Rua Joaquim Manuel de Macedo, 2197-A - João XXIII - Fortaleza-CE.
 - Representante. E-MAIL: licitacao@callmedce.com.br BANCO PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AGENCIA 3456-8 - N°
 DA CONTA: 46496-1 BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1369-2 - N° DA CONTA: 14210-7

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE LICITAÇÃO

Item	Descrição	Marca/Fab.	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
2 00	SONDA URETRAL N° 04 FR - PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda NA URETRA SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL, PONTA DA Sonda FECHADA E ATRAUMÁTICA, PONTA PROXIMAL COM CONECTOR (FIXO NA Sonda) COMPATÍVEL COM BICO LUER E COM TAMPA ACOPLADA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. R\$ Unit Item: CINQUENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	MEDIX	7030	UND	0,5052	3.551,56
3 00	SONDA URETRAL N° 06 FR R\$ Unit Item: CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: DOZE MIL SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS	MEDIX	24425	UND	0,5160	12.603,30
8 00	SONDA URETRAL N° 18 FR R\$ Unit Item: SESSENTA CENTAVOS R\$ Total Item: QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	MEDIX	870	UND	0,6020	523,74
9 00	SONDA URETRAL N° 20 FR R\$ Unit Item: SESSENTA E SETE CENTAVOS R\$ Total Item: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS	MEDIX	448	UND	0,6660	298,37
10 00	SONDA URETRAL N° 22 FR R\$ Unit Item: SETENTA CENTAVOS R\$ Total Item: TREZENTOS E CATORZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	MEDIX	450	UND	0,6987	314,42

Total Global:**R\$ Global****17.291,39****DEZESSETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NESTA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, BEM COMO TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, FRETES E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE A PRESENTE PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM TODOS OS PRECEITOS LEGAIS E REGULAMENTARES EM VIGOR.

DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS COM AS CLÁUSULAS DISPOSTAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, REFERENTES À PRESENTE AQUISIÇÃO.

Senhores fornecedor, informamos que para fins de execução contratual, os empenhos e documentos equivalente (como Ordens de Fornecimento / Autorização de Fornecimento / etc) deve ser enviados para o e-mail: **CONTRATOSPUBLICOS@CALLMEDCE.COM.BR**

RODRIGO Assinado de forma
DIAS:2542 digital por RODRIGO
DIAS:25424531873
4531873 Dados: 2024.01.31
15:07:54 -03'00'

Validade da Proposta: 90
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Condição de Pagamento 30 DIAS

CALLMED COMÉRCIO DE MED E REP LTDA**RODRIGO DIAS****CPF: 038.960.670-79**



Paula Morgana Peixoto Lourenco <morgana.lourenco@saude.ce.gov.br>

SOLICITAÇÃO DO ENVIO DA AMOSTRA PE 20231364 ITENS 2,3,8,9,10 EMPRESA CALLMED

1 mensagem

propostas.mmh@saude.ce.gov.br <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

9 de abril de 2024 às 16:21

Para: licitacao@callmedce.com.br

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20231364 ITENS 2,3,8,9,10 EMPRESA CALLMED, para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

--

Atenciosamente.

Parecer Técnico - MMH
COPLA/SESAFone: (85) 3101-5197
email: propostas.mmh@saude.ce.gov.br**Secretaria da Saúde do**
Estado do CearáAv. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema
CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123

www.saude.ce.gov.br

