

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01517/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Tela Teraftalato Polietileno Impregnada C/Silicone , Espessura: 0,4 MM, Comprimento: 4 CM, Largura: 6 CM, Aplicação: Microporosa, Biocompatível E Bioestável , Características Adicionais: Impermeável,Antiaderente,Flexível,Resistente , Tipo: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235 **Quantidade Mínima Cotada:** 235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.155,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (235)

2 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Composição: Tela Teraftalato Polietileno Impregnada C/Silicone, Espessura: 0,4 MM, Comprimento: 4 CM, Largura: 6 CM, Aplicação: Microporosa, Biocompatível E Bioestável, Características Adicionais: Impermeável,Antiaderente,Flexível,Resistente, Tipo: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.040,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (90)

3 - Manipulador uterino

Descrição Detalhada: Tipo: Descartável, Tipo Sistema: Sistema De Haste Rotatório P/ Anteversão De 130°, Características Adicionais: Retroversão De 90°, Componentes: C/Dilatador De Canal Cervical,Ponte De Suporte, Tamanho: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (230)

4 - Curativo cutâneo

Descrição Detalhada: Componente 1: C/ Almofada Fibra Sintética, Componente 2: Base Adesiva, Dimensão: Cerca De 10 X 12,5 CM, Apresentação: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

5 - Manipulador uterino

Descrição Detalhada: Tipo: Descartável,Estéril,Retrator-Elevador,Tubo Em Abs,, Tipo Sistema: Canal Interno P/Contraste 48cm X 0,5 Mm,, Características Adicionais: Cúpula Vaginal Regulável E Conexões Luer Lock,, Componentes: Balão Piloto Insuflador Em Pvc Na Ponta, Outros Componentes: Capacidade Máxima 10cm³ Mínima 0,7cm³, Modelo: Tipo Cone, 14,7 Cm³ De Volume P/Elevação Do Colo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.424,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (45)