

29/01/2023

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA EMPRESA FERRARI MEDICAL EM RELAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231697 - SESA.

A Empresa FERRARI MEDICAL a vem apresentar o seguinte ESCLARECIMENTO referente ao Pregão Eletrônico nº 20231583 SESA/CE:

"Ao

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – SECRETARIA DA SAÚDE

A/c: Setor de compras e licitações e demais interessados

Ref.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS/ FLEXIBILIZAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO No 20231697 – SESA/COEXE PROCESSO No 06147625/2023 UASG: 943001 NÚMERO COMPRASNET: 1697/2023

A empresa FERRARI MEDICAL LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 00.593.614/0001-24, sediada a Rua Dr. Luís Rocha Miranda, n 556, bairro Jabaquara, São Paulo - SP, representada por Jonas Cesar Ferrari, CPF: 047.479.308-76 que subscreve o presente documento, vem por meio deste, solicitar com fulcro nos dispositivos legais pertinentes, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria apresentar o:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E FLEXIBILIZAÇÃO DE EDITAL

Com base nos motivos a seguir:

Nossa empresa, interessada em participar do pregão supracitado de forma igualitária com as demais do mercado, percebeu no descritivo do item 01 do edital:

29/01/2023

FIBROBRONCOSCÓPIO

Equipamento de utilização clínica, composto por endoscópio flexível, fonte de luz, equipado com seus respectivos acessórios, para observação do trato respiratório. Aplicação básica: Equipamento destinado a procedimentos e observação do trato respiratório em pacientes acometidos de traumas, possibilitando o domínio da intubação difícil. Fibrobroncoscópio com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de no mínimo 3 a 50 mm, capacidades de angulação de no mínimo 180 graus para cima e 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de no mínimo 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura e desinfecção por Ácido Peracético. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz de no mínimo 175 W, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra óptica com conectores e 01 uma lâmpada reserva.

Ocorre que onde destacamos, é mencionada uma fonte de luz de “no mínimo 175w”, sendo que não é mencionada a característica técnica dessa potência (se seria uma lâmpada xênon, halógena, LED, vapor de mercúrio etc.).

*Sendo assim, inicialmente gostaríamos de **PEDIR ESCLARECIMENTOS** ao órgão sobre qual tipo de lâmpada se trata.*

*Reiterando nosso interesse em participar do certame, oferecendo o que existe de mais moderno e tecnológico, pedimos **FLEXIBILIZAÇÃO DE EDITAL** para ofertar nosso equipamento modelo E-50S da marca Innova Techinik que atende perfeitamente para a finalidade em questão (broncoscopia).*

*Nosso LED de alta intensidade gera uma luminosidade que vai além da necessária em procedimentos de broncoscopia flexível. Trata-se de um Led com potência similar a uma fonte de luz em xênon de 50w e com vida útil superior a 25.000 horas (sendo que todas as demais lâmpadas de diferentes tecnologias, possuem no máximo 500h de uso e possuem elevado valor de aquisição). Todos sabemos que a tecnologia LED é mais moderna e demanda menos manutenções e paradas técnicas para troca de lâmpada. **Enviamos junto do presente documento, um catálogo deste equipamento e pedimos que o mesmo seja apreciado tanto pela***

29/01/2023

engenharia clínica quanto pelos médicos responsáveis por acompanhar tal processo. Salientamos novamente se tratar de um equipamento mais modernos, com controle de intensidade de luz e todas as demais características que se fazem necessárias para atender perfeitamente ao procedimento a que se destina.

Nos dispomos ainda a enviar um equipamento desse para teste, sem qualquer ônus para o Governo, caso nossa empresa venha sagre-se vencedora do item.

Para melhor elucidação, cabe ainda reforçar que a anatomia do corpo humano no local onde ocorre a broncoscopia, compreende espaços curtos e estreitos, com tamanhos entre 12cm de comprimento e 2cm de diâmetro. Logo, qualquer fonte de luz com grande potência, seria subutilizada e a intensidade de luz em momento algum seria demanda em seu ápice de força, logo, uma fonte xênon de 175w por exemplo que é usada em cirurgias de grandes cavidades como vídeo laparoscopia abdominal, trabalharia com no máximo 30 a 40% de sua capacidade. Sem contar ainda que, uma fonte muito forte para broncoscopia pode gerar o chamado "estouro de luz" que gera reflexos, brilhos excessivos e conseqüentemente a piora em diagnósticos e procedimentos terapêuticos.

Sendo assim reforçamos por meio deste, o seguinte PEDIDO:

- 1 – Que o presente pedido seja acolhido tempestivamente e analisado com imparcialidade;*
- 2 - Que seja especificada qual tipo de fonte/lâmpada é requerida no item 01 do edital;*
- 3 - Que nos seja permitido, participar do certame com a fonte de luz, tipo LED, com potência equivalente a xênon 50w;*
- 4 – Que em caso de negativa para nossa demanda, o presente instrumento seja recebido com efeito de impugnação de edital, para que futuramente seja reformulada a especificação contendo maiores detalhes técnicos do produto solicitado, bem como um equipamento que seja compatível com o procedimento a que se destina.*

Desde já, agradecemos imensamente toda atenção na análise do mérito.

Atenciosamente,"

29/01/2023

RESPOSTA

1. QUANTO À FONTE DE LUZ (ITEM 1)

Informamos que, após análise, faz-se pertinente alterar o descritivo do item em epígrafe visando ampliar a participação de empresas no certame licitatório, visto que as referidas alterações não impactam na utilização do equipamento a ser adquirido. Logo, seguem alterações a serem realizadas no **ITEM 01:**

Onde se lê:

"fonte de luz de no mínimo 175 W"

Leia-se:

"fonte de luz Xenon de no mínimo 175 W e 500 horas de vida útil ou LED compatível com 50W e vida útil mínima 30.000 horas"

Elaborado por:



Charlon Teles Bezerra
Engenheiro/COPLA
CREA-CE 52160

Visto por:



Fredson Cunha Sá
Engenheiro/COPLA
CREA-CE 366188

Stephane Rocha Morais
Stephane Rocha Morais
Engenheira/COPLA
CREA-CE 367630