

Ao

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – SECRETARIA DA SAÚDE

A/c: Setor de compras e licitações e demais interessados

Ref.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS/ FLEXIBILIZAÇÃO DE EDITAL (flexibilização do comprimento de trabalho – onde pede-se 850mm, permissão para oferta de 842mm)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231697 – SESA/COEXE

PROCESSO Nº 06147625/2023

UASG: 943001

A empresa FERRARI MEDICAL LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 00.593.614/0001-24, sediada a Rua Dr. Luis Rocha Miranda, n 556, bairro Jabaquara, São Paulo - SP, representada por Jonas César Ferrari que subscreve o presente documento, vem por meio deste, solicitar com fulcro nos dispositivos legais pertinentes, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria apresentar o

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E FLEXIBILIZAÇÃO DE EDITAL

Com base nos motivos a seguir:

Nossa empresa, interessada em participar do pregão supracitado de forma igualitária com as demais do mercado, percebeu no descritivo do item 01 do edital:

“FIBROBRONCOSCÓPIO

Equipamento de utilização clínica, composto por endoscópio flexível, fonte de luz, equipado com seus respectivos acessórios, para observação do trato respiratório. Aplicação básica: Equipamento destinado a procedimentos e observação do trato respiratório em pacientes acometidos de traumas, possibilitando o domínio da intubação difícil. Fibrobroncoscópio com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de no mínimo 3 a 50 mm, capacidades de angulação de no mínimo 180 graus para cima e 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de no mínimo 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e

comprimento total de no mínimo 850 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura e desinfecção por Ácido Peracético. Devem acompanhar o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz xexon de no mínimo 175w 500 horas de vida útil ou led compatível com 50w e vida útil mínima 30.000 horas, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra óptica com conectores e 01 uma lâmpada reserva.”

Ocorre que onde destacamos, é mencionado o comprimento total do aparelho sendo de no mínimo 850mm, e no caso de nossa marca representada, o equipamento possui 842mm de comprimento total.

Sendo assim, inicialmente gostaríamos de **PEDIR FLEXIBILIZAÇÃO DO EDITAL** referente a tal exigência pelos motivos aduzidos abaixo:

Em um endoscópio flexível, o principal componente em termos de comprimento, seria o comprimento de trabalho (comprimento do tubo de inserção), pois este componente sim, será efetivamente utilizado na hora do exame/ procedimento no paciente.

FERRARI MEDICAL LTDA.

Rua Dr. Luís da Rocha Miranda 556 - CEP 04344-010 - Jabaquara - São Paulo - SP

Fone (11) 3205-6200 - Fax (11) 3205-6211

CNPJ: 00.593.614/0001-24

Inscrição Estadual: 114602203110

Esta diferença de 8cm em nada interfere no uso do aparelho pois trata-se de diferença na estrutura/ corpo de comando, não tendo qualquer relação que comprometa a qualidade do exame/ procedimento.

Como informado acima, o comprimento de trabalho efetivo que é solicitado pelo edital como sendo de 600mm, é integralmente atendido por nosso equipamento.

Manter a exatidão nessa medida de 850mm significa habilitar apenas uma marca para atendimento integral ao Edital. Aceitar nosso pedido seria como permitir uma margem de menos de 5% de diferença entre medidas, o que acreditamos ser irrisório para este tipo de especificação.

Enviamos junto do presente documento, um catálogo deste equipamento e pedimos que o mesmo seja apreciado tanto pela engenharia clínica quanto pelos médicos responsáveis por acompanhar tal processo.

Sendo assim reforçamos por meio deste, o seguinte PEDIDO:

1 – Que o presente pedido seja acolhido tempestivamente e analisado com imparcialidade;

2 - **Que seja aceito um equipamento com 842mm de comprimento total, onde pede-se 850mm no item 01 do edital;**

3 – que em caso de negativa para nossa demanda, o presente instrumento seja recebido com efeito de impugnação de edital, para que futuramente seja reformulada a especificação contendo maiores detalhes técnicos do produto solicitado, bem como um equipamento que seja compatível com o procedimento a que se destina.

Desde já, agradecemos imensamente toda atenção na análise do mérito.

Atenciosamente,

JONAS CESAR
FERRARI:04747930876

Assinado digitalmente por JONAS
CESAR FERRARI:04747930876
DN: cn=JONAS CESAR
FERRARI:04747930876, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=16696061000175,
email=vendas@ferrari-medical.com.br
Data: 2024.04.10 12:15:08 -03'00'

Ferrari Medical

CNPJ: 00.593.614/0001-24

São Paulo, 10 de Abril de 2024