

Of. nº.724/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 14 Março 2024


Ilm^a. Sr. (a)
Francisco José Machado de Oliveira
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20231845

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.S^a, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20231845

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0898/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
11	1068387	78.840	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA (COTA RESERVADA)

Empresa: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: BIOBASE

Lote: 6110

**Fabricante: BIOBASE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. - BRASIL**


Registro da Anvisa: 80212340017

CONCLUSÃO

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

Justificativa: A proposta atende. Após análise, constatamos que a proposta apresentou sonda tamanho nº 06 siliconizada em PVC transparente isento de látex, com orifícios na lateral e extremidade, possui Registro ANVISA vigente de acordo com as especificações do termo de referência do edital.

Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emannuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Aicyone Maria Nascimento da Silva ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 271273 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Licia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0898/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
12	1068397	334.544	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (AMPLA DISPUTA)

Empresa: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: BIOBASE

Lote: 6262

**Fabricante: BIOBASE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. - BRASIL**


Registro da Anvisa: 80212340033

CONCLUSÃO

☒ (X) FAVORÁVEL

☐ () DESFAVORÁVEL

Justificativa: A proposta atende. Após análise, constatamos que a proposta apresentou sonda tamanho nº 08 siliconizada em PVC transparente isento de látex, com orifícios na lateral e extremidade, possui Registro ANVISA vigente de acordo com as especificações do termo de referência do edital.

Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emannuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Alcyone Maria Nascimento da Silva ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 271273 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Licia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0952/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
21	752039	55	KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTON (BOTTON) Nº 22 + CONJUNTO DE EXTENSORES RESERVA (1 EXTENSOR PARA DIETA E 1 PARA MEDICAÇÃO) - A NÍVEL DA PELE, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM BALÃO EM SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, ENCHIMENTO DO BALÃO ATRAVÉS DE VÁLVULA, COM VÁLVULA ANTIREFLUXO. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS.1: DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE.

Empresa: GASTRO VISION

Marca: HTS

Referência: GT20F-N17L

Fabricante: BEIJING



Registro da Anvisa: 10289689028

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(x) DESFAVORÁVEL

Justificativa: A proposta não atende. Após análise, constatamos que o produto apresentado pela empresa possui 20FR, havendo divergência conforme especificação em que solicita 22FR. Descumprindo as exigências editalícias, conforme cláusulas: "14.8. Será desclassificada a proposta vencedora que: 14.8.7. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital".

Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emannuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Raimunda Antonila Campos Mota Pinheiro COREN-CE 47929 - ENF ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 47929 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Lícia Silva Teixeira ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Danielly dos Santos Rodrigues COREN-CE 634.672 - ENF ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Alcyone Maria Nascentes da Silva ENFERMEIRA COREN 271273 ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 271273 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras