

Of. nº.825/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 02 Março 2024


Ilmº. Sr. (a)
Francisco José Machado de Oliveira
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20231845

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20231845.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 0868/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
01	1323526	1.575	SONDA ESTOMACAL CURTA Nº 04 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
02	1323536	1.520	SONDA ESTOMACAL CURTA Nº 16 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
03	1323546	1.950	SONDA ESTOMACAL LONGA Nº 04 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP


04	1323610	3.125	SONDA ESTOMACAL LONGA Nº 06 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
05	1323630	6.850	SONDA ESTOMACAL LONGA Nº 12 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
06	1323640	5.725	SONDA ESTOMACAL LONGA Nº 14 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
07	1323650	10.470	SONDA ESTOMACAL LONGA Nº 18 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO

			CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
08	1323660	5.875	SONDA ESTOMACAL LONGA Nº 20 (NASOGÁSTRICA) - USO NA SONDAGEM GÁSTRICA; CONFECCIONADO EM PVC SILICONIZADO TRANSPARENTE, HIPOALERGÊNICO, MALEÁVEL E ISENTO DE LÁTEX; A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INSERÇÃO DA Sonda SEM ACOTOVELAR; COM ORIFÍCIOS POLIDOS (SEM REBARBAS) E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL DA PORÇÃO DISTAL; PONTA DISTAL DA Sonda ATRAUMÁTICA; PONTA PROXIMAL OU DE ENTRADA COM CONECTOR DE PVC MALEÁVEL (FIXO NA Sonda) COM COMPRIMENTO SUFICIENTE PARA ENCAIXES DO BICO LUER E DO CONECTOR EM ÁRVORE DE NATAL, TAMPA ACOPLADA AO CONECTOR. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
09	1068377	61.075	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA Sonda NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA Sonda. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
10	1068387	236.520	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA Sonda NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA Sonda. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA (AMPLA DISPUTA)
13	1068397	111.514	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA Sonda NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA Sonda. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)
14	1068400	181.841	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM

			PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (AMPLA DISPUTA)
15	1068400	60.613	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)
16	1068410	331.826	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA (AMPLA DISPUTA)
18	1068430	7.040	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP
19	1068470	975	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. EXCLUSIVO ME / EPP

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 0535/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023/1845 PROCESSO Nº 02291640/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0868/2024 DATA: 20/03/2024
--	--

Empresa: FOXPHARMA COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA.	
Marca: ITEM 1: BIOSANI ITEM 2: CIRÚRGICA FERNANDES ITENS: 3,4,5,6,7,8: BIOSANE	Referência:
Fabricante: ITEM 1: BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL. ITEM 2: NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD - CHINA REPÚBLICA POPULAR. ITENS: 3,4,5,6,7,8: BIOSANE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ITENS: 9,10,13,14,15,16,18,19 BIOBASE	Registro da Anvisa: ITEM 1: 80286000034 ITEM 2: 10150470536 ITENS: 3,4,5,6,7,8: 80212340034 ITENS: 9,10,13,14,15,16,18,19: 80212340033
CONCLUSÃO	
☒ (X) FAVORÁVEL	☐ () DESFAVORÁVEL
Justificativa: O item atende. Após análise das amostras, catálogo e registro ANVISA constatamos que as sondas estomacais são longas, possui os tamanhos de acordo com o solicitado, confeccionadas em PVC transparente, siliconizada, maleável, atóxico e apirogênico, conector fixo confeccionado em PVC flexível com tampa fixa, compatível com bico luer, estéril e com registro ANVISA vigente. Concluimos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência do edital. Os documentos seguem anexos. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

Elaborado por:  Paula Morgana Peixoto Lourenço ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	Elaborado por:  Emannuella Arruda Rangel ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras
Elaborado por:  Danielly dos Santos Rodrigues ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras	

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 0535/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023/1845 PROCESSO Nº 02291640/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0868/2024 DATA: 20/03/2024
--	---

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
		X	Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		x	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:
C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				


Danielly dos Santos Rodrigues
COREN-CE 634.672-ENF


Emanuella Arruda Rompel
Enfermeira
COREN-CE 479.044


Paulo Morgana
Enfermeiro
COREN-CE 520.189

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
243	27 de março de 2024	10h30h	11:00h	COPLA/SESA - Sala de Reunião

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE 20231845 itens 01 a 19 Empresa FOXPHARMA

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 15:00h do dia 26 de março de 2024, na sala de reuniões da COPLA/SESA, conforme divulgado no sistema Comprasgov de acordo com espelho em anexo, não compareceu nenhum interessado, prosseguindo a análise com as Enfermeiras, Danielly Rodrigues, Emanuella Rangel, Paula Morgana a fim de emitir parecer técnico referente ao PE 20231845 itens 01 a 19 Empresa FOXPHARMA. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2.2. do edital foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Deu-se por encerrada a reunião às 15:00H e, para constar, eu, Danielly Rodrigues, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Paula Morgana Peixoto Lourenço	COPLA/SESA	Paula Morgana Enfermeira COREN-CE 120.189
Danielly dos Santos Rodrigues	COPLA/SESA	
Emanuella Rangel	COPLA/SESA	Emanuella Rangel Enfermeira COREN-CE 473 070

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 0698/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231845 PROCESSO Nº 02291640/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 1048/2024 DATA: 27/04/2024
---	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1048/2024
--

Item	Código	Quant.	Especificação
20	1274800	2.160	SONDA URETRAL HIDROFÍLICA, 10 FR, EM POLIURETANO OU PVC MALEÁVEL, PRÉ LUBRIFICADA, PARA CATETERISMO INTERMITENTE FEMININO, ORIFÍCIOS POLIDOS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS DE FORMA LATERAL NA PORÇÃO DISTAL, EXTREMIDADE TERMINAL COM PONTA FECHADA E ATRAUMÁTICA. ESTÉRIL. EXCLUSIVO ME / EPP

Empresa: BRAZEN LTDA

Marca: MEDIX

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa:

CONCLUSÃO

☐ FAVORÁVEL

☒ DESFAVORÁVEL

Justificativa: Item não aceito. A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 4.2. DAS AMOSTRAS: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, no prazo de cinco (05) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (CECOM), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 4.2.1.1. É facultada a prorrogação do prazo acima estabelecido, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito pelo contratante. 4.2.2. Quando as amostras não forem entregues no prazo acima estabelecido, a licitante deverá enviar para o endereço eletrônico institucional (propostasmmh@gmail.com), o qual a amostra foi solicitada, o comprovante do envio (ex. código de rastreamento) referente ao envio da citada amostra.

Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por: 
 Paula Morgana Peixoto Lourenço
 ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 520189
 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por: 
 Emannela Arruda Rangel
 ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070
 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por: 
 Danielly dos Santos Rodrigues
 COREN-CE 634.672-ENF
 ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672
 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por: 
 Lícia Silva Teixeira
 ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884
 Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
			Registro do produto;	
		x	Declaração de Isenção do Registro;	
		x	Cadastro do produto;	
		x	Notificação simplificada;	
		x	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		x	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		x	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		x	Diligência realizada a empresa ?	
x			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO Nº 0698/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231845 PROCESSO Nº 02291640/2023 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 1048/2024 DATA: 27/04/2024
---	--

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				


 Danielly da Silva Rodrigues
 COREN-CE 684.672-ENF


 Licia Silva Teixeira
 Enfermeira
 COREN - CE 438.864


 Paula Morgana
 Enfermeira
 COREN-CE 920.189


 Inanucka Arruda Rangel
 Enfermeira
 COREN-CE 473 079



Paula Morgana Peixoto Lourenco <morgana.lourenco@saude.ce.gov.br>

URGENTE

ENVIO DA AMOSTRA E/OU RASTREAMENTO PE 20231845 ITEM 20 BRAZEN

1 mensagem

propostas.mmh@saude.ce.gov.br <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

20 de março de 2024 às 14:28

Para: "brazenltda@gmail.com" <brazenltda@gmail.com>, claudio@seniorlicitacoes.com.br

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE 20231845, ITEM 20 para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

Atenciosamente,

Parecer Técnico – MMH
COPLA/SESA

Fone: (85) 3101-5197
email: propostas.mmh@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema
CEP: 60060-440 | Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br