

1. Ciente.

2. Trata-se de questionamento interposto pela Empresa TECHSTERI - Tecnologia em esterilização, cito fl. 290;

Pergunta: Solicito esclarecimento, referente ao item 7 (sete) do edital, pois não é informado as medidas e dimensões (diâmetro e comprimento) da cerda para escova de limpeza indicada.

Descritivo conforme Edital publicado:

Item 03 - 653833 - ESCOVA DE LIMPEZA PARA COLONO, COM 2 CERDAS MACIAS E RESISTENTES NAS DUAS EXTREMIDADES, MEDINDO 2,2MM E 1,2MM A 3,0MM E HASTE COM 230 A 235CM DE COMPRIMENTO. INOX. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 20 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Resposta: Não há necessidade da medida e do diâmetro das cerdas para escova, considerando que a mesma deve ter a função de limpeza para o canal de aspiração dos gastroscópios e colonoscópios conforme o descritivo.

Elaborado por:

(assinatura digital)

Maria Juliana da Silva Guia Rodrigues - COREN 569806
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH

(assinatura digital)

Livia Farias Leitão - COREN 128311
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH

