

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	414627	LÂMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇOS SANGUÍNEO. LÂMINA DE VIDRO COM CANTOS RECORTADOS PRÓPRIAS PARA ESFREGAÇOS DE SANGUE, 26 X 76 mm, CAIXA 50 UNIDADES.(AMPLA DISPUTA). COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA
EMPRESA: Distribuidora Mundial de Produtos Hospitalares Ltda		
MARCA: OLEN		REFERÊNCIA: k5-7101
FABRICANTE:		REGISTRO DA ANVISA: isento
CONCLUSÃO		
☐ FAVORÁVEL		☒ DESAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado NÃO está em conformidade com as especificações do Termo de Referência tendo em vista que não possui os cantos recortados conforme especificado no descritivo do item.		

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
2	414627	LÂMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇOS SANGUÍNEO. LÂMINA DE VIDRO COM CANTOS RECORTADOS PRÓPRIAS PARA ESFREGAÇOS DE SANGUE, 26 X 76 mm, CAIXA 50 UNIDADES(COTA RESERVADA). COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA
EMPRESA: SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		
MARCA: GLOBAL		REFERÊNCIA:
FABRICANTE:		REGISTRO DA ANVISA:
CONCLUSÃO		
() FAVORÁVEL		(X) DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: FOI REALIZADA DILIGÊNCIA PARA ESCLARECER QUAL PRODUTO DO CATÁLOGO A PROPOSTA SE REFERIA. EMPRESA NÃO RESPONDEU.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
3	1804558	LÂMINA DE VIDRO, LISA, NÃO LAPIDADA, 26 X 76 MM, CAIXA 50.0 UNIDADES (AMPLA DISPUTA) COMPRASNET: UNIDADE = CAIXA
EMPRESA: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP		
MARCA: PRECISION		REFERÊNCIA: MODELO 7102
FABRICANTE: PRECISION		REGISTRO DA ANVISA: ISENTO
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos de acordo com os documentos analisados.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
4	662580	REAGENTE, LUGOL FORTE 5% PARA PARASITOLOGIA, FRASCO COM 500 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO(EXCLUSIVIDADE)
EMPRESA: SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		
MARCA: LABORCLIN		REFERÊNCIA: 620509
FABRICANTE: LABORCLIN		REGISTRO DA ANVISA: 10097010-156
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos, de acordo com os documentos analisados.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
5	716662	REAGENTE, HEMATOXILINA DE HARRIS, FRASCO 1 LITRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA E SEGURA QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA.(AMPLA DISPUTA)
EMPRESA: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP		
MARCA: LABORCLIN		REFERÊNCIA:
FABRICANTE: LABORCLIN		REGISTRO DA ANVISA: 10097010104
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos, de acordo com os documentos analisados.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
6	716662	REAGENTE, HEMATOXILINA DE HARRIS, FRASCO 1 LITRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA E SEGURA QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ ANVISA.(COTA RESERVADA
EMPRESA: SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		
MARCA: LABORCLIN		REFERÊNCIA: 620503/620505/620507/600003
FABRICANTE: LABORCLIN		REGISTRO DA ANVISA: 10097010-104
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos, de acordo com os documentos analisados.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
7	709196	REAGENTE, COLORAÇÃO GROCOTT, KIT, CAIXA 1.0 KIT. COMPRASNET: CONJUNTO = CAIXA(AMPLA DISPUTA)
EMPRESA: CEQUIMICA LTDA		
MARCA:		REFERÊNCIA:
FABRICANTE:		REGISTRO DA ANVISA:
CONCLUSÃO		
() FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: ANEXADO OFÍCIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA CEQUIMICA LTDA.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
8	726373	TERMÔMETRO, DIGITAL, MODELO ESPETO , HASTE EM AÇO INOX, DISPLAY LCD, BATERIA 1,5 V, UNIDADE 1.0 UNIDADE EXCLUSIVIDADE).
EMPRESA: LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP		
MARCA: MARCA BIOLAND		REFERÊNCIA: Cod. Cat.: 726373 MODELO T104
FABRICANTE:		REGISTRO DA ANVISA: 10410130019
CONCLUSÃO		
() FAVORÁVEL		(X) DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado NÃO está em conformidade com as especificações do Termo de Referência pelo fato de não ser MODELO ESPETO .		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
9	1035540	FRASCO DE VIDRO CILINDRO GRADUADO ,COM CAPACIDADE PARA 300 ML , TAMPA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL PARA PASTEURIZAÇÃO DO LEITE HUMANO(AMPLA DISPUTA)
EMPRESA: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA		
MARCA: QUALIVIDROS		REFERÊNCIA: VRE.LEITE300
FABRICANTE: QUALIVIDROS		REGISTRO DA ANVISA: ISENTO
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos, de acordo com os documentos analisados.		

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
10	862666	COAGU-PLASMA (PLASMA DE COELHO PARA REAÇÃO DE COAGULASE) KIT COM 5 FRASCOS DE PÓ LIOFILIZADO PARA DILUIÇÃO NO MOMENTO DO USO EM 3 ML DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA. COMPRASNET: UNIDADE = KIT(EXCLUSIVIDADE)

EMPRESA: **SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA**

MARCA: **LABORCLIN**

REFERÊNCIA: **570204**

FABRICANTE: **LABORCLIN**

REGISTRO DA ANVISA: **10097010-135**

CONCLUSÃO

☒ **(X) FAVORÁVEL**

☐ **() DESFAVORÁVEL**

JUSTIFICATIVA:

Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: [INSUMOS DE LABORATÓRIOS](#) (P. 502);

A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos, de acordo com os documentos analisados.

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
11	662330	KIT PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE GRAM CONTENDO: FRASCO DE PLÁSTICO COM 500ML DE CRISTAL VIOLETA, FRASCO DE PLÁSTICO COM 500ML DESCORANTE PARA GRAM FRASCO DE PLÁSTICO COM 500 ML LUGOL PARA GRAM(1%) FRASCO DE PLÁSTICO COM 500 ML FUCSINA FENICADA DE GRAM COMPRASNET: UNIDADE = KIT. (EXCLUSIVIDADE).
EMPRESA: SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA		
MARCA: LABORCLIN		REFERÊNCIA: 620520/620521/620181/621000/620511/620517/621218/621219/620515/620501
FABRICANTE: LABORCLIN		REGISTRO DA ANVISA: 10097010-156
CONCLUSÃO		
☒ (X) FAVORÁVEL		☐ () DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos , de acordo com os documentos analisados.		

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
12	686514	SOLUÇÃO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, NOTIFICADO PELA ANVISA OU COM NÚMERO DE REGISTRO NO MS RÓTULO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA A 2%, LÍQUIDO ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO FOSCO, GALÃO 5.0 LITRO.COMPRASNET: UNIDADE = GALÃO 5.0 LITROS(AMPLA DISPUTA).
EMPRESA: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA		
MARCA: FORTSAN/ CLOROFORT		REFERÊNCIA:
FABRICANTE: FORTSAN/ CLOROFORT		REGISTRO DA ANVISA: 323370021
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos , de acordo com os documentos analisados.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
13	1088764	REAGENTE, XILOL PA, FRASCO 1000.0 ML.(AMPLA DISPUTA).
EMPRESA: BRITMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA		
MARCA: BRIT/NACIONAL		REFERÊNCIA:
FABRICANTE: BRIT/NACIONAL		REGISTRO DA ANVISA: ISENTO
CONCLUSÃO		
☒ (X) FAVORÁVEL		☐ () DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos , de acordo com os documentos analisados.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
14	108876	REAGENTE, XILOL PA, FRASCO 1000.0 ML.(COTA RESERVADA).
EMPRESA: BRITMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA		
MARCA: BRIT / NACIONAL		REFERÊNCIA:
FABRICANTE: BRIT / NACIONAL		REGISTRO DA ANVISA: ISENTO
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos , de acordo com os documentos analisados.		

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
15	1186722	REAGENTE, LACTOSE PA, UNIDADE 1.0 GRAMA(EXCLUSIVIDADE).
EMPRESA:		
MARCA:		REFERÊNCIA:
FABRICANTE:		REGISTRO DA ANVISA:
CONCLUSÃO		
() FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: ANEXADO OFÍCIO DE DESCLASSIFICAÇÃO EMPRESA CEQUIMICA LTDA.		

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
16	1574513	ALMOFADA PARA ANTISSEPÇÃO DE PELE, UMEDECIDA COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70% PARA APLICAÇÃO DE INJEÇÕES E OUTROS PROCEDIMENTOS MÉDICOS LABORATORIAIS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE TERMOSSELADO EM POLÍMERO PLÁSTICO. EMBALAGEM 1.0 UNIDADE(AMPLA DISPUTA).
EMPRESA: BRAZEN LTDA		
MARCA: MEDIX		REFERÊNCIA:
FABRICANTE: PHOENIX INNOVATIVE HEALTHCARE MANUFACTURES PVT LTD		REGISTRO DA ANVISA: 80686360121
CONCLUSÃO		
☒ FAVORÁVEL		☐ DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos , de acordo com os documentos analisados.		

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
17	1803689	KIT, COLETA DE URINA COM TUBO ESTÉRIL, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE URINA PARA PROCESSAMENTO EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE; VEDAÇÃO DO TUBO POR PRESSÃO; GRADUADO; BECKER PLÁSTICO ATÉ 80 ML; TUBO CÔNICO 12 ML. ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. APRESENTAÇÃO KIT 01 UNIDADE.(AMPLA DISPUTA).

EMPRESA: **LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP**

MARCA: **CRALPLAST**

REFERÊNCIA: **1803689 KITCRALPPAM2**

FABRICANTE: **CRALPLAST**

REGISTRO DA ANVISA: **10379860096**

CONCLUSÃO

☒ **(X) FAVORÁVEL**

☐ **() DESFAVORÁVEL**

JUSTIFICATIVA:

Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: [INSUMOS DE LABORATÓRIOS](#) (P. 502);

A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos, de acordo com os documentos analisados.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO Nº 778/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20231995 PROCESSO Nº 24001.023376/2023-45 OFÍCIO: 004564/2024 DATA: 15/03/2024
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 004564/2024		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
18	1804568	MALETA S.O.S COM 03 (TRÊS) BANDEJAS, COR BRANCA, COM ABERTURA ARTICULADA, ESTOJO COM TAMPA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 365MM, LARGURA: 230MM, ALTURA 197MM. APRESENTAÇÃO UNIDADE.(AMPLA DISPUTA).
EMPRESA: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP		
MARCA: POLYMER		REFERÊNCIA: 8003
FABRICANTE: POLYMER		REGISTRO DA ANVISA: ISENTO
CONCLUSÃO		
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL
JUSTIFICATIVA: Considerando que foi realizada análise da proposta e dos documentos da Qualificação Técnica através do link: INSUMOS DE LABORATÓRIOS (P. 502); A Comissão Técnica do Laboratório declara que o item ofertado está em conformidade com as especificações do Termo de Referência e a empresa atende aos requisitos da Qualificação Técnica exigidos , de acordo com os documentos analisados.		

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013”.

COMISSÃO TÉCNICA
Ana Cecília de Brito Saunders - CRF/CE – 2443 Farmacêutica/Bioquímica Parecerista COPLA/SESA
Herene Barros M Lucena- CRF- 2239 Farmacêutica/Bioquímica Parecerista COPLA/SESA
Maria Goretti Cavalcante- CRF/CE- 1519 Farmacêutica/Bioquímica Gestora do Setor de Patologia Clínica do HGF
Maria Veranilda Pedro da Silva- CRF/CE- 8331 Farmacêutica/Bioquímica Gestora do SEPAT- HCASG
Daniel Soares do Nascimento- CRF/CE- 2759 Farmacêutico/Bioquímico Gestor SEPAT- HGCCO
Vânia Feijó Cordeiro- CRF/CE- 1027 Farmacêutica/Bioquímica Gestora CELAB/HIAS
Paulo Germano de Carvalho- CRF/CE- 2177 Farmacêutico/Bioquímico Gestor CEPAT/HSJ
Francisco Xisto Menezes Granja Junior- CRF/CE – 3095 Farmacêutico/Bioquímico Coordenador Técnico CENTRO DIAGNÓSTICO CLÍNICO - CDC/HEMOCE
Mônica de Arraes Cavalcante- CRF/CE- 1182 Farmacêutica/Bioquímica Gestora DIAEC-HMJMA