

DATA: 10/04/2024

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA EMPRESA DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, EM RELAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20232048 - SESA.

A Empresa DIMAVE vem apresentar o seguinte ESCLARECIMENTO referente ao Pregão Eletrônico nº 20232048 SESA/CE:

"Prezados, bom dia.

A DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA na condição de futura participante do PE 2048/2023 vem por meio desta, fazer um questionamento referente aos grupos 1 e 2.

GRUPO 1 E 2 – É solicitado acessórios para monitor PHILIPS. Porém, não é mencionado qual seria o modelo do monitor multiparâmetro da PHILIPS. Visto que existem diversos modelos com diferentes conexões de ECG, qual seria o modelo do monitor para os grupos 1 e 2?"

RESPOSTA

1. QUANTO AO MODELO DO MONITOR MULTIPARÂMETRO DA PHILIPS

Considerando que após melhor análise e contato com as unidades participantes e interessadas nos itens mapeados nos grupos 1 e 2, o modelo de monitor abordado em ambos os grupos são da linha Efficia. Logo, segue alteração a ser realizada no descritivo dos grupos 1 e 2, itens 1 a 5:

Grupo 1:

Onde se lê:

Item 1 - "CABO TRONCO DE ECG, 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, DIMENSÃO MÍNIMA DO CABO 1,5M, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS, REGISTRO (...)"

Leia-se:

Item 1 - "CABO TRONCO DE ECG, 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, DIMENSÃO MÍNIMA DO CABO 1,5M, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA, REGISTRO (...)"

Onde se lê:

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

DATA: 10/04/2024

Item 2 - *“TERMINAÇÃO DE ECG TIPO BOTÃO, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS, REGISTRO (...)”*

Leia-se:

Item 2 - *“TERMINAÇÃO DE ECG TIPO BOTÃO, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA, REGISTRO (...)”*

Onde se lê:

Item 3 - *“TERMINAÇÃO DE ECG TIPO GARRA, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS, REGISTRO (...)”*

Leia-se:

Item 3 - *“TERMINAÇÃO DE ECG TIPO GARRA, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA, REGISTRO (...)”*

Grupo 2:

Onde se lê:

Item 4 - *“CABO TRONCO DE ECG, 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, DIMENSÃO MÍNIMA DO CABO 1,5M, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS, REGISTRO (...)”*

Leia-se:

Item 4 - *“CABO TRONCO DE ECG, 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, DIMENSÃO MÍNIMA DO CABO 1,5M, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA, REGISTRO (...)”*

Onde se lê:

Item 5 - *“TERMINAÇÃO DE ECG TIPO GARRA, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS, REGISTRO (...)”*

Leia-se:

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123



DATA: 10/04/2024

Item 5 - "TERMINAÇÃO DE ECG TIPO GARRA, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA, REGISTRO (...)"

Elaborado por:


Fredson Cunha Sá
Engenheiro/COPLA
CREA-CE 366188

Visto por:


Charlton Teles Bezerra
Engenheiro/COPLA
CREA-CE 52160