

Of.nº.788/2025-SEAFI

Fortaleza-CE, 12 de Dezembro de 2025

Ilmº. Sr. (a)
Francisco José Machado de Oliveira
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 2048/2023

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 2048/2023.

Atenciosamente,



Ícaro Cavares Borges
Secretário-Executivo Administrativo – Financeira

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023

VIPROC N° 05711489/2023

OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

11 de Dezembro de 2025

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Trata-se da solicitação de emissão de parecer técnico conclusivo acerca da proposta e da habilitação, conforme Ofício (em anexo) supracitado.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO

GRUPO 1

EMPRESA: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS EIRELI-ME

ITEM 1 - CABO TRONCO DE ECG, 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, DIMENSÃO MÍNIMA DO CABO 1,5M, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Marca: Master Medikal

Modelo: MK2585RP

Registro ANVISA: 80602030019

ITEM 2 - TERMINAÇÃO DE ECG TIPO BOTÃO, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Marca: Master Medikal

Modelo: MK2585RP

Registro ANVISA: 80602030019

ITEM 3 - TERMINAÇÃO DE ECG TIPO GARRA, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM UTI, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



11 de Dezembro de 2025

Marca: Master Medikal
Modelo: MK2585RP
Registro ANVISA: 80602030019

GRUPO 2

EMPRESA: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS EIRELI-ME

ITEM 4 - CABO TRONCO DE ECG, 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, DIMENSÃO MÍNIMA DO CABO 1,5M, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Marca: Master Medikal
Modelo: MK2585RP
Registro ANVISA: 80602030019

ITEM 5 - TERMINAÇÃO DE ECG TIPO GARRA, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Marca: Master Medikal
Modelo: MK2585RP
Registro ANVISA: 80602030019

GRUPO 3

EMPRESA: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS EIRELI-ME

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



11 de Dezembro de 2025

ITEM 6 - SENSOR DE SPO2, TIPO CLIP, ADULTO/PEDIÁTRICO, REUTILIZÁVEL, PARA SER CONECTADO AO CABO EXTENSOR, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY MODELOS IMEC 15, UMEC 10, UMEC 12

Marca: Master Medikal

Modelo: MKAR45

Registro ANVISA: 80602030002

ITEM 7 - CABO EXTENSOR PARA OXIMETRIA, TECNOLOGIA MINDRAY, REUTILIZÁVEL, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY, MODELOS IMEC 15, UMEC 10, UMEC 12

Marca: Master Medikal

Modelo: MKCAB708-43-31

Registro ANVISA: 80602030002

ITEM 8 - SENSOR DE SPO2, TIPO Y, NEONATAL, REUTILIZÁVEL, PARA SER CONECTADO AO CABO EXTENSOR, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MINDRAY MODELOS IMEC 15, UMEC 10, UMEC 12

Marca: Master Medikal

Modelo: MKY45

Registro ANVISA: 80602030002

ITENS AVULSOS

ITEM 9 - SENSOR DE SPO2 DE DEDO ADULTO, TIPO CLIP, PEÇA ÚNICA, COMPRIMENTO DO CABO PELO MENOS 2 METROS, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM EQUIPAMENTOS PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4054/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



11 de Dezembro de 2025

Marca: Master Madikal

Modelo: MKSAR53-8

Registro ANVISA: 80602030002

ITEM 10 - SENSOR DE SPO2 DE DEDO ADULTO, TIPO LUVA, PEÇA ÚNICA, COMPRIMENTO DO CABO PELO MENOS 2 METROS, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM EQUIPAMENTOS PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MKSAR53-8

Registro ANVISA: 80602030002

ITEM 13 - MANGUITO NEONATAL DESCARTÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 3 A 5 CM (+/- 1 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK1411S

Registro ANVISA: 80602030080

ITEM 14 - MANGUITO NEONATAL DESCARTÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 4 A 8 CM (+/- 1 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK1412S

Registro ANVISA: 80602030080

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023

VIPROC N° 05711489/2023

OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

11 de Dezembro de 2025

ITEM 15 - MANGUITO NEONATAL DESCARTÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 6 A 11 CM (+/- 1 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK1413S

Registro ANVISA: 80602030080

ITEM 16 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PEDIÁTRICA REUTILIZÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 10 A 15 CM (+/- 2 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK1883S

Registro ANVISA: 80602030067

ITEM 17 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO REUTILIZÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 20 A 28 CM (+/- 2 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK1885S

Registro ANVISA: 80602030067

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



11 de Dezembro de 2025

ITEM 18 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO REUTILIZÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 27 A 35 CM (+/- 2 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK1880S

Registro ANVISA: 80602030067

ITEM 19 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO OBESO REUTILIZÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 34 A 43 CM (+/- 3 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK1869S

Registro ANVISA: 80602030067

ITEM 20 - MANGUEIRA PARA PNI, ADULTO, 1 VIA, COMPRIMENTO DE PELO MENOS 2 METROS, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100

Empresa: Marimax Comércio e Importação de Produtos para Saúde e Veterinários Eireli-ME

Marca: Master Medikal

Modelo: MK-HS30

Registro ANVISA: 80602030067

3. CONCLUSÃO

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

11 de Dezembro de 2025

GRUPO 1: Grupo não aceito por não atender as especificações técnicas do edital, conforme descrito abaixo.

ITEM 1:

O edital solicita:

"Cabo tronco de ECG"

É ofertado:

Ao consultarmos a ficha técnica (imagens abaixo) do produto ofertado anexo a proposta disponível no Sistema Comprasnet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-3?compra=94300105020482023>), verificamos que o item ofertado trata-se do cabo de ECG completo, divergindo do solicitado em edital.

Item	Descrição
Grupo: Grupo 1	
1	ITEM DESCRIÇÃOQUANTIDADEVALOR UNITARIOVALOR TOTAL 1MK2585RP55R\$ 1211,38R\$ 7.115,90 CABO DE PACIENTE / ECG - 5 VIAS - MODELO: MK2585RP - TERMINAL TIPO GARRA - 12 PINOS - TAMANHO DO CABO 3,6M COMPATIBILIDADE: PHILIPS VM8 / LIFEMED TOUCH 15. COMPATIBILIDADE: DIXTAL MARCA: MM ECG/MASTER MEDIKAL FABRICANTE: MASTER MEDIKAL MODELO/VERSÃO: MK2585RP/CABO COMPLETO 5 VIAS

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará


Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4054/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025

11 de Dezembro de 2025

MK2585RP
Cabo de Paciente - 5 vias - Terminal Garra -
compatível com Philips.



ITEM 2:

O edital solicita:

“Terminação de ECG tipo botão”

É ofertado:

Ao consultarmos a ficha técnica do produto ofertado (imagens abaixo) anexo a proposta disponível no Sistema Comprasnet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-3?compra=94300105020482023>), verificamos que o item ofertado trata-se do cabo de ECG completo e com conector tipo garra, divergindo do especificado em edital.

2	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		2MK2585RP3	R\$ 129,38	R\$ 388,14	
		CABO DE PACIENTE / ECG - 5 VIAS - MODELO: MK2585RP -			
		TERMINAL TIPO GARRA - 12 PINOS - TAMANHO DO CABO 3,6M			
		COMPATIBILIDADE: PHILIPS VM8 / LIFEMED TOUCH 15.			
		COMPATIBILIDADE: DIXTAL			
		MARCA: MM ECG/MASTER MEDIKAL			
		FABRICANTE: MASTER MEDIKAL			
		MODELO/VERSÃO: MK2585RP/CABO COMPLETO 5 VIAS			

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará


Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025

11 de Dezembro de 2025

MK2585RP

Cabo de Paciente - 5 vias - Terminal Garra -
compatível com Philips



ITEM 3:

O edital solicita:

“Terminação de ECG tipo garra”

É ofertado:

Ao consultarmos a ficha técnica (imagens abaixo) do produto ofertado anexo a proposta disponível no Sistema Comprasnet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-3?compra=94300105020482023>), verificamos que o item ofertado trata-se do cabo de ECG completo, divergindo do especificado em edital.

3	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	DE VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		3MK2585RP	60	R\$ 129,18	R\$ 7.762,80
		CABO DE PACIENTE / ECG - 5 VIAS - MODELO: MK2585RP - TERMINAL TIPO GARRA - 12 PINOS - TAMANHO DO CABO 3,6M COMPATIBILIDADE: PHILIPS VM8 / LIFEMED TOUCH 15. COMPATIBILIDADE: DIXTAL MARCA: MM ECG/MASTER MEDIKAL FABRICANTE: MASTER MEDIKAL MODELO/VERSÃO: MK2585RP/CABO COMPLETO 5 VIAS			


Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025

11 de Dezembro de 2025

MX2585RP
Cabo de Paciente - 5 vias - Terminal Garra-
compatível com Philips



GRUPO 2: Grupo não aceito por não atender as especificações técnicas do edital, conforme descrito abaixo.

ITEM 4:

O edital solicita:

"Cabo tronco de ECG"

É ofertado:

Ao consultarmos a ficha técnica (imagens abaixo) do produto ofertado anexo a proposta disponível no Sistema Comprasnet:

(<https://cnetmobile.estaleiroserpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-3?compra=54300105020482023>), verificamos que o item ofertado trata-se do cabo de ECG completo, divergindo do solicitado em edital.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE


11 de Dezembro de 2025

Grupo: Grupo 2

4	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		4MK2585RP25R\$ 129,38R\$ 3.234,50			
		CABO DE PACIENTE / ECG - 5 VIAS - MODELO: MK2585RP - TERMINAL TIPO GARRA - 12 PINOS - TAMANHO DO CABO 3,6M COMPATIBILIDADE: PHILIPS VM8 / LIFEMED TOUCH 15. COMPATIBILIDADE: DIXTAL MARCA: MM ECG/MASTER MEDIKAL FABRICANTE: MASTER MEDIKAL MODELO/VERSÃO: MK2585RP/CABO COMPLETO 5 VIAS			

4MK2585RP

Cabo de Paciente - 5 vias - Terminal Garra -
compatível com Philips



ITEM 5:

O edital solicita:

"Terminação de ECG tipo garra"

É ofertado:

Ao consultarmos a ficha técnica (imagens abaixo) do produto ofertado anexo a proposta disponível no Sistema Comprasnet

(<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-3?compra=94300105020482023>), verificamos que o produto ofertado trata-se do cabo de ECG completo, divergindo do especificado em edital.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará


Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025

11 de Dezembro de 2025

5 ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
5MK2585RP22R\$ 129,38R\$ 2.846,38
CABO DE PACIENTE / ECG - 5 VIAS - MODELO: MK2585RP -
TERMINAL TIPO GARRA - 12 PINOS - TAMANHO DO CABO 3,6M
COMPATIBILIDADE: PHILIPS VM8 / LIFEMED TOUCH 15.
COMPATIBILIDADE: DIXTAL
MARCA: MM ECG/MASTER MEDIKAL
FABRICANTE: MASTER MEDIKAL
MODELO/VERSÃO: MK2585RP/CABO COMPLETO 5 VIAS

MK2585RP
Cabo de Paciente - 5 vias - Terminal Garra -
compatível com Philips



GRUPO 3: Grupo aceito por atender as especificações técnicas e as cláusulas de Qualificação Técnica.

ITENS AVULSOS:

ITEM 9: Item aceito por atender as especificações técnicas e cláusulas de Qualificação Técnica.

ITEM 10: Item aceito por atender as especificações técnicas e cláusulas de Qualificação Técnica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023

VIPROC N° 05711489/2023

OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

11 de Dezembro de 2025

ITEM 13: Item aceito por atender as especificações técnicas e cláusulas de Qualificação Técnica.

ITEM 14: Item aceito por atender as especificações técnicas e cláusulas de Qualificação Técnica.

ITEM 15: Item aceito por atender as especificações técnicas e cláusulas de Qualificação Técnica.

ITEM 16: Item não aceito por não atender as especificações técnicas do edital, conforme descrito abaixo.

O edital solicita:

“ Braçadeira com manguito pediátrica reutilizável, 1 via, Dimensão 10 a 15 cm (+/- 2 cm)”

É ofertado:

Ao consultarmos a ficha técnica (imagens abaixo) anexo a proposta disponível no Sistema Comprasnet

(<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/-2?compra=94300105020482023>), verificamos que o produto ofertado é para uso neonatal e com circunferência inferior ao especificado em edital.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



11 de Dezembro de 2025

FICHA TÉCNICA		
IDENTIFICAÇÃO		
Código do produto:	M18835	
Descrição:	Neonatal manguito simples removível.	
ESPECIFICAÇÕES		
Composição:	Material	TPU - (Poliuretano Termo Plástico).
	Conectores	POM (Polióxido de Metileno).
	Manguito	TPU - (Poliuretano Termo Plástico).
CARACTERÍSTICAS	L: largura x C: comprimento	
Dimensões:	Tamanho da Braçadeira	L: 5cm x C: 23cm
	Tamanho da Manguito	L: 4cm x C: 9Cm
	Circunferência	6cm a 11cm
ESPECIFICAÇÕES		
Detalhes:	Braçadeira M18835 neonatal manguito simples removível, fabricada e testada dentro dos padrões de qualidade exigidos pelas boas práticas de fabricação da ANVISA (BPF). Todos os produtos são devidamente registrados dentro das normas vigentes.	

ITEM 17: Item aceito por atender as especificações técnicas e as cláusulas de Qualificação Técnica.

ITEM 18: Item aceito por atender as especificações técnicas e as cláusulas de Qualificação Técnica.

ITEM 19: Item aceito por atender as especificações técnicas e as cláusulas de Qualificação Técnica.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5223

PARECER TÉCNICO N° 4064/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PEG/CELIC N° 001699/2025



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

11 de Dezembro de 2025

ITEM 20: Item aceito por atender as especificações técnicas e as cláusulas de Qualificação Técnica.

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal n° 12.813/2013.

Elaborado por:

Talison Ribeiro Bezerra
Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Visto por:

Francisco Denilson de S. Albuquerque
Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Stephane Rocha Moraes
Assistente de Gestão/Engenheira Clínica - COPLA/SESA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

15/15



Talison Ribeiro Bezerra <talison.ribeiro@saude.ce.gov.br>

Fwd: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS GRUPOS 1, 2 E 3 E ITENS 19,10,13,14,15,16,17,18,19 E 20 - PE 20232048 - SESA.

1 mensagem

Stephane Rocha Morais <stephane.morais@saude.ce.gov.br>
Para: Talison Ribeiro Bezerra <talison.ribeiro@saude.ce.gov.br>

10 de dezembro de 2025 às 13:59

Atenciosamente,

Stephane Rocha MoraisCOPLA/Parecer Técnico/Engenharia Clínica
www.saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde | Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60060-440,

----- Forwarded message -----

De: **Francisca Carla Saraiva Nobre** <carla.nobre@saude.ce.gov.br>

Date: qui., 11 de set. de 2025 às 11:14

Subject: Fwd: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS GRUPOS 1, 2 E 3 E ITENS 19,10,13,14,15,16,17,18,19 E 20 - PE 20232048 - SESA.

To: Parecer Engenharia Clínica <parecer.engclinica@saude.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Erison Rocha** <erison.rocha@pge.ce.gov.br>

Date: sex., 16 de mai. de 2025 às 14:52

Subject: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS GRUPOS 1, 2 E 3 E ITENS 19,10,13,14,15,16,17,18,19 E 20 - PE 20232048 - SESA.

To: Daniel Martins de Lucas <daniel.lucas@saude.ce.gov.br>, Maria Angela Sá de Freitas <angela.sa@saude.ce.gov.br>, Francisca Carla Saraiva Nobre <carla.nobre@saude.ce.gov.br>

Boa Tarde,

Prezados,

Segue, em anexo, ofício, propostas e documentos de habilitação para solicitação da emissão do Parecer Técnico referente aos Grupos 1, 2 e 3 e itens 19,10,13,14,15,16,17,18,19 e 20 do PE 20232048 desta setorial.

Atenciosamente,

Erison Marques da Rocha

Membro da Equipe de Apoio de Pregoeiro da Central de Licitações - Procuradoria Geral do Estado - PGE

Telefone:(085) 3459-6517.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Atenciosamente,

Carla Saraiva Nobre
CECAD/COSUP/SESA

Fone: (85)3101-5159

E-mail: carla.nobre@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde

Av. Almirante Barroso, 600

Praia de Iracema

CEP: 60060-440 • Fortaleza/CE

Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br

 /saudeceara

4 anexos

 **Ofício de Encaminhamento de Proposta Comercial G 1,2,3 ITENS DIVERSOS.pdf**
197K

 **SICAF - MARIMAX.pdf**
75K

 **TCU - MARIMAX.pdf**
15K

 **PROP NÃO TEM 7,5% - MG.pdf**
23102K

OFÍCIO Nº 001699/2025 - PGE/CELIC

Fortaleza, 16 de Maio de 2025.

Ao Sr.
Luíz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro
SESA

Assunto: Análise e Emissão de Parecer Técnico Conclusivo referente ao Pregão Eletrônico nº 20232048 – SESA/COEXE.

Senhor(a),

Cumprimentando-o cordialmente, e por ordem do(a) Pregoeiro(a) desta Central de Licitação/PGE, Sr. Francisco Jose Machado de Oliveira, solicitamos de V.Sª. a aquiescência no sentido de interceder junto ao setor competente dessa setorial, a fim de que se procedam a análise e a emissão de parecer conclusivo acerca **da aceitabilidade da(s) proposta(s) comercial(is) e dos documentos técnicos específicos relativos à proposta e a habilitação**, elencados no edital e em seus anexos.

Considerando o art. 17, IV e V, da Lei Federal nº 14.133/2021, ressaltamos que a fase de julgamento das propostas é distinta à fase de habilitação. Desta forma, implicam em prazos próprios para possíveis recursos. Nessa perspectiva, tal parecer deverá contemplar a análise da proposta e a análise dos documentos de habilitação separadamente.

Enfatizamos que nos termos do edital, é facultada à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório.

Solicitamos que, ao emitir o respectivo parecer técnico contenha as recomendações feitas no Ofício Circular nº 011/2023-PGE/CELIC, no qual se recomenda a adoção do seguinte texto em tais pareceres: "**DECLARO, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013**".

Ressalvamos que tais pareceres deverão, ainda, contar com assinatura do parecerista, com expressa anuência do ordenador de despesas e/ou dos secretários e dirigentes máximos dos órgãos/entidades estaduais.

Salientamos que o parecer técnico conclusivo limitar-se-á aos grupos/itens e arrematantes, conforme relacionados abaixo:

Nº DOS GRUPOS/ITENS	NOME DO ARREMATANTE
GRUPOS 1, 2 e 3 e ITENS 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.	MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA

Notas:

Para a setorial ter acesso à proposta, deverá proceder da seguinte forma:

1) Acessar o link:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=94300105020482023>

2) Identifique o item do arrematante a ser analisado, conforme relação constante na tabela apresentada acima, neste ofício;

3) Clique no ícone “Visualizar proposta do item” para ter acesso à relação de fornecedores do item solicitado;

3) Selecione o fornecedor indicado do item, clique na seta “Mostrar proposta do item” para expandir e visualizar os dados: chat, proposta e anexo;

4) Para ter acesso as propostas clique em “Anexo” e na sequência em “Download do arquivo”.

Atenciosamente,

Erison Marques da Rocha
Apoio Temporário do Pregoeiro