

Of.nº.45/2026-SEAFI

Fortaleza-CE, 03 de Fevereiro de 2026

Ilmº. Sr. (a)
Francisco José Machado de Oliveira
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 2048/2023

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 2048/2023.

Atenciosamente,



Ícaro Tavares Borges
Secretário-Executivo Administrativo – Financeira

PARECER TÉCNICO N° 449/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
PROCESSO VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PGE/CELIC N° 1699/2022



30 de janeiro de 2026

Registro ANVISA: 80901110026

3. CONCLUSÃO

GRUPO 2: Grupo aceito por atender as especificações técnicas do edital e as cláusulas de Qualificação Técnica.

ITEM 16: Item não aceito por não atender às especificações técnicas do edital, conforme descrito abaixo:

O edital solicita:

"BRACEIRA COM MANGUITO PEDIÁTRICA REUTILIZÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 10 A 15 CM (+/- 2 CM)

É ofertado:

Ao analisar a documentação anexada pela licitante no Sistema ComprasNet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/16?compra=94300105020482023>), verifica-se que os modelos presentes no registro supramencionado possuem dimensões fora da faixa solicitada, divergindo portanto do edital.

Item	Acessórios
1	Braçadeira de PNI Adulto
2	Braçadeira de PNI pediátrica (6cm-11cm)
3	Braçadeira de PNI pediátrica (10cm-19cm)

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal n° 12.813/2013.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema - CEP: 60060-440
Fortaleza / CE - Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 419/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
PROCESSO VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PGE/CELC N° 1699/2022



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

30 de janeiro de 2026

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Trata-se da solicitação de emissão de parecer técnico conclusivo acerca da proposta e da habilitação, conforme Ofício (em anexo) supracitado.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO

GRUPO 2

Empresa: Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locação Ltda

ITEM 4 - CABO TRONCO DE ECG, 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, DIMENSÃO MÍNIMA DO CABO 1,5M, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Marca: UNIMED

Modelo: CABO TRONCO DE ECG - PHILIPS

Registro ANVISA: 81464750030

ITEM 5 - TERMINAÇÃO DE ECG TIPO GARRA, 05 VIAS, CONEXÃO COM CABO TRONCO DE 05 VIAS, UTILIZAÇÃO EM CENTRO CIRÚRGICO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS DA LINHA EFFICIA

Marca: UNIMED

Modelo: BUI25A-011B KIT RABINHO DE ECG 5 VIAS - TIPO GARRA PHILIPS

Registro ANVISA: 81464750030

ITEM AVULSO

ITEM 16 - BRAÇADEIRA COM MANGUITO PEDIÁTRICA REUTILIZÁVEL, 1 VIA, DIMENSÃO 10 A 15 CM (+/- 2 CM), ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PARA USO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PHILIPS EFFICIA/ MP40 E CARDIOVERSOR EFFICIA/ DFM100, ACOMPANHAR TODOS OS CONECTORES NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO

Empresa: Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda

Marca: Creative

Modelo: REP. POP/ K12

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 449/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N° 2048/2023
PROCESSO VIPROC N° 05711489/2023
OFÍCIO PGE/CELIC N° 1699/2022



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

30 de janeiro de 2026

Elaborado por:

Francisco Denilson de S. Albuquerque

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Visto por :

Stephane Rocha Morais

Stephane Rocha Morais

Assistente de Gestão/Engenheira Clínica - COPLA/SESA

Talison Ribeiro Bezerra

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

OFÍCIO Nº4349/2025 - PGE/CELIC

Fortaleza, 18 de dezembro de 2025.

Ao Sr.
Luíz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro
SESA

Assunto: Análise e Emissão de Parecer Técnico Conclusivo referente ao Pregão Eletrônico nº 2023 2048 – SESA/COEXE.

Senhor(a),

Cumprimentando-o cordialmente, e por ordem do(a) Pregoeiro(a) desta Central de Licitação/PGE, Sr. Francisco Jose Machado de Oliveira, solicitamos de V.Sª. a aquiescência no sentido de interceder junto ao setor competente dessa setorial, a fim de que se procedam a análise e a emissão de parecer conclusivo acerca **da aceitabilidade da(s) proposta(s) comercial(is) e dos documentos técnicos específicos relativos à proposta e a habilitação**, elencados no edital e em seus anexos.

Considerando o art. 17, IV e V, da Lei Federal nº 14.133/2021, ressaltamos que a fase de julgamento das propostas é distinta da fase de habilitação. Desta forma, implicam em prazos próprios para possíveis recursos. Nessa perspectiva, tal parecer deverá contemplar a análise da proposta e a análise dos documentos de habilitação separadamente.

Enfatizamos que nos termos do edital, é facultada à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório.

Solicitamos que, ao emitir o respectivo parecer técnico contenha as recomendações feitas no Ofício Circular nº 011/2023-PGE/CELIC, no qual se recomenda a adoção do seguinte texto em tais pareceres: **"DECLARO, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013"**.

Ressalvamos que tais pareceres deverão, ainda, contar com assinatura do parecerista, com expressa anuência do ordenador de despesas e/ou dos secretários e dirigentes máximos dos órgãos/entidades estaduais.

Salientamos que o parecer técnico conclusivo limitar-se-á aos grupos/itens e arrematantes, conforme relacionados abaixo:

Nº DO GRUPO/ITEM	NOME DO ARREMATANTE
GRUPO 2	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA
ITEM 16	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

OBS: GRUPO 1- FRACASSADO

Notas:

Para a setorial ter acesso à proposta, deverá proceder da seguinte forma:

1) Acessar o link:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra?compra=94300105020482023>

2) Identifique o item do arrematante a ser analisado, conforme relação constante na tabela apresentada acima, neste ofício;

3) Clique no ícone “**Visualizar proposta do item**” para ter acesso à relação de fornecedores do item solicitado;

3) Selecione o fornecedor indicado do item, clique na seta “**Mostrar proposta do item**” para expandir e visualizar os dados: chat, proposta e anexo;

4) Para ter acesso as propostas, clique em “**Anexo**” e na sequência em “**Download do arquivo**”.

Atenciosamente,

Erison Marques da Rocha
Apoio Temporário do Pregoeiro



Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>

Diligência PE N° 20232048 - GRUPO 02 - Bio Infinity

6 mensagens

Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>

27 de janeiro de 2026 às

12:01

Para: Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br>

Prezados, bom dia.

Considerando que as informações apresentadas na proposta e na documentação são insuficientes para validação de determinados dados essenciais à emissão de parecer conclusivo referente ao PE nº 20232048 – SESA/CE, solicitamos, por meio deste, a realização de diligência quanto à proposta enviada referente ao item descrito abaixo:

GRUPO 2

1. O registro da Anvisa nº 81464750030 não contempla os modelos apresentados na proposta. Diante disso gostaríamos de explicação da licitante sobre o apresentado.
2. Os itens ofertados possuem manuais ou catálogos demonstrativos com informações técnicas? Caso, solicito o envio.

Diante do exposto, gostaríamos de pedir que nos fosse enviado documento em papel timbrado com assinatura do responsável, **contendo fotos e informações sobre as características técnicas do produto ofertado que satisfaçam os questionamentos supracitados.**

No mais, pedimos um retorno dentro do prazo máximo de 24 horas para que possamos dar continuidade ao processo com a maior brevidade possível.

--

Atenciosamente**Denilson Albuquerque**

COPLA/Parecer Técnico/Engenharia Clínica

www.saude.ce.gov.br /saudeceara

Secretaria da Saúde | Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60060-440.
Telefone: (85) 3101.5123

Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br> 28 de janeiro de 2026 às 14:08

Para: Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br>

Boa tarde,

Solicitamos retorno quanto ao solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br>

28 de janeiro de 2026 às 14:21

Para: Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>

Boa Tarde,

Ja estamos providenciando a resposta, estou esperando a area tecnica me passar.

So mais um momento por favor.



De: Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 14:08
Para: Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br>
Assunto: Re: Diligência PE N° 20232048 - GRUPO 02 - Bio Infinity

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br> 28 de janeiro de 2026 às 14:49
Para: Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>
Cc: Arthur Aires <arthurares@bioinfinity.com.br>

Prezados,

Em atenção ao questionamento referente ao **Grupo 2**, especialmente quanto ao **registro ANVISA nº 81464750030**, vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos.

Informamos que os **modelos correspondentes aos Itens 04 e 05** apresentados em nossa proposta estão devidamente contemplados no referido registro ANVISA, conforme os seguintes códigos:

- **Item 04 – CAB TRUNK ECG 5 LEAD PHILIPS**
Código interno: **BUI25A-011A**
Código ANVISA: **AA-2585**
- **Item 05 – LEAD WIRE ECG 5 LEAD – TIPO GARRA PHILIPS**
Código interno: **BUI25A-011B**
Código ANVISA: **AA5-90S**

Ressaltamos que estamos atualmente em **processo de atualização e adequação dos catálogos técnicos**, a fim de que passem a constar, de forma expressa, os respectivos números de registro ANVISA vinculados a cada modelo. Pedimos desculpas pelo fato de tais números ainda não constarem nos catálogos encaminhados inicialmente.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente

De: Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 14:08

Para: Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br>

Assunto: Re: Dilligência PE N° 20232048 - GRUPO 02 - Bio Infinity

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>

29 de janeiro de 2026 às
09:39

Para: Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br>

Cc: Arthur Aires <arthuraireis@bioinfinity.com.br>

Bom dia,

Sobre os itens ofertados no grupo 2, solicitamos resposta dos questionamentos abaixo:

ITEM 4:

1. Qual a dimensão do cabo?
2. É compatível com monitor multiparamétrico da marca Philips, linha Efficia?

ITEM 5:

1. O item ofertado possui 5 vias, do tipo "garra"?
2. É compatível com monitor multiparamétrico da marca Philips, linha Efficia?

Diante do exposto, gostaríamos de pedir que nos fosse enviado documento em papel timbrado com assinatura do responsável, **contendo fotos e informações sobre as características técnicas do produto ofertado que satisfaçam os questionamentos supracitados.**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carolina Bueno - Licitações BioInfinity <licitacao@bioinfinity.com.br>

30 de janeiro de 2026 às 08:46

Para: Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>

Bom dia,

Sobre os itens ofertados no grupo 2, solicitamos resposta dos questionamentos abaixo:

ITEM 4:

1. Qual a dimensão do cabo?
R: 2,5 METROS
2. É compatível com monitor multiparamétrico da marca Philips, linha Efficia?
R: Sim

ITEM 5:

1. O item ofertado possui 5 vias, do tipo "garra"?
R: Sim
2. É compatível com monitor multiparamétrico da marca Philips, linha Efficia?
R: sim

Segue catálogos, podemos enviar amostrar para facilitar a identificação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



BUI25A-011A - ITEM 04.pdf
518K



BUI25A-011B - ITEM 05.pdf
740K



Francisco Denilson de Sousa Albuquerque <denilson.albuquerque@saude.ce.gov.br>

Fwd: OF. 43492025 PROPOSTA PARA PARECER DO PE2023 2048

1 mensagem

Francisca Carla Saraiva Nobre <carla.nobre@saude.ce.gov.br>

13 de janeiro de 2026 às 13:38

Para: Parecer Engenharia Clínica <parecer.engclinica@saude.ce.gov.br>, Engenharia Clínica SRU <engenhariasru@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: Carmélia Rios <carmelia.rios@pge.ce.gov.br>

Date: qui., 18 de dez. de 2025 às 11:34

Subject: OF. 43492025 PROPOSTA PARA PARECER DO PE2023 2048

To: Francisca Carla Saraiva Nobre <carla.nobre@saude.ce.gov.br>

Prezada Carla,

Bom Dia!

Estamos encaminhando em anexo OF. 4349/2025 proposta para parecer do G2 e Item 16 para análise e emissão de parecer desta Setorial.

Atenciosamente,

Carmélia Maria Duarte Rios

APOIO

CENTRAL DE LICITAÇÕES-PGE

(85)3459.65.17/ 3459.63.75

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Atenciosamente,

Carla Saraiva Nobre
CECAD/COSUP/SESA

Fone: (85)3101-5159

E-mail: carla.nobre@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde

Av. Almirante Barroso, 600

Praia de Iracema


CEP: 60060-440 - Fortaleza/CE

Fone: (85) 3101.5123

www.saude.ce.gov.br /saudecepara**Of. 43492025 Encaminhamento de Proposta Comercial G2 E ITEM 16_18.12.pdf**

214K

RABICHO DE ECG 5 VIAS

BUI25A-011B



COMPATIBILIDADE

PHILIPS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONECTOR	10 pinos	PADRÃO DE CORES	AHA
CONECTOR - PACIENTE	Snap	CATEGORIA	Rabicho de ECG
TAMANHO DO RABICHO	0,9 metros	EMBALAGEM	Individual, 24x15x4 cm
TAMANHO DO CABO	0,9 metros	PESO EMBALADO	108 gramas
DIÂMETRO DO CABO	2,6 mm	GARANTIA	6 meses
MATERIAL	TPU/Pinos banhados a ouro	NORMAS REGULATÓRIAS	ISO 10993, ANSI, AAMI EC53
CÓDIGO EAN	7908837801988	ANVISA	81464750030

CABO TRONCO DE ECG 5 VIAS

BUI25A-011A


COMPATIBILIDADE

PHILIPS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONECTOR	Redondo 12 pinos	PADRÃO DE CORES	AHA
CONECTOR - PACIENTE	N/A	CATEGORIA	Cabo de ECG
TAMANHO DO RABICHO	0,9 metros	EMBALAGEM	Individual, 24x15x4 cm
TAMANHO DO CABO	2,5 metros	PESO EMBALADO	197 gramas
DIÂMETRO DO CABO	5,0 mm	GARANTIA	6 meses
MATERIAL	TPU/Pinos banhados a ouro	NORMAS REGULATÓRIAS	ISO 10993, ANSI, AAMI EC53
CÓDIGO EAN	7908837801971	ANVISA	81464750030

