

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1823/2024

Item	Código	Quant.	Especificação
05			CÂNULA DE GUEDEL Nº 00, COM CURVATURA ANATÔMICA COMPATÍVEL PARA IMPEDIR QUE A BASE DA LÍNGUA OBSTRUA A OROFARINGE, CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL OU POLIETILENO OU POLIURETANO OU POLIPROPILENO ATÓXICO E ISENTO DE LÁTEX, ORIFÍCIO CENTRAL QUE PERMITA VENTILAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES, BORDA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A ÁREA PERIORAL E COM BLOCO MORDEDOR, BORDAS ARREDONDADAS ATRAUMÁTICAS, SUPERFÍCIE LISA, PASSÍVEL DE PROCESSAMENTO. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: ENFERMED			
Marca: MEDIX			Referência:
Fabricante: WELLMED INTERNATIONAL			Registro da Anvisa: 80495519062
CONCLUSÃO			
() FAVORÁVEL			(X) DESFAVORÁVEL
Justificativa: A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 6.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, juntamente com mensagem via email (propostas.mmh@saude.ce.gov.br) informando o código de rastreamento das amostras, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85)3101.5197 (COPLA), no horário de 8:00 às 11:00 e de 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica.Proposta desclassificada conforme o subitem 14.7.5. (Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável;)do edital. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.			

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Parecer Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Parecer Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Maria Juliana Da Silva Guia Rodrigues
Enfermeira COREN 569806
Parecer Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Parecer Técnico - COPLA/SESA

SOLICITAÇÃO DO ENVIO DA AMOSTRA PE20240229 ITEM 5 ENFERMED

1 mensagem

propostas.mmh@saude.ce.gov.br <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

6 de dezembro de 2024 às 16:33

Para: licitacao@enfermed.net.br, contato@enfermed.net.br

Cc: MMH Habilitação <propostas.mmh@saude.ce.gov.br>

Prezados,

Vimos por meio deste, solicitar o envio da amostra, no prazo de 5 dias corridos, contado a partir desta solicitação, referente ao PE20240229 ITEM 5 EMPRESA ENFERMED, para darmos andamento à fase de habilitação das propostas.

A amostra deverá ser enviada para o endereço: Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis. Conforme cláusula editalícia:

4.2. Das amostras: 4.2.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 05(cinco) dia(s), contados a partir do recebimento da solicitação do órgão demandante da licitação, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema, CEP 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: CECOM, telefones: (85)3101.5197 nos horários de 08 horas às 11 horas e de 14 horas às 17 horas em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica.

Atenciosamente,

