

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO SERVIÇO

SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM BANHO MARIA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC NOS PONTOS: 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50 E 51°C.

- O SERVIÇO É CONSTITUÍDO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DO BANHO MARIA NOS PONTOS INDICADOS.**
- O SERVIÇO DEVE SER PRESTADO POR EMPRESA ACREDITADA PELA COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO – CGCRE DO INMETRO, CONFORME A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017**