



Marcos Gondim <marcos.gondim@pge.ce.gov.br>

Fwd: Aviso de licitação - PE 1050/23 - Secretaria Saúde Ceará - 09/08/23_Solicitação esclarecimento empresa GUERBET

2 mensagens

Licitação PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

26 de julho de 2023 às 15:51

Para: Marcos Gondim <marcos.gondim@pge.ce.gov.br>, Carmelia Rios <carmelia.rios@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Barros, Alinne** <alinne.barros@guerbet.com>

Date: qua., 26 de jul. de 2023 às 15:31

Subject: Aviso de licitação - PE 1050/23 - Secretaria Saúde Ceará - 09/08/23_Solicitação esclarecimento empresa GUERBET

To: licitacao@pge.ce.gov.br <licitacao@pge.ce.gov.br>Cc: Marcilio, Mariana <Mariana.Marcilio@guerbet.com>

Prezado Pregoeiro,

Respeitosamente, nos reportamos a este órgão para solicitar esclarecimento referente ao **Item 3, Código 1110320** (print abaixo) quanto as questões listadas abaixo:

3	1110320	EXTENSOR PARA BOMBA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE – 180CM (+/- 30CM) FLEXÍVEL, TUBO EM PVC/POLIETILENO ATÓXICO LIVRE DE VAZAMENTOS NAS JUNÇÕES OU COEXTRUDADO, COM CONECTOR FÊMEA FIXO E CONECTOR MACHO COM PROTETOR GIRATÓRIO. USO COM SERINGA DE 200ML. COMPATÍVEL COM A BOMBA INJETORA DE CONTRASTE DE DUAS CABEÇAS MARCA MALLINCKRODT MODELO OPTIVANTAGE DH. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR. COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.	UND	2.245	R\$13,2933	R\$29.843,46
---	---------	--	-----	-------	------------	--------------

Referente ao texto “**EXTENSOR PARA BOMBA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE – 180CM (+/- 30CM) FLEXÍVEL...**” e “**...COMPATÍVEL COM A BOMBA INJETORA DE CONTRASTE DE DUAS CABEÇAS MARCA MALLINCKRODT MODELO OPTIVANTAGE DH...**”

A Guerbet como fabricante possui em seu portfólio de insumos para tomografia das injetoras modelos Optivantage DH o item 844012 com descrição **TUBO CONECTOR EM Y (EXTENSOR) ESPIRALADO DE BAIXA PRESSAO DE 60 POLEGADAS (152,4CM), FABRICADO EM POLICARBONATO, POLIETILENO E POLIVINIL CLORETO.**

Questão 1 - Pergunto, o tudo em Y atende?

Questão 2 - Pergunto, 152,5cm atende?

Ficha técnica em anexo.

Aguardo vosso retorno com brevidade.

Atenciosamente,

Alinne Barros

Sr. Business Consultant

Phone: 0800 026 1290

Mobile: +55 71 991 579 430

Guerbet 

Rua Gomes de Carvalho, 1629 - 7º andar

Vila Olímpia - São Paulo/SP

Brasil

www.guerbet.com.br



"Esta mensagem e seus anexos (à 'mensagem') destina-se unicamente aos destinatários e é confidencial. Se receber esta mensagem por engano, por favor apague-a e informe imediatamente ao remetente. Qualquer uso em desacordo com seu propósito, qualquer propagação ou divulgação, seja total ou parcial, está proibida, exceto se formalmente aprovada. A internet não pode garantir a integridade desta mensagem. Guerbet (e suas filiais) portanto, não serão responsáveis pela mensagem se modificada. This message and any attachments (the 'message') are intended solely for the addresses and are confidential. If you receive this message in error, please destroy it and immediately notify the sender. Any use of this message not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited unless formal approval is given. The Internet cannot guarantee the integrity of this message. Guerbet (and its subsidiaries) will not, therefore, be liable for the message if modified."

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--
Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

2 anexos

-  **anx_1690206326_56631_151420_file_20230724_104404ecc61545893b3c0a40817cbd1b6618f9_do_renx.pdf**
452K
-  **844012 portugues .pdf**
153K

Marcos Gondim <marcos.gondim@pge.ce.gov.br>

26 de julho de 2023 às 16:31

Para: hgfcprcompras@hgf.ce.gov.br, divadhgf3327@gmail.com, comprashgf@hotmail.com

SEGUE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. FAVOR RESPONDER ATÉ A DATA DE 07/08/2023, 17:00 H.

DESCONSIDERAR O E-MAIL CASO NÃO SEJA O ÓRGÃO DEMANDANTE.

----- Forwarded message -----

De: Licitação PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

Date: qua., 26 de jul. de 2023 às 15:51

Subject: Fwd: Aviso de licitação - PE 1050/23 - Secretaria Saúde Ceará - 09/08/23_Solicitação esclarecimento empresa GUERBET

To: Marcos Gondim <marcos.gondim@pge.ce.gov.br>, Carmelia Rios <carmelia.rios@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: Barros, Alinne <alinne.barros@guerbet.com>

Date: qua., 26 de jul. de 2023 às 15:31

Subject: Aviso de licitação - PE 1050/23 - Secretaria Saúde Ceará - 09/08/23_Solicitação esclarecimento empresa GUERBET

To: licitacao@pge.ce.gov.br <licitacao@pge.ce.gov.br>

Cc: Marcilio, Mariana <Mariana.Marcilio@guerbet.com>

Prezado Pregoeiro,

Respeitosamente, nos reportamos a este órgão para solicitar esclarecimento referente ao Item 3, Código 1110320 (print abaixo) quanto as questões listadas abaixo:

Referente ao texto "EXTENSOR PARA BOMBA DE INJEÇÃO DE CONTRASTE – 180CM (+/- 30CM) FLEXÍVEL..." e "...COMPATÍVEL COM A BOMBA INJETORA DE CONTRASTE DE DUAS CABEÇAS MARCA MALLINCKRODT MODELO OPTIVANTAGE DH..."

A Guerbet como fabricante possui em seu portfólio de insumos para tomografia das injetoras modelos Optivantage DH o item 844012 com descrição TUBO CONECTOR EM Y (EXTENSOR) ESPIRALADO DE BAIXA PRESSAO DE 60 POLEGADAS (152,4CM), FABRICADO EM POLICARBONATO, POLIETILENO E POLIVINIL CLORETO.

Questão 1 - Pergunto, o tudo em Y atende?

Questão 2 - Pergunto, 152,5cm atende?

Ficha técnica em anexo.

Aguardo vosso retorno com brevidade.

Atenciosamente,

Alinne Barros

Sr. Business Consultant

Phone: 0800 026 1290

Mobile: +55 71 991 579 430

Rua Gomes de Carvalho, 1629 - 7º andar

Vila Olimpia - Sao Paulo/SP

Brasil

www.guerbet.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



**anx_1690206326_56631_151420_file_20230724_104404ecc61545893b3c0a40817cbd
1b6618f9_do_renx.pdf**
452K



844012 portugues .pdf
153K