

Of. nº. 1123/2024 - SEAFI

Fortaleza-CE, 3 de Maio de 2024

Ilmº. Sr. (a)
Ciriaco Barbosa Damasceno Neto
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Parecer Técnico do item 13 e 21 - Pregão 20230941

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

1. Visto;
2. Conforme o **parecer desfavorável do especialista do HCAS**, para o item 13, PE 20230941, Marca BSZ, Fabricante: BSZ, Empresa MEDICAL LIFE, ANVISA: 81179740010, conforme documentos anexos.
3. Considerando que o material ofertado **não corresponde** ao solicitado nas especificações do termo de referência do edital, conforme subitem: **4.2.9.7. O desempenho do produto quanto a finalidade de utilização para atender as necessidades dos serviços considerando sua funcionalidade; segurança, facilidade no manuseio, legibilidade das escalas de graduação, manutenção das características respeitando o tempo indicado para utilização/ período para trocas**; Segue documentação em anexo.
4. Encaminhe-se à COEXE, para conhecimento e providências.

Elaborado por:


Emanuella Arruda Rangel
Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070

Elaborado por:


Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Parecer Técnico - MMH/COREN 47929

Elaborado por:


Danielly dos Santos Rodrigues
Parecer Técnico - MMH/COREN 634.67

Elaborado por:


Lícia Silva Teixeira
Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884



ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
13	1584035	AFASTADOR FINOCHIETO ADULTO COM ACESSÓRIO DE MAMÁRIA 53MM X 60MM X 170MM X 230MM, PARA CIRURGIA CARDIO-VASCULAR (AS DIMENSÕES DA PEÇA PODERÃO APRESENTAR UM DESVIO DE 0,5MM). EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PRO CESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997

EMPRESA: Medical Life Comércio de Produtos Hospitalares Eireli

MARCA: BSZ

REFERÊNCIA: BSZOD-3931

FABRICANTE: BSZ SURGICAL - PAQUISTÃO

REGISTRO MS: 81179740010

LOTE: B-237

VALIDADE: 05/02/2050

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

A amostra não é compatível com o descritivo mo que diz respeito ao tamanho.

Solicitado: 53mm x 60mm x 170mm x 230mm

Amostra: 55mm x 60mm x 185mm x 300mm

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Assinatura e carimbo do profissional avaliador	Data
 Dr. Carlos Alberto Studart Gomes	26/10/24

Dr. Faílton Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes




DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 26 de 04 de 2024.

ASSINATURAS + CARIMBOS DOS PARECERISTAS


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - IIM


Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 / CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
96	26/04/2024	14H	14:30	PARECER TÉCNICO



2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 2023/0941; ITEM 13; OF.: 0273/2023; EMPRESA: MEDICAL LIFE

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 14h do dia 26/04/2024, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, reuniram-se os Srs.(as) Bruna Lopes Lima e Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao PE 2023/0941; ITEM 13; OF.: 0273/2023; EMPRESA: MEDICAL LIFE. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação. Deu-se por encerrada a reunião às 14:30h e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Cirurgia Cardíaca	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
XXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
XXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX

1. Visto;
2. Conforme o **parecer desfavorável do especialista do HCASG**, para os item 21, PE 20230941, Marca BSZ, Fabricante BSZ SURGICAL - PAQUISTÃO, Empresa MEDICAL LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ANVISA: 8117974001, conforme documentos anexos.
3. Considerando que o material ofertado **não corresponde** ao solicitado nas especificações do termo de referência do edital, conforme subitem: **4.2.9.7. O desempenho do produto quanto a finalidade de utilização para atender as necessidades dos serviços considerando sua funcionalidade: segurança, facilidade no manuseio, legibilidade das escalas de graduação, manutenção das características respeitando o tempo indicado para utilização/ período para trocas**; Segue documentação em anexo.

Elaborado por:


Lícia Silva

Lícia Silva Teixeira

Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884

Elaborado por:


Danielly dos Santos Rodrigues
COREN-CE 634.672-ENF

Danielly dos Santos Rodrigues

Parecer Técnico - MMH/COREN 634.672

Elaborado por:


Emanuella Arruda Rangel

Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070

Elaborado por:


Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel

Parecer Técnico - MMH/COREN 47929

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
COREN-CE 47929 - ENF



ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Especificação
21	1319364	PINÇA DERRA 16CM (+/-1), PARA CIRURGIA CARDIOVASCULAR. EM AÇO INOXIDÁVEL COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/ OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS # ATENDER A NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 de 07/1997.

EMPRESA: Medical Life Comércio de Produtos Hospitalares Eireli

MARCA: BSZ

REFERÊNCIA: BSZ - 5991

FABRICANTE: BSZ SURGICAL - PAQUISTÃO

REGISTRO MS: 8117974001

LOTE: B-225

VALIDADE: 05/02/2050

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

Material muito rígido à abertura, ergonomicamente desfavorável ao uso.

CONCLUSÃO


() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Assinatura e carimbo do profissional avaliador

Data




10/04/24

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Fabiano Gonçalves Jurea
CRM: 7472 - MAT: 48181711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
ROE 2761 / CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes




DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 10 de 04 de 2024.

ASSINATURAS + CARIMBOS DOS PARECERISTAS


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HCM


Dr. Carlos Augusto Lima Gomes dos Santos
Cardiologista
RQE 2761 / CRM 6244
DIRETOR GERAL
Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
98	10/04/2024	15H	15:30	PARECER TÉCNICO



2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 2023/0941; ITEM 21; OF.: 0273/2024; EMPRESA: MEDICAL LIFE

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 15h do dia 10/04/2024, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, reuniram-se os Srs.(as) Bruna Lopes Lima e Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao PE 2023/0941; ITEM 21; OF.: 0273/2024; EMPRESA: MEDICAL LIFE. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação. Deu-se por encerrada a reunião às 15:30h e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Cirurgia Cardíaca	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
XXXXXXX	XXXXXX	XXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXX

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXX