



Sylvanna Paixao <sylvanna.paixao@pge.ce.gov.br>

Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO-PERGÃO-963-2023

1 mensagem

Francisca Carla Saraiva Nobre <carla.nobre@saude.ce.gov.br>
Para: Sylvanna Paixao <sylvanna.paixao@pge.ce.gov.br>

14 de agosto de 2023 às 07:53

Bom dia!

Segue a resposta da equipe técnica.

Att;

----- Forwarded message -----

De: **Parecer Técnico** <parecertecnicommh@gmail.com>
Date: sex., 11 de ago. de 2023 às 09:10
Subject: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO-PERGÃO-963-2023
To: Francisca Carla Saraiva Nobre <carla.nobre@saude.ce.gov.br>

Bom Dia,

As observações devem ser incluídas nas especificações do item conforme abaixo:

Item 04 - 751986 - KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTÓN Nº 12 + CONJUNTO DE EXTENSORES RESERVA (1 EXTENSOR PARA DIETA E 1 PARA MEDICAÇÃO) - A NÍVEL DA PELE CONFECCIONADA EM SILICONE, COM BALÃO EM SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, ENCHIMENTO DO BALÃO ATRAVÉS DE VÁLVULA, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÚVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

OBS.1: DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE.**OBS.2: A AQUISIÇÃO DO BOTON IMPLICA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEDIDORES DE PAREDE ABDOMINAL COMPATÍVEIS COM OS BOTONS OFERTADOS.**

Atenciosamente,

Maria Girlene de Freitas Albuquerque - COREN 47.908
Enfermeira da CECOM/Parecer Técnico MMH
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

Lívia Farias Leitão - COREN 128311
Enfermeira da CECOM/Parecer Técnico MMH
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

Maria Juliana da Silva Guia Rodrigues - COREN 569806
Enfermeira da CECOM/Parecer Técnico MMH
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

Parecer Técnico | CECOM
Fone: (85) 3101.5197
E-mail: parecertecnicommh@hotmail.com



www.saude.ce.gov.br
 /saudeceara

Secretaria da Saúde
Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123

Francisca Carla Saraiva Nobre <carla.nobre@saude.ce.gov.br> escreveu no dia sexta, 11/08/2023 à(s) 09:07:

Bom dia!

As observações que serão inseridas ao edital devem compor a OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA ou a ESPECIFICAÇÃO, conforme o modelo?!

Atenciosamente

Em qui., 10 de ago. de 2023 às 18:53, Parecer Técnico <parecertecnicommh@gmail.com> escreveu:

Questionamento:

Solicito esclarecimento referente ao item 4 abaixo relacionado:

Item nº04 - Descrição: KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTÓN Nº 12 + CONJUNTO DE EXTENSORES RESERVA (1 EXTENSOR PARA DIETA E 1 PARA MEDICAÇÃO) - A NÍVEL DA PELE CONFECCIONADA EM SILICONE, COM BALÃO EM SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, ENCHIMENTO DO BALÃO ATRAVÉS DE VÁLVULA, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Nosso Boton na medida de 12Fr, só temos com o comprimento de 1cm.

Resposta:

A sonda Botton 12f é utilizada em lactentes que têm, na maioria das vezes, o pertuito da GTT curto, sendo consideradas medidas a partir de 0,7cm. Desse modo, a empresa proponente precisa dispor de botons com comprimentos abaixo de 1cm. Logo, não é possível ofertar um comprimento único.

Considerando a resposta ao questionamento, esta equipe sinaliza que verificou equívoco quando da omissão da seguinte exigência:

12. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: Para o item 4:

OBS.1: DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE.

OBS.2: A AQUISIÇÃO DO BOTON IMPLICA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEDIDORES DE PAREDE ABDOMINAL COMPATÍVEIS COM OS BOTONS OFERTADOS.

Em tempo: No processo 03883525.2023 às exigências acima, estão contidas no descritivo do edital, portanto que no processo em epígrafe, solicitamos colocar da mesma forma.

KIT SONDA PARA GASTROSTOMIA **TIPO BOTÓN Nº 14** + CONJUNTO DE EXTENSORES RESERVA (1 EXTENSOR PARA DIETA E 1 PARA MEDICAÇÃO) - A NÍVEL DA PELE, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM BALÃO EM SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, ENCHIMENTO DO BALÃO ATRAVÉS DE VÁLVULA, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO. COMPATÍVEL PARA USO EM PEDIATRIA COM MEDIDA DA PAREDE ABDOMINAL A PARTIR DE 0,7CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

OBS.1: DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE.

OBS.2: A AQUISIÇÃO DO BOTON IMPLICA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEDIDORES DE PAREDE ABDOMINAL COMPATÍVEIS COM OS BOTONS OFERTADOS.

Atenciosamente,

Maria Girlene de Freitas Albuquerque - COREN 47.908
Enfermeira da CECOM/Parecer Técnico MMH
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

Lívia Farias Leitão - COREN 128311
Enfermeira da CECOM/Parecer Técnico MMH
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

Maria Juliana da Silva Guia Rodrigues - COREN 569806
Enfermeira da CECOM/Parecer Técnico MMH
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - SESA

Parecer Técnico| CECOM
Fone: (85) 3101.5197
E-mail: parecertecnicommh@hotmail.com



Secretaria da Saúde
Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123

www.saude.ce.gov.br
 /saudeceara

Francisca Carla Saraiva Nobre <carla.nobre@saude.ce.gov.br> escreveu no dia quarta, 9/08/2023 à(s) 11:00:
Bom dia!

Segue o pedido de esclarecimento da empresa Tamussino, pregão marcado para o dia 17/08/2023.

Att;

----- Forwarded message -----

De: **Sylvanna Paixao** <sylvanna.paixao@pge.ce.gov.br>

Date: qua., 9 de ago. de 2023 às 10:53

Subject: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO-PERGÃO-963-2023

To: <carla.nobre@saude.ce.gov.br>, <haylla.pereira@saude.ce.gov.br>, Maria Angela Sa de Freitas <angela.sa@saude.ce.gov.br>, <guilherme.ximenes@saude.ce.gov.br>

PE 2023 **0936** SESA

Encaminhamento solicitação esclarecimento emp. TAMUSSINO

Grata

----- Forwarded message -----

De: **Licitacao PGE** <licitacao@pge.ce.gov.br>

Date: ter., 8 de ago. de 2023 às 11:22

Subject: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO-PERGÃO-963-2023

To: Murilo Lobo <murilo.lobo@pge.ce.gov.br>, Sylvanna Paixao <sylvanna.paixao@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Veronica Cruz** <veronica.cruz@tamussino.com.br>

Date: ter., 8 de ago. de 2023 10:48

Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO-PERGÃO-963-2023

To: **LICITACAO@PGE.CE.GOV.BR** <licitacao@pge.ce.gov.br>

Cc: Ana Cavalcanti <analucia@tamussino.com.br>, Sandra Pires <sandra.pires@tamussino.com.br>, Carlos Eduardo Siqueira Cunha <eduardo.cunha@tamussino.com.br>

Prezado Sr. Pregoeiro Murilo Lobo, bom dia.

Segue solicitação de esclarecimento para item do pregão acima citado.

Verônica Cruz - Assistente Administrativo - Licitação

[Rua Senador José Henrique, 224](#) - salas 501/502

Ed. Emp. Alfred Nobel

Ilha do Leite - Recife - PE - CEP: 50070-460

Tel.: + 55 (81) 3223-2470 / 2555

Microsoft Teams: veronica.cruz@tamussino.com.br

Site: www.tamussino.com.br

[Aviso legal](#)

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário. Caso você a tenha recebido por engano, por favor, retorne-a ao destinatário e apague-a de seus arquivos. É expressamente proibido qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou de parte dela, sob qualquer meio, ou o tratamento dos dados pessoais nela contidos de forma incompatível com o contexto que ensejou o seu compartilhamento, considerando as previsões legais relativas à proteção de dados pessoais, em violação à privacidade e direitos dos titulares envolvidos. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo ou pela veracidade das informações nela contidas.

Disclaimer

This message contains confidential information. The information is intended for the addressee only. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by replying to the sender and delete it from your files. You are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or the taking of any action in reliance on the contents of this information, or the processing of personal data contained therein in a manner incompatible with the context that justified the sharing is expressly forbidden, considering the legal provisions relating to the protection of personal data, in violation of the privacy and rights of the data subjects involved.

Antes de imprimir esta mensagem, verifique se é realmente necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

--

--
Atenciosamente,

Carla Saraiva Nobre
CECAD/COSUP/SESA

Fone: (85)3101-5159
E-mail: carla.nobre@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde
Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br
 /saudeceara



--
Atenciosamente,

Carla Saraiva Nobre
CECAD/COSUP/SESA

Fone: (85)3101-5159
E-mail: carla.nobre@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde
Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.5123



www.saude.ce.gov.br
 /saudeceara



--

--

Atenciosamente,

Carla Saraiva Nobre
CECAD/COSUP/SESA

Fone: (85)3101-5159

E-mail: carla.nobre@saude.ce.gov.br

Secretaria da Saúde

Av. Almirante Barroso, 600

Praia de Iracema

CEP: 60060-440 • Fortaleza/CE

Fone: (85) 3101.5123



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

www.saude.ce.gov.br

    /saudeceara

