



Secretaria Executiva Administrativo-Financeira - SEAFI

Of. nº. 0693/2024-SEAFI

Fortaleza-CE, 11 de março de 2024.

Ilm^ª. Sr. (a)
Murilo Lobo de Queiroz
Pregoeiro (a) da Procuradoria Geral do Estado
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20230936

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.S^a, formulada por meio de e-mail da Central de Licitações encaminho anexo, Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 20230936.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário Executivo Administrativo-Financeiro

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

693

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO	
Nº DO PROCESSO NUP 24001.039452/2023-34	DE DITEC/HIAS
INTERESSADO DIREÇÃO TÉCNICA – HIAS	PARA CECOM/SESA
ASSUNTO PARECER TÉCNICO	DATA DO DESPACHO 05/03/2024

1. Ciente;
2. Parecer Técnico do Pregão Eletrônico 0936/2023;
3. Considerando que a empresa MEDMAC, apresentou amostra para avaliação;
4. Informamos que o parecer se mostrou DESFAVORÁVEL para os itens 04 e 05 conforme consta nos autos;
5. Encaminhamos a Célula de Monitoramento de Compras para conhecimento e providências cabíveis.

Dra. Euzenir Pires Moura Maia
Diretora Técnica
HIAS

DRA. EUZENIR PIRES MOURA MAIA
Direção Técnica
Hospital Infantil Albert Sabin



FORMULÁRIO DE PARECER TÉCNICO

PREGÃO ELETRÔNICO 0936 2023 nup 24001039452/223-34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

ITEM 04 - KIT DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTON Nº 12. CONJUNTO DE EXTENSORES RESERVA (1 EXTENSOR PARA DIETA E 1 PARA MEDICAÇÃO) - A NÍVEL DA PELE, CONFECCIONADA EM SILICONE, COM BALÃO EM SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, ENCHIMENTO DO BALÃO ATRAVÉS DE VÁLVULA, COM VÁLVULA ANTI REFLUXO. COMPATÍVEL PARA O USO EM PEDIATRIA COM MÉDIDA DA PAREDE ABDOMINAL A PARTIR DE 0,7CM ESTÉRIL.

FORNECEDOR; MEDMAC

FABRICANTE; HANGZHOU

MARCA: BLENDA

PARECER DESFAVORÁVEL

JUSTIFICATIVA:

→ APÓS ANÁLISE TÉCNICA DA AMOSTRA FORNECIDA, CUJO LOTE 2300251, REF. 2012.20.15, OPTAMOS PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM, POIS NO DESCRITIVO DO EDITAL PEDE QUE O PRODUTO POSSUA A MEDIDA DA PAREDE ABDOMINAL PARTIR DE 0,7MM E O PRODUTO OFERTADO POSSUI A MEDIDA A PARTIR DE 0,8MM, ESTANDO PORTANTO EM DESACORDO COM O EDITAL.

ITEM 05 - SONDA DE REPOSIÇÃO PARA GASTROSTOMIA Nº 12 - SONDA/TUBO DE ALIMENTAÇÃO EM SILICONE TRANSPARENTE, TUBO CENTIMETRADO COM ESCALA GRADUADA, RADIOPACA OU COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO COMPRIMENTO; BALÃO PARA FIXAÇÃO INTERNA; RETENTOR/FIXADOR EXTERNO EM SILICONE; IMPRESSÃO INDELÉVEL DO CALIBRE E MARCA DO PRODUTO EM LOCAL VISÍVEL DA SONDA; CONECTOR MALEÁVEL COM ENTRADA PARA EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO E COM TAMPA ACOPLADA. UMA OU DUAS ENTRADAS ACESSÓRIAS COM TAMPAS ACOPLADAS; VÁLVULA FUNCIONANTE PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO; ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL E INTERCAMBIÁVEL AO ENCAIXE LIVRE DE VAZAMENTOS NO EQUIPO ENTERAL DE PONTA ESCALONADA; ENTRADA ACESSÓRIA COMPATÍVEL E INTERCAMBIÁVEL COM ENCAIXE LIVRE DE VAZAMENTOS NA SERINGA BICO LUER; MATERIAL ISENTO DE RACHADURAS OU VAZAMENTOS. ESTÉRIL.

FORNECEDOR LICITANTE : MEDMAC

FABRICANTE: HANGZHOU

MARCA: VITAL

PARECER DESFAVORÁVEL

Dra. Euzenir Pires Moura Maia
Diretora Técnica
HIAS

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
X			Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer, itens 04 e 05 do pregão eletrônico 0936/2023 NUP 24001039452/2023-34, se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, ns termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza, 04 de março de 2024


Dra. Euzenir Pires Moura Maia
Diretora Técnica
HIAS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
01	08/11/2023	10:30H	11:00	PARECER TÉCNICO

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE 0936 2023 ; ITENS 04 E 05; EMPRESA: MEDMAC

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 10:30hs do dia 08/10/2023, no setor Parecer Técnico do Hospital Infantil Albert Sabin, a empresa não compareceu a sessão para análise da amostra enviada
Deu-se por encerrada a sessão às 11:00h e para constar, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, segue a ata assinada .

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
	Parecer Tecnico	

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA

Creute
2
Dra. *Elziane Pires Moura Maia*
Diretora Técnica
HIAS