

Of. nº. 5650/2023 - SEAFI

Fortaleza-CE, 28 de Dezembro de 2023

Ilmº. Sr. (a)

Alexandre Fontenele Bizerril
Pregoeiro (a) da Procuradoria-Geral do Estado
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson Queiroz
Centro Administrativo Bárbara de Alencar
60811-500 – Fortaleza/CE

Assunto: Pregão 20230904

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Atendendo solicitação de V.Sª, formulada por meio do e-mail da Central de Licitações, estamos encaminhando em anexo o Parecer Técnico conclusivo, atinente ao Pregão Eletrônico Registro de Preços de nº 20230904.

Atenciosamente,



Luiz Otávio Sobreira Rocha Filho
Secretário-Executivo Administrativo – Financeiro

OF. 5650

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 4437/2023

Item	Código	Especificação
15	635349	TUBO ENDOTRAQUEAL (9,5MM) – COM BALÃO, CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÚVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA

EMPRESA: CIRÚRGICA FERNANDES

MARCA: COMPER

REFERÊNCIA:

FABRICANTE: YANGZHOU COMPER

REGISTRO MS: 10150470427

LOTE: 22071495

VALIDADE: 14/07/2027

CONCLUSÃO

☐ FAVORÁVEL

☒ DESFAVORÁVEL

Justificativa: O item não atende. Após análise da amostra, constatamos que o conector se desprende do tubo com facilidade, podendo causar interrupção do fluxo de entrada de oxigênio para o paciente intubado, causando dessaturação, como consequência poderá causar parada cardiorrespiratória e principalmente se o paciente estiver em uma condição de dependência de ventilação mecânica, bem como não possui a marca em local visível próximo ao conector. Portanto, indeferimos a aquisição do produto, pois o material ofertado não corresponde ao solicitado nas especificações do termo de referência do edital.
Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013

Elaborado por:


Emannuella Arruda Rangel
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 479.070
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:


Raquel Fernandes Alves de Almeida
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 550963
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:


Alcyone Maria N. da Silva
COREN CE 271273 - ENF
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 271273
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Elaborado por:


Lícia Silva Teixeira
ENF. do Parecer Técnico - MMH/COREN 488.884
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Nome comercial e técnico do produto;	
x			Documento ANVISA pertinente;	
x			Referência e marca do produto;	
x			Registro do produto;	
		x	Declaração de Isenção do Registro;	
x			Cadastro do produto;	
		x	Notificação simplificada;	
		x	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		x	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		x	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		x	Diligência realizada a empresa ?	
x			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
x			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
x			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		x	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
x			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Licia Silva Teixeira
Enfermeira
COREN-CE 488.884

Antônia Augusta Lange
Enfermeira
COREN-CE 473 070

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
117	26 de dezembro de 2023	08:30H	09:00	COPLA/SESA - Sala de Reunião





2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE 20230904, ITENS 15 Empresa CIRÚRGICA FERNANDES

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 08:30h do dia 26 de dezembro de 2023, na sala de reuniões da COPLA/SESA, conforme divulgado no sistema Comprasgov de acordo com espelho em anexo, não compareceu nenhum interessado, prosseguindo a análise com as Sras. Enfermeiras Raquel Fernandes, Lícia Silva, Emanuella Rangel e Alcyone Maria, a fim de emitir parecer técnico referente ao PE 20230904, ITEM 15 do licitante provisoriamente vencedor CIRÚRGICA FERNANDES Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 14.133/2021 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Deu-se por encerrada a reunião às 09:00h e, para constar, eu Emanuella Rangel, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
	COPLA/SESA	 Emanuella Rangel Enfermeira RN-CE 479 070
	COPLA/SESA	 Raquel Fernandes A. Almeida Enfermeira RN-CE 479 070
	COPLA/SESA	 Lícia Silva Teixeira Enfermeira COREN - CE 488.884

SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

Alcyone Maria de Silva

COPPA/SESA

Alcyone Maria de Silva
COREN-CE 271273 - ENF

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-





PROPOSTAS PARECER <propostasmh@gmail.com>

PE 20230904 Item 15 cirurgia fernandes

1 mensagem

EMANUELA RANGEL <emanuelarangell@gmail.com>
Para: propostasmmh@gmail.com

21 de dezembro de 2023 às 10:48



PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS

Ào,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20230904 – SESA/COSUP

PROCESSO Nº 01483015/2023

UASG: 943001

Número Comprasnet: 0904/2023

CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE UNITADA, sociedade empresária, com sede na Alameda África, nº. 570, Gleba Y, Tamboré, Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 61.418.042/0001-31, vem, perante V. Sas., através de seu representante legal, DANIEL CAETANO BESERRA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 003.184.973-36, em atendimento as exigências do edital a cima citado, FORNECER as AMOSTRAS conforme item 4.2. do referido edital, para avaliação dos itens 7,8,11,13,14 e 15, conforme e-mail anexo;

➤ ITEM 15 : 010095CB - SONDA END.C/BL 9,5MM COMPER

FORTALEZA-CE, 10 de novembro de 2023

Assinado de
forma digital por
DANIEL CAETANO
BESERRA 0031849
7336

Recebido em: 10/11/2023

Nome completo: Elsie Cruz Rocha Mates

Departamento: COPLA/SESA

MANU

Santana de Parnaíba 07 de Novembro de 2023

NOME : FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
ENDEREÇO : AV ALMITANTE BARROSO, 600
BAIRRO : PRAIA DE IRACEMA
CEP : 60060440
CIDADE : FORTALEZA
ESTADO : CE

PROPOSTA DE FORNECIMENTO NÚMERO:4505103
PREGÃO ELETRÔNICO : 904/2023
PROCESSO : 1483015/2023
ENCERRAMENTO : 23/08/2023 AS 14:30 HORAS
ABERTURA : 23/08/2023 AS 14:30 HORAS
Nº DE IDENTIFICAÇÃO : 943001

VALIDADE DA PROPOSTA : 90 Dia(s)
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : 30 DIAS
PRAZO ENTREGA : 10 10
VALIDADE MINIMA DO(S) PRODUTO(S) : 70 POR CENTO DO PRAZO DE VALIDADE

TOTAL PROPOSTA (R\$) 600,60
(SEISCENTOS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TOTAL DE ITENS : 1

REPRESENTANTE : D-BIO HOSPITALAR REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES
FONE : 85988012782
EMAIL : DBIOHOSPITALAR@GMAIL.COM

BANCO : BANCO BRADESCO
AGENCIA : 3394 C/C : 0000020-5

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS RELATIVAS A FRETES,
SEGUROS, TAXAS, TRIBUTOS E OUTROS.

DECLARAMOS QUE NOS SUJEITAMOS ÀS REGRAS DO PRESENTE EDITAL, BEM COMO
A TODAS AS NORMAS QUE INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO.

ITEM: 15 SONDA END.C/BL 9,5MM COMPER (010095CB)

MARCA: COMPER - FAB: YANGZHOU COMPER - PROC: CHINA

Nr.Min.Saúde....: 10150470427

Cód.Alfandegário: 90183929

TUBO ENDOTRAQUEAL (9,5MM) ? COM BALÃO, CONFECCIONADO EM PVC, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL E SEM EFEITO MEMÓRIA, COM LINHA RADIOPACA EM SUA EXTENSÃO, PROVIDO DE CONECTOR, BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ADAPTÁVEL A BICO LUER E COM DISPOSITIVO ACIONÁVEL PARA ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO, DEMARCADOR DE CORDAS VOCAIS, ESCALONAMENTO DE 1 EM 1 CENTÍMETRO AO LONGO DO TUBO, BORDA COM CURVATURA E ATRAUMÁTICA, NUMERAÇÃO DO DIÂMETRO DO TUBO E MARCA EM LOCAL VISÍVEL PRÓXIMO AO CONECTOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Quantidade : 182 Unidade: UN

NOSSA CAIXA DE EMBARQUE CONTÉM 10 PC NÃO FRACIONAMOS MATERIAL

R\$ Unitário: 3,30

(Tres Reais e Trinta centavos)

R\$ Total : 600,60

(Seiscentos Reais e Sessenta centavos)

BARBARA MARIA

DAMIAO:30499952898

Assinado de forma
digital por BARBARA

MARIA

DAMIAO:30499952898

Dados: 2023.11.07

07:53:37 -03'00'



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SANTANA DE PARNAÍBA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354730412-464-000066-1-0**

DATA DE VALIDADE: **17/02/2024**

Nº PROCESSO:

Nº PROTOCOLO:

SUBGRUPO:

AGRUPAMENTO:

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:

OBJETO LICENCIADO:

E20220022867

DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

ESTABELECIMENTO

DATA DO PROTOCOLO: **22/12/2022**

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL:

CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

CNPJ ALBERGANTE:

NOME FANTASIA:

CIRURGICA FERNANDES

CNPJ / CPF:

61.418.042/0001-31

LOGRADOURO:

Alameda ALAMEDA AFRICA

NÚMERO: **570**

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

TAMBORÉ

MUNICÍPIO:

SANTANA DE PARNAÍBA

CEP:

06543-306

UF: **SP**

PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARCOS FERNANDO FERNANDES**

CPF: **01177200899**

CONSELHO REGIONAL: **N/A**

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **LUCIA AKEMI HIGA**

CPF: **25191445805**

CONSELHO REGIONAL: **COREN**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **69259**

UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: **ROBERTA MOURÃO DE GODOY**

CPF: **35009392879**

CONSELHO REGIONAL: **COREN**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **250425**

UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Produtos para a saúde/correlatos

1.01504-7

Descrição

Número AFE

REEMBALAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR, IMPORTAR

Atividades Licenciadas

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIANº CEVS: **354730412-464-000066-1-0**DATA DE VALIDADE: **17/02/2024****CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS****CLASSE DE PRODUTO:**

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EMBALAR

IMPORTAR

CATEGORIA:

ACESSÓRIOS

APARELHOS

EQUIPAMENTOS

INSTRUMENTOS

MATERIAL OU ARTIGO DESCARTÁVEL

MATERIAL OU ARTIGO SEMI-SÓLIDO

MATERIAL OU ARTIGO SÓLIDO

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO

OUTROS PRODUTOS PARA SAÚDE

O(A) DIRETOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTANA DE PARNAÍBA

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SANTANA DE PARNAÍBA

LOCAL

17/02/2023

DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1676662253343

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SANTANA DE PARNAÍBA

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354730412-464-000066-1-0**

DATA DE VALIDADE: **17/02/2024**

Nº PROCESSO:
Nº PROTOCOLO: **E20220022867** DATA DO PROTOCOLO: **22/12/2022**
SUBGRUPO: **DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO: **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: **4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
OBJETO LICENCIADO: **ESTABELECIMENTO**

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: **CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: **CIRURGICA FERNANDES**
CNPJ / CPF: **61.418.042/0001-31**
LOGRADOURO: **Alameda ALAMEDA AFRICA** NÚMERO: **570**
COMPLEMENTO:
BAIRRO: **TAMBORÉ**
MUNICÍPIO: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP**
CEP: **06543-306**
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARCOS FERNANDO FERNANDES**

CPF: **01177200899**

CONSELHO REGIONAL: **N/A**

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **LUCIA AKEMI HIGA**

CPF: **25191445805**

CONSELHO REGIONAL: **COREN**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **69259**

UF: **SP**

RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO: **ROBERTA MOURÃO DE GODOY**

CPF: **35009392879**

CONSELHO REGIONAL: **COREN**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **250425**

UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Produtos para a saúde/correlatos

1.01504-7

Descrição

Número AFE

REEMBALAR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR, IMPORTAR

Atividades Licenciadas

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIANº CEVS: **354730412-464-000066-1-0**DATA DE VALIDADE: **17/02/2024****CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS****CLASSE DE PRODUTO:**

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

EMBALAR

IMPORTAR

CATEGORIA:

ACESSÓRIOS

APARELHOS

EQUIPAMENTOS

INSTRUMENTOS

MATERIAL OU ARTIGO DESCARTÁVEL

MATERIAL OU ARTIGO SEMI-SÓLIDO

MATERIAL OU ARTIGO SÓLIDO

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO

OUTROS PRODUTOS PARA SAÚDE

O(A) DIRETOR(A) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTANA DE PARNAÍBA

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SANTANA DE PARNAÍBA

LOCAL

17/02/2023

DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1676662253343

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ	61.418.042/0001-31
Autorização	1.01.504-7
Produto	Sonda Endotraqueal com Balão em PVC Comper

Modelo Produto Médico
Diâmetro Interno (mm): 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	10150470427 SONDA_ENDOTRAQUEAL_COM_B ALAO_BARRIL_COMPER.pdf	0592418219 - 13/02/2021 17:52:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	10150470427 SONDA_ENDOTRAQUEAL_COM_B ALAO_COMPER.pdf	0592418219 - 13/02/2021 17:52:45
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	10150470427 SONDA_ENDOTRAQUEAL_PRE_FO RMADA_C_BALAO_COMPER.pdf	0592418219 - 13/02/2021 17:52:45

Nome Técnico	Sondas
Registro	10150470427
Processo	25351169228201526
Fabricante Legal	Yangzhou Comper Industry&Tranding Co., Ltd
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA		
CNPJ	01.122.234/0001-74	Autorização	8.00.814-9
Produto	Sonda/Tubo Endotraqueal com Balao HFA		

Filtrar...
Modelo Produto Médico
LB501025C
LB501030C
LB501035C
LB501040C
LB501045C
LB501050C
LB501055C
LB501060C
LB501065C
LB501070C
« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instrucoes de Uso - SondaTubo Endotraqueal com Balão HFA.pdf	5051313/22-1 - 14/12/2022 - 02:39

Nome Técnico	Tubo Traqueal
Registro	80081499006
Processo	25351.576769/2022-69

Fabricante Legal	FABRICANTE: NINGBO FOYOMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

**NOME DO PRODUTO: Sonda ENDOTRAQUEAL C BALÃO TIPO BARRIL –
COMPER**

Registro MS: 10150470427

DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA

Nome técnico: Sondas

Matéria Prima: PVC

Método de Esterilização: óxido de etileno

Produto Estéril: (X) Sim () Não

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

A sonda endotraqueal com balão tipo barril – COMPER, vem com linha azul radiopaca, uma via, curvado anatomicamente, ponta proximal com conector de 15 mm, graduado em toda a extensão do tubo e olho de Murphy, que possibilita ventilação bilateral. Balão de baixa pressão e alto volume, balonete com textura macia e aveludada. O balão possui a apresentação no formato barril, ocorrendo uma perfeita vedação.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado em procedimentos de intubação oral para manutenção de vias respiratórias, em curto, médio e longo período.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Inserção e remoção do estilete de intubação, integridade da sonda, balão e sistema de insuflação devem ser verificados antes da intubação.
2. O estilete deve ser curvado e posicionado assegurando que a ponta não saia pelo Olho de Murphy ou vá além da extremidade da sonda no paciente para evitar danos à laringe/traqueia.
3. Coloque a sonda no paciente seguindo técnicas médicas reconhecidas e remova o estilete imediatamente após a sonda estar em posição. A marca de profundidade de intubação deve ser usada como guia para colocação correta da sonda.
4. Encha o balão com a mínima quantidade de ar para fornecer uma vedação adequada.
5. Após a intubação, a sonda traqueal deve ser fixa com esparadrapo ou cadarço e se usado oralmente protegido contra danos através da utilização de uma cânula de Guedel. A localização da sonda pode ser confirmada através de radiografia.
6. Retire a sonda do paciente seguindo técnicas médicas reconhecidas.
7. Descarte a sonda traqueal de maneira segura de acordo com as orientações locais para eliminação de dispositivos médicos contaminados.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Materiais dos componentes:

Componentes	Material
Conector de 15mm	Polipropileno
Tubo principal	PVC (cloreto de polivinila)
Cuff (balão)	PVC (cloreto de polivinila)
Linha de inflação – Azul	PVC (cloreto de polivinila)
Linha radiopaca	PVC
Balão Piloto	PVC (cloreto de polivinila)
Válvula	PVC e aço inox AISI 304

Tamanho (FR/CH)	D.I.(mm)	D.E.(mm)	Comprimento (mm)
2.5	2.5 mm	3.4 mm	170 mm
3.0	3.0 mm	4.0 mm	180 mm
3.5	3.5 mm	4.7 mm	200 mm
4.0	4.0 mm	5.4 mm	220 mm
4.5	4.5 mm	6.0 mm	230 mm
5.0	5.0 mm	6.7 mm	250 mm
5.5	5.5 mm	7.3 mm	280 mm
6.0	6.0 mm	8.0 mm	290 mm
6.5	6.5 mm	8.5 mm	300 mm
7.0	7.0 mm	9.2 mm	310 mm
7.5	7.5 mm	10.0 mm	310 mm
8.0	8.0 mm	10.7 mm	325 mm
8.5	8.5 mm	11.3 mm	325 mm
9.0	9.0 mm	12.0 mm	325 mm
9.5	9.5 mm	12.7 mm	325 mm
10.0	10.0 mm	13.0 mm	330 mm

FOTO

**APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
010025CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 2,5MM - COMPER
010030CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 3,0MM - COMPER
010035CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 3,5MM - COMPER
010040CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 4,0MM- COMPER
010045CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 4,5MM - COMPER
010050CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 5,0MM - COMPER
010055CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 5,5MM - COMPER
010060CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 6,0MM- COMPER
010065CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 6,5MM - COMPER
010070CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 7,0MM - COMPER
010075CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 7,5MM - COMPER
010080CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 8,0MM- COMPER
010085CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 8,5MM - COMPER
010090CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 9,0MM - COMPER
010095CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 9,5MM - COMPER
010100CB	SONDA END.C/BL TIPO BARRIL 10,0MM -COMPER

FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

Embalagem unitária em envelope de papel grau cirúrgico e PET.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter em local seco e fresco

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

Inserção e remoção do estilete de intubação, integridade da sonda, balão e sistema de insuflação devem ser verificados antes da intubação. A segurança de todos os sistemas de respiração deve ser verificada quando o circuito for estabelecido e depois frequentemente.

Os pacientes devem ser devidamente umidificados para minimizar incrustações do lúmen da sonda traqueal e evitar danos à mucosa.

A evidência do lúmen da sonda traqueal tem que ser assegurada através de aspiração regular. Período de utilização máximo recomendado é de 30 dias.

Dispositivos usados durante a insuflação do balão tem que estar limpos e sem quaisquer matérias estranhas, e tem que ser removidos da válvula de verificação da linha de insuflação depois de ser usado.

Proteja o balão contra danos evitando contato com bordas afiadas. Se o balão for danificado, o paciente deve ser reintubado e o tubo danificado descartado.

Devem ser evitados reposicionamento e movimento da sonda traqueal colocada, enquanto o balão estiver insuflado.

Após a intubação, a sonda traqueal deve ser devidamente fixa para eliminar movimentos indesejáveis.

A utilização de agentes de anestesia de aerosol tópicos tem sido associado com a formação de furos nos balões de PVC.

Após a utilização, este produto pode constituir um potencial bio-risco. Manuseie-o e elimine-o de acordo com o procedimento médico aceito e os regulamentos e as leis federais e estaduais aplicáveis localmente.

Importado e Distribuído por:


Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: www.cfernandes.com.br

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259



ALVARÁ 342/2023

A **Secretaria Municipal de Finanças**, através do **DRM - Departamento de Receitas Mobiliárias**, expede o presente **ALVARÁ de LICENÇA, FUNCIONAMENTO e LOCALIZAÇÃO, VÁLIDO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2024.**

RAZÃO SOCIAL CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. E HOSP. SOC. LTDA.

RAMO DE ATIVIDADE COMERCIO ATACADISTA
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

ENDEREÇO AL: AFRICA, 570 -

BAIRRO TAMBORE POLO EMPRESARIAL

CIDADE SANTANA DE PARNAIBA


CCM 64484

CNPJ/CPF 61.418.042/0001-31

I.E 623.112.422.119

Obs.: - AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
Todas as empresas devem tomar providências cabíveis para adequação das edificações e das áreas de risco, de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros, quando necessário. Conforme Decreto Estadual Nº 63911/2018.
- Lei 1.649/91, ARTIGO 31 – Obrigatório colocar em lugar visível ao público.

SANTANA DE PARNAIBA, 20 de Junho de 2023.


JESSICA CANDIDO SANTOS MORAES
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receitas Mobiliárias

DRM - DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

CENTRO ADMINISTRATIVO BANDEIRANTES – Secretaria Municipal de Finanças
Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1283 – Bairro Sítio do Morro – Santana de Parnaíba/SP – CEP:06517-520
PABX: (11) 4622-7500 – site: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br / smf@santanadeparnaiba.sp.gov.br

www.santanadeparnaiba.sp.gov.br





Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Licenciamento



Alvará de Localização e Funcionamento
Localização e Funcionamento

Identificação

Razão Social: **AARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

CNPJ: **02.566.043/0001-64**

Insc. Municipal: **32201**

Protocolo: **PRP1721198631**

Data de abertura: **14/01/2008**

Localização

Logradouro: **Rua JOSE CLAUDINO BARBOSA**

Número: **157**

Bairro: **AFONSO PENA**

Insc. Imob.: **05.021.002.3000**

CEP: **83040-450**

Lista de Atividades - CNAE/CBO

4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7490-1/01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO
8292-0/00 - ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Observação

Atividade adequada de acordo com a Lei Municipal Complementar 107/2016
Proibido o uso da área pública para carga/descarga e estacionamento permanente.

Posturas e Requisitos de Validade: este Alvará é válido enquanto todas as posturas estiverem em validade

Local	Situação	Emissão	Validade
Vigilância em Saúde	Deferido	25/09/17	Indeterminada
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (33800500)	Deferido	21/11/18	17/01/26
Corpo de Bombeiros.	Deferido	23/11/18	17/01/24

Ciência e Responsabilidade

O Alvará é emitido considerando a Ciência e Responsabilidade do empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este declara, sob as penas da lei, que irá observar durante o funcionamento e exercício das atividades econômicas solicitadas e autorizadas pelo Município, o cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental, prevenção contra incêndio e demais obrigações constantes nas Legislações Municipais, Estaduais e Federais.

Atenção

- Fixar este Alvará em local visível;
- Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada à seção competente no prazo regulamentar.
- Esta concessão poderá ser cassada a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da Prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento, ou ainda quando o estabelecimento por sua atividade interferir o sossego público.



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

"Declaramos a quem possa interessar, para os devidos fins que a empresa **CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA**, regularmente estabelecida a **Alameda África, 570 Gleba Y (Pólo Empresarial) Tamboré – Santana de Parnaíba/SP**, inscrita no CNPJ **61.418.042/0001-31** é nosso fornecedor de produtos médicos hospitalares, itens relacionados abaixo, bem como atestamos que **AS ENTREGAS FORAM REALIZADAS DENTRO DO PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO**, não havendo nada que desabone"

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	QTDE ENTREGUE
BANDAGEM ANTI-SEPTICA RL/500 BLOOD STOP	1394028	50
BANDAGEM ANTI-SEPTICA RL/500 BLOOD STOP	1401521	30
BANDAGEM ANTI-SEPTICA RL/500 BLOOD STOP	1429805	300
BANDAGEM ANTI-SEPTICA RL/500 BLOOD STOP	1446307	300
		680 CX COM 500 UNDS

Palmas - TO, 06 de abril de 2022.

KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA:73146641100
Assinado de forma digital por KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA:73146641100
Dados: 2022.04.06 16:46:17 -03'00'

KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA
ADMINISTRADOR
RG. Nº 728.961- SSP/TO
CPF Nº 731.466.411-00

HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
Assinado de forma digital por HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
EIRE:15346274000104
Dados: 2022.04.06 16:46:39 -03'00'



JRLacerda

Material Médico Hospitalar EIRELI

CNPJ: 03.595.984/0001-99

INSC. ESTADUAL: 10.323.702-0

05 de abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - J.R. LACERDA

“Declaramos a quem possa interessar, para os devidos fins que a empresa **CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA**, regularmente estabelecida a Alameda África, 570 Gleba Y (Pólo Empresarial) Tamboré - Santana de Parnaíba/SP, inscrita no CNPJ 61.418.042/0001-31 é nosso fornecedor de produtos médicos hospitalares, itens relacionados abaixo, bem como atestamos que **AS ENTREGAS FORAM REALIZADAS DENTRO DO PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO**, não havendo nada que desabone”

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	QTDE ENTREGUE
BANDAGEM ANTI-SEPTICA RL/500 BLOOD STOP	1402650	1.500
		1.500 CX COM 500 UNDS

LOURIVAL CESAR
BORGES
JUNIOR:50958810125

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
CESAR BORGES
JUNIOR:50958810125
Dados: 2022.04.05
15:50:57 -03'00'

DISTRIMED

Comércio e Representações LTDA.

15 de março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

“Declaramos a quem possa interessar, para os devidos fins que a empresa **CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA**, regularmente estabelecida a Alameda África, 570 Gleba Y (Pólo Empresarial) Tamboré - Santana de Parnaíba/SP, inscrita no CNPJ 61.418.042/0001-31 é nosso fornecedor de produtos médicos hospitalares, itens relacionados abaixo, bem como atestamos que **AS ENTREGAS FORAM REALIZADAS DENTRO DO PRAZO DE ENTREGA ESTABELECIDO**, não havendo nada que desabone”

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	QTDE ENTREGUE
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1323405	750
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1325650	530
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1327751	1.500
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1329138	1.500
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1332678	430
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1334622	670
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1336108	650
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1339619	1.720
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1347304	750
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1348342	750
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1349735	1.500
FRALDA GERIATRICA GD PT/08 SLIM MARDAM	1398038	1.500
		12.250 PCTS COM 8 UNDS

ANDERSON
THYELSON TORRES DE
VASCONCELOS:87186
675387

Assinado de forma digital por
ANDERSON THYELSON TORRES
DE VASCONCELOS:87186675387
Dados: 2022.03.15 08:36:32
-03'00'

