



PARECER TÉCNICO 3387/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0663/2024

DATA: 26/12/2024

Com relação ao Ofício nº 038308/2024, segue parecer técnico:

FASE 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA

ITEM 05 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

Empresa: OBJET COMÉRCIO

Marca: SOLIDSTEEL

Modelo: SSDI 40L

Conclusão: Item não aceito por não atender às especificações do Edital, conforme apresentado no check-list e descrito abaixo.

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
FASE 1 - ANÁLISE DA PROPOSTA				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	x		Registro ANVISA do produto;	
	x		Conformidade com o Descrito Técnico?	
		x	Diligência realizada e respondida dentro do prazo?	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

O edital solicita:

“[...] REGISTRO NA ANVISA VIGENTE [...] (Grifo Nosso).

É ofertado:

Ao consultarmos o catálogo anexado pela licitante no Sistema Comprasnet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/ite m/5?compra=94300105906632024>), verificamos que o produto ofertado não possui registro da Anvisa vigente, divergindo do solicitado em edital.

PARECER TÉCNICO 3387/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0663/2024
DATA: 26/12/2024

O edital solicita:

“[...] TEMPERATURA DE TRABALHO DE +/- +5°C DA TEMPERATURA AMBIENTE A 300°C [...]” Grifo Nosso.

É ofertado:

Ao consultarmos o catálogo anexado pela licitante no Sistema Comprasnet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/it/m/5?compra=94300105906632024>), verificamos que a faixa de temperatura de trabalho do produto ofertado diverge do solicitado em edital.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	Ambiente +5°C até 250°C - outras sob consulta
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital PID autotuning
DISPLAY	LED 4 dígitos
RESOLUÇÃO	0,1°C para indicação de temperatura de processo
TIMER	Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
INDICAÇÃO DE PROCESSO	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	PT 100
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Estufa de piso não acompanha plug
HOMOGENEIDADE TÉRMICA	+/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C
PRECISÃO DO SISTEMA	+/- 1°C
ISOLAMENTO TÉRMICO	Lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Por convecção natural, livre de ruídos
ALIMENTAÇÃO	Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.



PARECER TÉCNICO 3387/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0663/2024

DATA: 26/12/2024

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **FREDSON CUNHA SA**, em **26/12/2024, às 13:39** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **CHARLON TELES BEZERRA**, em **26/12/2024, às 09:52** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **Lucas dos Santos Nascimento**, em **26/12/2024, às 09:06** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **275C-5CE1-C265-7E38**.