

PARECER TÉCNICO 215/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0663/2024
DATA: 21/01/2025

Com relação ao Ofício nº 001568/2024, segue parecer técnico:

ITEM 5 - ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

Empresa: ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI

Marca: SOLIDSTEEL

Modelo: SSDI 40L

Conclusão: Item não aceito por não atender às especificações do Edital, conforme apresentado no check-list e descrito abaixo.

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
Análise das Propostas e Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
	x		Registro ANVISA do produto;	
x			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
x			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
x			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
	x		Conformidade com o Descrito Técnico?	
		x	Diligência realizada e respondida dentro do prazo?	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

PARECER TÉCNICO 215/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0663/2024
DATA: 21/01/2025

Edital solicita:

“[...] TEMPERATURA DE TRABALHO DE +/- +5°C DA TEMPERATURA AMBIENTE A 300°C [...]” (Grifo Nosso).

É ofertado:

Ao consultarmos o catálogo anexado pela licitante no Sistema ComprasNet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/5?compra=94300105906632024>), verificamos que a faixa de temperatura de trabalho do produto ofertado diverge do solicitado em edital.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	Ambiente +5°C até 250°C - outras sob consulta
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital PID autotuning
DISPLAY	LED 4 dígitos
RESOLUÇÃO	0,1°C para indicação de temperatura de processo
TIMER	Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto
INDICAÇÃO DE PROCESSO	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	PT 100
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 Estufa de piso não acompanha plug
HOMOGENEIDADE TÉRMICA	+/- 1°C / 480L ou 630L +/- 4°C
PRECISÃO DO SISTEMA	+/- 1°C
ISOLAMENTO TÉRMICO	Lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Por convecção natural, livre de ruídos
ALIMENTAÇÃO	Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V

Edital solicita:

“[...] REGISTRO NA ANVISA VIGENTE [...]” (Grifo Nosso).

É ofertado:

PARECER TÉCNICO 215/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0663/2024

DATA: 21/01/2025

Ao consultarmos o catálogo anexado pela licitante no Sistema ComprasNet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/itm/5?compra=94300105906632024>), verificamos que o produto ofertado não possui registro na Anvisa Vigente, divergindo do solicitado em edital.

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **CHARLON TELES BEZERRA**, em **21/01/2025, às 11:07** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **Lucas dos Santos Nascimento**, em **21/01/2025, às 10:54** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **6920-8115-0304-97BA**.