



Pedro Barros <pedro.barros@pge.ce.gov.br>

Fwd: Esclarecimento PE 90902/2024

1 mensagem

Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

9 de setembro de 2024 às 11:31

Para: Simone Alencar <simone.alencar@pge.ce.gov.br>, Pedro Barros <pedro.barros@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Laura Monteiro** <licitacao.laura@lutech.com.br>

Date: seg., 9 de set. de 2024 às 11:29

Subject: Esclarecimento PE 90902/2024

To: <licitacao@pge.ce.gov.br>

Cc: Hugo Torresan Buainain <hugo@lutech.com.br>

Bom dia Prezados,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 90902/2024, solicito esclarecimento conforme abaixo.

ITEM 1: CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL

Creio que existe um erro de digitação no descritivo, pois mencionam "com dutos para circulação externa do ar", e o equipamento de Fluxo Laminar Horizontal não é compatível com essa especificação.

Os equipamentos que possuem dutos para direcionamento da exaustão para o ambiente externo são Cabines de Segurança Biológica, como a Classe II A2 ou B2.

Com base nas informações acima questiono: qual é o equipamento que deve ser ofertado?

- Cabine de Fluxo Laminar Horizontal (sem dutos)?
- Cabine de Segurança Biológica? Favor definir Classe II A2 ou B2

Aguardo breve retorno.

Atenciosamente,



Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.