



Pedro Barros <pedro.barros@pge.ce.gov.br>

Fwd: ESCLARECIMENTO PE Nº 20240902 SESA/COEXE -UASG - 943001

1 mensagem

Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

9 de setembro de 2024 às 10:57

Para: Simone Alencar <simone.alencar@pge.ce.gov.br>, Pedro Barros <pedro.barros@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **BKS EQUIPAMENTOS** <bks.equipamentos@gmail.com>

Date: seg., 9 de set. de 2024 às 10:54

Subject: ESCLARECIMENTO PE Nº 20240902 SESA/COEXE -UASG - 943001

To: <licitacao@pge.ce.gov.br>

Bom dia

Temos interesse em participar do item 3 - CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA.

Porem o edital coloca o descritivo, que o equipamento deve "tender as legislação pertinente á anvisa", porem este equipamentos não são regulados pela anvisa, assim sendo dispensado, conforme o link abaixo quais são os produtos não regularizados como médicos, portanto dispensados do registro, dentre eles Capela de Fluxo Laminar e cabine de segurança biológica

<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados>

Gostaria de saber se serão aceitos equipamentos sem essa notificação ou registro da Anvisa, visto que o mesmo esta enquadrado como produtos não regulados.

Att!

Elton Glatz
41 99932 4698

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.
