



Andersson Silva <andersson.silva@pge.ce.gov.br>

Fwd: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO N. 20240771 – SESA/COEXE - NÚMERO COMPRASNET: 90771/2024

1 mensagem

Licitação PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

18 de setembro de 2024 às 16:30

Para: Carlos Leitao <carlos.leitao@pge.ce.gov.br>, Andersson Silva <andersson.silva@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: Luis Segundo <luis.segundo@live.com>

Date: qua., 18 de set. de 2024 às 16:27

Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO N. 20240771 – SESA/COEXE - NÚMERO COMPRASNET: 90771/2024

To: licitacao@pge.ce.gov.br <licitacao@pge.ce.gov.br>, Luis Segundo - Edital Assessoria <luis.segundo@editalassessoria.com.br>

Prezado(a) Pregoeiro(a),

segue abaixo, tempestivamente, solicitação de esclarecimento referente ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N. 20240771 – SESA/COEXE - NÚMERO COMPRASNET: 90771/2024.

1. Alguns itens possuem tolerância de medidas previamente determinada, como, por exemplo, +/- 10 cm no item 1. Diante disso, entendemos que, para as medidas em que tal tolerância não esteja expressamente mencionada na descrição do item, somente serão aceitas as medidas exatas conforme especificadas no edital. Por exemplo, no item 1, serão aceitos apenas extratores sem ponta com medidas entre 1.9Fr e 2.2Fr e comprimento entre 110 cm e 130 cm. Qualquer medida fora desse escopo será motivo de desclassificação. Nosso entendimento está correto?
2. O item 2 trata de extratores com ponta para urologia. Nesse caso, medidas muito finas comprometem o torque necessário para a apreensão de cálculos ureterais. Portanto, entendemos que a medida correta de espessura é de 3Fr. Nosso entendimento está correto?
3. Quanto à fase de apresentação de amostras, entendemos que os licitantes serão formalmente convocados para apresentar a amostra do material ofertado, momento em que se iniciará a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a entrega. Além disso, será permitido indicar um representante para acompanhar o procedimento de avaliação das amostras. Nosso entendimento está correto?
4. O item 11.3.1 do Edital estabelece a possibilidade de acompanhamento da fase de amostras por todos os interessados. Diante disso, entendemos que a data de avaliação das amostras será divulgada no sistema Comprasnet. Nosso entendimento está correto?

5. O item 14.7.8 do Edital estabelece que a não apresentação da amostra ou a sua apresentação em desacordo com o edital resultará na desclassificação do licitante. Diante disso, entendemos que constará nos autos do processo o protocolo de recebimento das amostras, indicando a data de recebimento, a marca e o modelo da amostra. Nosso entendimento está correto?

Favor confirmar o recebimento!!

Desde já agradeço a atenção!

Luis C. Segundo

CPF. 013.396.256-36

www.editalassessoria.com.br

(34) 98402-5789

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.
