

PARECER TÉCNICO Nº 4/2025 - LP/DHTE/HCF

1. OBJETIVO:

Trata-se de parecer técnico do grupo 2 (itens 4 e 5) e itens avulsos (itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11), referente à Aquisição de BOLSAS DE SANGUE COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, da proposta comercial da empresa FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357, que abrange:

GRUPO 02 - SOLUÇÃO PAS		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
4	18904010	SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM A BOLSA PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 200 A 300 ML. UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. COMPLEMENTO: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONSERVAÇÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS DERIVADAS DE SANGUE TOTAL OU AFÉRESE. FLUÍDO NUTRIENTE CRISTALOIDE UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PLASMA (DE 65 A 80%) NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS DE REDUÇÃO DE PATÓGENOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM BOLSA DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 200 A 300 ML. MARCA: FRESENIUS

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

5	18904110	SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM A BOLSA. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 500 ML. UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. COMPLEMENTO: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONSERVAÇÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS DERIVADAS DE SANGUE TOTAL OU AFÉRESE. FLUÍDO NUTRIENTE CRISTALOIDE UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PLASMA (DE 65 A 80%) NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS DE REDUÇÃO DE PATÓGENOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM BOLSA DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 500 ML. MARCA: FRESENIUS
---	----------	--

EQUIPAMENTO - GRUPO 2

ITEM	DESCRIÇÃO
------	-----------

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

1	EQUIPAMENTO PARA REALIZAR A CONEXÃO ESTÉRIL DE BOLSAS DE SANGUE EM SISTEMA TOTALMENTE FECHADO, QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PROCESSO SEM ALTERAR A DATA DE VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A EXECUÇÃO DE UMA ÚNICA SOLDAGEM ENTRE TUBOS DE PVC CONFECCIONADOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CONEXÃO PODERÁ OCORRER ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE RADIOFREQUÊNCIA, COM ELEMENTO AQUECEDOR, CAPAZ DE AQUECER O MATERIAL DA SOLDAGEM UNIFORMEMENTE DURANTE O PROCEDIMENTO SEM CONTATO MANUAL COM O OPERADOR OU DISPOSITIVO PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PVC DE BOLSAS DE SANGUE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO SISTEMA E VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES PELO MESMO PERÍODO DO SISTEMA ORIGINAL DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ATRAVÉS DE LÂMINAS QUE AQUECIDAS À TEMPERATURA DE 320º C GARANTA A ESTERILIDADE DURANTE A SOLDA. A CONEXÃO DEVERÁ PODER SER FEITA ENTRE TUBOS: SECO, SECO/MOLHADO, MOLHADO / SECO, MOLHADO E COM DIÂMETRO EXTERIOR ENTRE 3,9 E 4,5 MM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.
---	---

ITENS AVULSOS		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



6	613103	BOLSA, PLÁSTICA, DE TRANSFERÊNCIA, PARA ACONDICIONAR COMPONENTES DO SANGUE, 150 ML, EM PVC ATOXICO, CONSTITUÍDA POR SEGMENTO DE TRANSFERÊNCIA COM NO MÍNIMO 600 MM DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDÊNTICAS EM TORNO DE 75 MM ENTRE SI, COM UM OU MAIS TUBOS DE SAÍDA COMPATÍVEIS COM AS BOLSAS E EQUIPOS DE TRANSFUSÃO, UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: BOLSA PLÁSTICA DE TRANSFERÊNCIA - PARA ACONDICIONAR COMPONENTES DO SANGUE, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM CAPACIDADE PARA 150 ML, CONSTITUÍDA POR SEGMENTO DE TRANSFERÊNCIA COM NO MÍNIMO 600,00 MM DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDÊNTICAS EM TORNO DE 75,00 MM ENTRE SI, COM UM OU MAIS TUBOS DE SAÍDA COMPATÍVEIS COM AS BOLSAS DE COLETA DE SANGUE E EQUIPOS DE TRANSFUSÃO DESENVOLVIDOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA DE FORMA A NÃO DANIFICAR E DEFORMAR OS SEGMENTOS, EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, AMOSTRAS SERÃO SOLICITADAS, SE NECESSÁRIO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO DADOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE E PROCEDÊNCIA. MARCA: FRESENIUS
---	--------	---

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

7	613113	BOLSA, PLÁSTICA, DE TRANSFERÊNCIA, PARA ACONDICIONAR COMPONENTES DO SANGUE, 300 ML, EM PVC ATOXICO, CONSTITUÍDA POR SEGMENTO DE TRANSFERÊNCIA COM NO MÍNIMO 600 MM DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDÊNTICAS EM TORNO DE 75 MM ENTRE SI, COM UM OU MAIS TUBOS DE SAÍDA COMPATÍVEIS COM AS BOLSAS E EQUIPOS DE TRANSFUSÃO, UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: BOLSA PLÁSTICA DE TRANSFERÊNCIA - PARA ACONDICIONAR COMPONENTES DO SANGUE, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, COM CAPACIDADE PARA 300 ML, CONSTITUÍDA POR SEGMENTO DE TRANSFERÊNCIA COM NO MÍNIMO 600,00 MM DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDÊNTICAS EM TORNO DE 75,00 MM ENTRE SI, COM UM OU MAIS TUBOS DE SAÍDA COMPATÍVEIS COM AS BOLSAS DE COLETA DE SANGUE E EQUIPOS DE TRANSFUSÃO DESENVOLVIDOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA DE FORMA A NÃO DANIFICAR E DEFORMAR OS SEGMENTOS, EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, AMOSTRAS SERÃO SOLICITADAS, SE NECESSÁRIO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO DADOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE E PROCEDÊNCIA. MARCA: FRESENIUS
---	--------	--

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

8	613123	BOLSA, TRANSFERÊNCIA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES, 600 ML, PVC ATOXICO , FORMATO ANATÔMICO COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, PENETRADOR DE ACORDO COM A NORMA ISO 1135/4, UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: BOLSA DE TRANSFERÊNCIA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES, CAPACIDADE DE 600 ML, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, FORMATO ANATÔMICO COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, PENETRADOR DE ACORDO COM A NORMA ISO 1135/4, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RÓTULO EM PORTUGUÊS. ESTÉRIL, APIROGÊNICA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA E ATENDA A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. AMOSTRAS SERÃO SOLICITADAS, SE NECESSÁRIO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, RÓTULO EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO DADOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE E PROCEDÊNCIA. MARCA: FRESENIUS
---	--------	--

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

9	613143	BOLSA, SIMPLES, COM SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE PRESERVADORA CPDA-1, PARA COLETAR VOLUME MÁXIMO DE 500 ML, ENTRE SANGUE E ANTI COAGULANTE, PLÁSTICAS, ESTEREIS E APIROGÊNICAS, ESTANQUES, APRESENTANDO TUBO DE COLETA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 800 MM, CONTENDO MARCAÇÃO IDÊNTICA EM TORNO DE 75 MM ENTRE SI, AGULHA SILICONIZADA CALIBRE 16 G, COM BISEL TRIFACETADO, APRESENTANDO UM OU MAIS TUBOS DE SAÍDA, OU SEJA, CONECTORES DE TRANSFUSOS, COMPATÍVEIS COM AS BOLSAS DE COLETA DE SANGUE E COM OS EQUIPOS DE TRANSFUSÃO, UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: BOLSA SIMPLES COM SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE PRESERVADORA CPDA-1, PLÁSTICAS, ESTÉREIS E APIROGÊNICAS, ESTANQUES, CAPACIDADE PARA COLETAR VOLUME MÁXIMO DE 500 ML, ENTRE SANGUE E COAGULANTE APRESENTANDO TUBO DE COLETA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 800 MM (OITOCENTOS MILÍMETROS), CONTENDO MARCAÇÃO IDÊNTICA EM TORNO DE 75,00 MM (SETENTA E CINCO MILÍMETROS) ENTRE SI. A AGULHA DEVE SER SILICONIZADA CALIBRE 16 G, COM BISEL TRIFACETADO, APRESENTANDO UM OU MAIS TUBOS DE SAÍDA, OU SEJA, CONECTORES DE TRANSFUSOS, COMPATÍVEIS COM AS BOLSAS DE COLETA DE SANGUE E COM OS EQUIPOS DE TRANSFUSÃO DESENVOLVIDOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL FÁCIL DE ABRIR, RÓTULO EM PORTUGUÊS, APRESENTANDO DADOS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE E PROCEDÊNCIA, ACONDICIONADA DE FORMA A NÃO DANIFICAR E DEFORMAR OS SEGMENTOS, EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, AMOSTRAS SERÃO SOLICITADAS, SE NECESSÁRIO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA: FRESENIUS
---	--------	---

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



10	613163	BOLSA, DE TRANSFERÊNCIA, PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE 75 A 150 ML, COMPOSTA DE 04 BOLSAS SEM ANTICOAGULANTE INTERCONECTADAS EM SISTEMA FECHADO, CADA UMA COM UM PONTO DE INFUSÃO, EM FILME DE PVC ATOXICO, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; BOLSA COM CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, TUBOS DE TRANSFERÊNCIA COM FLEXIBILIDADE, COM PERFURADOR PROVIDO DE TAMPA NA EXTREMIDADE DO SISTEMA, NUMERAÇÃO SERIAL DO TUBO DE TRANSFERÊNCIA COMPATÍVEL E LEGÍVEL E COMPATIBILIDADE NO SISTEMA DE CONEXÃO ESTÉRIL, UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: BOLSA DE TRANSFERÊNCIA PEDIÁTRICA: COMPOSTA DE 04 BOLSAS SEM ANTICOAGULANTE INTERCONECTADAS EM SISTEMA FECHADO, CADA UMA COM UM PONTO DE INFUSÃO. CADA UMA COM CAPACIDADE DE 75 A 150 ML, EM FILME DE PVC, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; BOLSA COM CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS; TUBOS DE TRANSFERÊNCIA COM FLEXIBILIDADE E; NUMERAÇÃO SERIAL DO TUBO DE TRANSFERÊNCIA COMPATÍVEL E LEGÍVEL E COMPATIBILIDADE NO SISTEMA DE CONEXÃO ESTÉRIL. COM PERFURADOR PROVIDO DE TAMPA NA EXTREMIDADE DO SISTEMA. RÓTULO EM PORTUGUÊS NOS TERMOS DA PORTARIA 950 DE 26/11/1998. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU EM SACOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, RÁIO-GAMA OU A VAPOR. AMOSTRAS SERÃO SOLICITADAS, SE NECESSÁRIO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM REGISTRO NA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE MARCA: FRESSENIUS
----	--------	---

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

11	1201619	BOLSA, A TUBULAÇÃO DO SISTEMA DEVE SER COMPATÍVEL COM TÉCNICAS ESTEREIS DE CONEXÃO "STERILE CONNECTING DEVICE", ARMAZENAMENTO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS, CAPACIDADE DE 600 A 1.000ML, PVC COM PLASTIFICANTE ESPECIAL PARA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS, FORMATO ANATÔMICO E TODOS OS CANTOS ARREDONDADOS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: BOLSA PARA ARMAZENAMENTO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS, CAPACIDADE A PARTIR DE 600 A 1.000 ML, CONFECCIONADA EM PVC COM PLASTIFICANTE ESPECIAL PARA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS, FORMATO ANATÔMICO E TODOS OS CANTOS ARREDONDADOS. A TUBULAÇÃO DO SISTEMA DEVE SER COMPATÍVEL COM TÉCNICAS ESTÉREIS DE CONEXÃO ("STERIL E CONNECTING DEVICE"). AS BOLSAS DEVERÃO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. MARCA: FRESENIUS
----	---------	--

2. DOCUMENTAÇÃO:

- Folha de informação de despacho 969/970 do processo 24001.039612/2024-26;
- Proposta da empresa FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA;
- Edital;
- Documentações de avaliação técnica e qualificação técnico;

3. ANÁLISE:

Em resposta ao pedido de análise da proposta comercial do grupo 2 (itens 4 e 5) e itens avulsos (itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11), referente à Aquisição de BOLSAS DE SANGUE COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, da proposta comercial da empresa FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357,

Documento assinado eletronicamente por JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, **com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.**

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

declaramos que, após análise da referida proposta, da análise das amostras físicas dos itens assim como das documentações de avaliação técnica e qualificação técnica, observamos que:

Em relação ao grupo 2, o item 5 não está em conformidade com as especificações técnicas no edital. Senão vejamos:

"2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM 5 - SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, **EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM A BOLSA**. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 500 ML. UNIDADE 1.0 UNIDADE

Descrição detalhada: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. COMPLEMENTO: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONSERVAÇÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS DERIVADAS DE SANGUE TOTAL OU AFÉRESE. FLUIDO NUTRIENTE CRISTALOIDE UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PLASMA (DE 65 A 80%) NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS DE REDUÇÃO DE PATÓGENOS. **EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM BOLSA DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS**. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 500 ML."

Ocorre que as amostras físicas da marca FRESSENIUS encaminhadas pela empresa quanto ao **grupo 2 (item 5)** não apresentam a exigência presente no edital de ter pelo menos um

Documento assinado eletronicamente por JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL, em 11/03/2025, às 14:55:53; FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS, em 11/03/2025, às 15:32:26 e LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código 1d77d43d260-4

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF

TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM A BOLSA. Portanto, as amostras estão em **desconformidade** com as especificações técnicas exigidas no edital.

Quanto aos itens avulsos (**itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11**), declaramos que, após análise da referida proposta, da análise das amostras físicas dos itens assim como das documentações de avaliação técnica e qualificação técnica, estão em **conformidade** com as especificações técnicas contidas no edital.

4. CONCLUSÃO:

Isto posto, somos pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** do grupo 2 (itens 4 e 5) e pela **CLASSIFICAÇÃO** dos itens avulsos (itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11), apresentada pela empresa FRESSENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357.

DECLARO, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Josineire Freitas Pimentel
Coordenadora do Processamento
(85) 3208-0890
josineire.freitas@hemoce.ce.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 14:55:53; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 15:32:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:30:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d260-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d260-4
PT Nº 4/2025 -
LP/DHTE/HCF