

PARECER TÉCNICO Nº 5/2025 - LP/DHTE/HCF

1. OBJETIVO:

Trata-se de parecer técnico do item avulso 12, referente à Aquisição de BOLSAS DE SANGUE COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, da proposta comercial da empresa CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357, que abrange:

ITENS AVULSOS		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
12	632610	DISPOSITIVO, PARA CONEXAO EM TUBOS DE PVC DE BOLSAS DE SANGUE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO SISTEMA E VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES PELO MESMO PERIODO DO SISTEMA ORIGINAL DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, A CONEXAO DEVERA PODER SER FEITA ENTRE TUBOS: SECO, SECO / MOLHADO, MOLHADO / SECO, MOLHADO E COM DIAMETRO EXTERIOR ENTRE 3,9 E 4,50 MM, LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO, UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: SOLDA OU LÂMINA DE COBRE PARA CONEXÃO ESTÉRIL DE TUBOS DE PVC DE BOLSAS DE SANGUE PARA USO EM EQUIPAMENTO EM SISTEMA FECHADO. QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PROCESSO SEM ALTERAR A DATA DE VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES;

EQUIPAMENTO - ITEM 12 - SOLDA/CONEXÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 15:02:05; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 16:20:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:27:40, conforme horário oficial de Brasília, **com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.**

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d26b-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d26b-4
PT Nº 5/2025 -
LP/DHTE/HCF

01	EQUIPAMENTO PARA REALIZAR A CONEXÃO ESTÉRIL DE BOLSAS DE SANGUE EM SISTEMA TOTALMENTE FECHADO, QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PROCESSO SEM ALTERAR A DATA DE VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A EXECUÇÃO DE UMA ÚNICA SOLDAGEM ENTRE TUBOS DE PVC CONFECCIONADOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CONEXÃO PODERÁ OCORRER ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE RADIOFREQUÊNCIA, COM ELEMENTO AQUECEDOR, CAPAZ DE AQUECER O MATERIAL DA SOLDAGEM UNIFORMEMENTE DURANTE O PROCEDIMENTO SEM CONTATO MANUAL COM O OPERADOR OU DISPOSITIVO PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PVC DE BOLSAS DE SANGUE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO SISTEMA E VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES PELO MESMO PERÍODO DO SISTEMA ORIGINAL DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ATRAVÉS DE LÂMINAS QUE AQUECIDAS À TEMPERATURA DE 320º C GARANTA A ESTERILIDADE DURANTE A SOLDA. A CONEXÃO DEVERÁ PODER SER FEITA ENTRE TUBOS: SECO, SECO/MOLHADO, MOLHADO / SECO, MOLHADO E COM DIÂMETRO EXTERIOR ENTRE 3,9 E 4,5 MM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.
----	---

2. DOCUMENTAÇÃO:

- Folha de informação de despacho 969/970 do processo 24001.039612/2024-26;
- Proposta da empresa CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA ;
- Edital;
- Documentações de avaliação técnica e qualificação técnica.

3. ANÁLISE:

Em resposta ao pedido de análise da proposta comercial do item avulso 12, referente à Aquisição de BOLSAS DE SANGUE COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, da proposta

Documento assinado eletronicamente por JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL, em 11/03/2025, às 15:02:05; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 16:20:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:27:40, conforme horário oficial de Brasília, **com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.**

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d26b-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d26b-4
PT Nº 5/2025 -
LP/DHTE/HCF

comercial da empresa CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357, declaramos que, após análise da referida proposta, assim como das amostras físicas (insumos e equipamento) enviados pela empresa e das documentações de avaliação técnica e qualificação técnica, observamos que estão em conformidade com as especificações técnicas contidas no edital.

4. CONCLUSÃO:

Isto posto, somos pela **CLASSIFICAÇÃO** do item avulso 12, apresentada pela empresa CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357.

DECLARO, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Josineire Freitas Pimentel
Coordenadora do Processamento
(85) 3208-0890
josineire.freitas@hemoce.ce.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 11/03/2025, às 15:02:05; **FRANKLIN JOSÉ CANDIDO SANTOS**, em 11/03/2025, às 16:20:26 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 12/03/2025, às 16:27:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77d43d26b-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77d43d26b-4
PT Nº 5/2025 -
LP/DHTE/HCF