

PARECER TÉCNICO Nº 6/2025 - LP/DHTE/HCF

1. OBJETIVO:

Trata-se de parecer técnico do grupo 2 (itens 4 e 5), referente à Aquisição de BOLSAS DE SANGUE COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO, da proposta comercial da empresa TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357, que abrange:

GRUPO 02 - SOLUÇÃO PAS		
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
4	18904010	SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM A BOLSA PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 200 A 300 ML. UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. COMPLEMENTO: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONSERVAÇÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS DERIVADAS DE SANGUE TOTAL OU AFÉRESE. FLUÍDO NUTRIENTE CRISTALOIDE UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PLASMA (DE 65 A 80%) NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS DE REDUÇÃO DE PATÓGENOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM BOLSA DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 200 A 300 ML. MARCA: TERUMO

Documento assinado eletronicamente por JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL, em 04/04/2025, às 09:08:10; ANA CAROLINA LIRA ROCHA, COREN: 306.742, em 04/04/2025, às 09:14:32; DENISE MENEZES BRUNETTA, em 04/04/2025, às 10:04:17 e LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS em 04/04/2025, às 11:13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código 1d77dd1bef8-4

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77dd1bef8-4
PT Nº 6/2025 -
LP/DHTE/HCF

5	18904110	SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM A BOLSA. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 500 ML. UNIDADE 1.0 UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. COMPLEMENTO: SOLUÇÃO ADITIVA PARA CONSERVAÇÃO DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS DERIVADAS DE SANGUE TOTAL OU AFÉRESE. FLUÍDO NUTRIENTE CRISTALOIDE UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PLASMA (DE 65 A 80%) NO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS. DEVE SER COMPATÍVEL COM TECNOLOGIAS DE REDUÇÃO DE PATÓGENOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PELO MENOS UM TUBO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONEXÃO ESTÉRIL COM BOLSA DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS. PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO DE 500 ML. MARCA: TERUMO
---	----------	---

EQUIPAMENTO - GRUPO 2

ITEM	DESCRIÇÃO
------	-----------

Documento assinado eletronicamente por JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL, em 04/04/2025, às 09:08:10; ANA CAROLINA LIRA ROCHA, COREN: 306.742, em 04/04/2025, às 09:14:32; DENISE MENEZES BRUNETTA, em 04/04/2025, às 10:04:17 e LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS em 04/04/2025, às 11:13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código 1d77dd1bef8-4

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77dd1bef8-4
PT Nº 6/2025 -
LP/DHTE/HCF

1	EQUIPAMENTO PARA REALIZAR A CONEXÃO ESTÉRIL DE BOLSAS DE SANGUE EM SISTEMA TOTALMENTE FECHADO, QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PROCESSO SEM ALTERAR A DATA DE VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR A EXECUÇÃO DE UMA ÚNICA SOLDAGEM ENTRE TUBOS DE PVC CONFECCIONADOS DE ACORDO COM OS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A CONEXÃO PODERÁ OCORRER ATRAVÉS DE TECNOLOGIA DE RADIOFREQUÊNCIA, COM ELEMENTO AQUECEDOR, CAPAZ DE AQUECER O MATERIAL DA SOLDAGEM UNIFORMEMENTE DURANTE O PROCEDIMENTO SEM CONTATO MANUAL COM O OPERADOR OU DISPOSITIVO PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PVC DE BOLSAS DE SANGUE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO SISTEMA E VALIDADE DOS HEMOCOMPONENTES PELO MESMO PERÍODO DO SISTEMA ORIGINAL DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ATRAVÉS DE LÂMINAS QUE AQUECIDAS À TEMPERATURA DE 320º C GARANTA A ESTERILIDADE DURANTE A SOLDA. A CONEXÃO DEVERÁ PODER SER FEITA ENTRE TUBOS: SECO, SECO/MOLHADO, MOLHADO / SECO, MOLHADO E COM DIÂMETRO EXTERIOR ENTRE 3,9 E 4,5 MM. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO.
---	--

2. DOCUMENTAÇÃO:

- Folha de informação de despacho 1080/1081 do processo 24001.039612/2024-26;
- Proposta da empresa TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA;
- Edital;
- Documentações de avaliação técnica e qualificação técnica.

3. ANÁLISE:

Em resposta ao pedido de análise da proposta comercial do grupo 2 (itens 4 e 5), referente à Aquisição de BOLSAS DE SANGUE COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO,

Documento assinado eletronicamente por JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL, em 04/04/2025, às 09:08:10; **ANA CAROLINA LIRA ROCHA**, COREN: 306.742, em 04/04/2025, às 09:14:32; **DENISE MENEZES BRUNETTA**, em 04/04/2025, às 10:04:17 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 04/04/2025, às 11:13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código 1d77dd1bef8-4

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77dd1bef8-4
PT Nº 6/2025 -
LP/DHTE/HCF

da proposta comercial da empresa TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357, declaramos que, após análise da referida proposta, e da análise das amostras físicas dos itens (insumos e equipamento) enviados pela empresa, não foi possível validar a utilização dos itens constante no Grupo por não se enquadrarem na rotina atualmente existente no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE.

4. CONCLUSÃO:

Isto posto, somos pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** do grupo 2 (itens 4 e 5), apresentada pela empresa TERUMO BCT TECNOLOGIA MEDICA LTDA, processo nº 24001.039612/2024-26, PE 20241357.

DECLARO, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Josineire Freitas Pimentel
Coordenadora do Processamento
(85) 3208-0890
josineire.freitas@hemoce.ce.gov.br

Documento assinado eletronicamente por **JOSINEIRE FREITAS PIMENTEL**, em 04/04/2025, às 09:08:10; **ANA CAROLINA LIRA ROCHA**, COREN: 306.742, em 04/04/2025, às 09:14:32; **DENISE MENEZES BRUNETTA**, em 04/04/2025, às 10:04:17 e **LUCIANA MARIA DE BARROS CARLOS** em 04/04/2025, às 11:13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **1d77dd1bef8-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



1d77dd1bef8-4
PT Nº 6/2025 -
LP/DHTE/HCF