

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	RESPOSTA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NUP 24001.049034/2024-36 DATA: 04/02/2025 ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EMPRESA DCB - ITENS 01 A 08 PE 1681/2024
--	--

1. Ciente,

2. Trata-se de resposta da equipe MMH/SESA ao pedido de esclarecimento interposto pela Empresa DCB aos itens 01 a 08 do PE 1681/2024, cito pág. 451, reportado pela COEXE/SESA, cito pág. 459; temos as seguintes considerações:

2.1. DESCRITIVO EM COMUM DE TODOS OS ITENS:

“...FORMATO ANATÔMICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO, **ISENTA DE PÓ**, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS, COM SENSIBILIDADE TÁTIL, ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SEM FUROS....”

3. Questionamento da Empresa DCB:

“Gostaria de solicitar esclarecimentos referentes ao descritivo dos itens abaixo. O documento menciona que o produto deve ser "LUBRIFICADO COM MATERIAL ATÓXICO E APIROGÊNICO" e, ao mesmo tempo, "ISENTO DE PÓ", o que gera dúvidas sobre o produto a ser ofertado.

Para maior clareza, solicito a gentileza de informar se os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devem ou não conter pó. ”

Resposta:

Conforme a especificação dos itens considerar a informação **"ISENTA DE PÓ"**, ou seja, a luva ofertada não deverá conter pó.

Uma vez isenta de pó, o látex para confecção da luva deverá receber tratamento com lubrificante biocompatível a fim de viabilizar o enluvamento das mãos.

Elaborado por:

(assinatura digital)

Maria Girlene de Freitas Albuquerque - COREN 47908
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH

(assinatura digital)

Lívia Farias Leitão - COREN 128311
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH