

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Espiral neurovascular

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Fechamento Ducto Arterioso , Material: Nitinol C/ Filamentos Poliéster , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Comprimento: 10 CM, Voltas: Cerca De 4 Voltas , Sistema De Liberação: Sistema Rosca , Tipo Liberação: Liberação Controlada , Componente I: Compatível C/ Fio De Liberação 0,035" , Componente Ii: Marcadores Radiopacos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

2 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Aplicação: Embolização Arterial Ou Venosa, Material: Platina, C/ Fibras Sintéticas Espaçadas, Diâmetro: Cerca De 4 MM, Comprimento: 14 CM, Voltas: Cerca De 12 Voltas, Componente I: Compatível C/ Fio De Liberação 0,035", Componente Ii: Compatível C/ Ressonância Magnética, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (75)

3 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,021", Comprimento: Cerca De 150 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195 **Quantidade Mínima Cotada:** 195

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 390

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (195)

4 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - AI1, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)