

PARECER TÉCNICO 1768/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2025

DATA: 28/05/2025

Com relação ao Ofício nº 1707/2025 - PGE/CELIC, segue parecer técnico:

ITEM 1 - ADIPÔMETRO CIENTÍFICO DIGITAL

Empresa: MEDICAL LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Marca: SANNY

Modelo: AD2000-DIG

Conclusão: Item não aceito, por não atender às especificações estabelecidas no Edital. Após análise dos documentos técnicos anexados à proposta, bem como da resposta à diligência apresentada, conclui-se que o produto ofertado encontra-se em desacordo com as exigências previstas no Termo de Referência, conforme demonstrado no check-list a seguir.

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
Análise das Propostas e Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Registro ANVISA do produto;	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório	

PARECER TÉCNICO 1768/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2025

DATA: 28/05/2025

			equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
	X		Conformidade com o Descrito Técnico?	
X			Diligência realizada e respondida dentro do prazo?	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

O edital solicita:

“[...] Indicador sonoro de finalização da medição [...]”

É ofertado:

Conforme verificado na documentação anexada pela licitante no Sistema ComprasNet

(https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/10?c_ompra=94300105904242024), bem como na resposta à diligência, constatou-se que o equipamento ofertado não possui indicador sonoro de finalização da medição, divergindo, portanto, do exigido no edital.



Carine Alencar <carinealencar@medicallifehospitalar.com>
para mim, licitacao, Stephane, Parecer ▾

28 de mai. de 2025, 10:02 (há 1 dia) ☆ ↶ ⋮



Traduza para o português



Prezados Bom Dia,
Segue resposta do fabricante.

1. O produto ofertado possui indicador sonoro de finalização da medição? **Não! O equipamento não possui indicadores sonoros.**
2. O produto ofertado possui bateria interna recarregável? **O Adipômetro possui bateria substituível de maneira simples e prática na lateral do relógio. A bateria não é recarregável.**

PARECER TÉCNICO 1768/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2025

DATA: 28/05/2025

O edital solicita:

“[...] Bateria interna recarregável [...]”

É ofertado:

Conforme verificado na documentação anexada pela licitante no Sistema ComprasNet

(https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/10?c_ompra=94300105904242024), bem como na resposta à diligência, constatou-se que o equipamento ofertado não possui bateria recarregável, divergindo, portanto, do exigido no edital.

2. O produto ofertado possui bateria interna recarregável? O Adipômetro possui bateria substituível de maneira simples e prática na lateral do relógio. A bateria não é recarregável.

Atenciosamente,



DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.



PARECER TÉCNICO 1768/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2025

DATA: 28/05/2025

Elaborado por:

Assinado eletronicamente

Francisco Denilson de S. Albuquerque

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Visto por :

Assinado eletronicamente

Stephane Rocha Moraes

Assistente Administrativo/Engenheira Clínica - COPLA/SESA

Assinado eletronicamente

Lucas dos Santos Nascimento

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA



Documento assinado eletronicamente por: **STEPHANE ROCHA MORAIS**, em **29/05/2025, às 15:17** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



PARECER TÉCNICO 1768/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2025

DATA: 28/05/2025

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **Lucas dos Santos Nascimento**, em **29/05/2025**, às **14:14** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **FRANCISCO DENILSON DE SOUSA ALBUQUERQUE**, em **29/05/2025**, às **14:03** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **6E04-7987-8FA3-EC77**.