

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20241380 – SESA/COEXE

PROCESSO Nº NUP: 24001.040346/2024-84

UASG: 943001

NÚMERO COMPRASNET: 91380/2024

ORIGINÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de **MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

A central de licitação, apresenta as respostas aos questionamentos deste licitante, cujo teor está transcrito abaixo:

QUESTIONAMENTO 01:3. Descritivo do Item 05 conforme edital: **ITEM 01 - CÓDIGO - 997748 - EXTRATOR DE CÁLCULO DESCARTÁVEL PARA CPRE, 1,5 A 3,0CM, CESTO COM INJEÇÃO LATERAL DE CONTRASTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS.**

4. Questionamento da Empresa para o ITEM 1: *“Boa tarde Gostaria de mais esclarecimentos referente ao item 1, em relação ao extrator de cálculo descartável para CPRE, tamanhos 1,5 a 3,0 cm, habitualmente esses dispositivos possuem tamanhos maiores variando de 10mm a 20mm com indicação para captura e recuperação de cálculos ou outros objetos estranhos via endoscópica. Em anexo segue nosso fold*

RESPOSTA 01:

4.1. Resposta elaborada pela coordenação médica do serviço de endoscopia do HGF:

- Transcrição da resposta, encaminhada por email à equipe MMH/SESA, elaborada pela coordenação médica do serviço de endoscopia digestiva do HGF

4.1. Resposta elaborada pela equipe MMH/SESA conforme diligências junto a coordenação médica do serviço de endoscopia digestiva do Hospital Geral de Fortaleza - Após diligências para análise dos descritivos de papilótomos padronizados no catálogo SEPLAG, a equipe MMH/SESA não localizou papilótomo para CPRE com medida de 10mm(1cm). Desse modo, será necessária a alteração do descritivo do edital para contemplar o papilótomo de 10mm (1cm) - Considerando a variação da medida de 10 a 30mm exigida, o vencedor deverá disponibilizar medidas distintas considerando a grade de fabricação da marca/fabricante ofertados. - **Desse modo, a descrição do edital deverá ser modificada para:**

item código descrição 1 997748 EXTRATOR DE CÁLCULO DESCARTÁVEL PARA CPRE, **1,0 A 3,0CM (10 A 30MM)** , CESTO COM INJEÇÃO LATERAL DE CONTRASTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # DISPONIBILIZAR ETIQUETA DE RASTREABILIDADE.

Janes Valter Nobre Rabelo
Pregoeiro