

**ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA
EMPRESA MEDICALMED INTERPOSTO AO ITEM 5 DO PE
1380/2024**

1. Trata-se de resposta da equipe MMH/SESA ao pedido de esclarecimento interposto pela Empresa Medicalmed, cito págs. 543 a 544;

1.2. Questionamentos da Empresa Olympus:

“Em atenção ao descritivo constante no Edital referente ao item “PAPILÓTOMO COM PONTA BOLA PARA MUCOSECTOMIA, USO NA DISSECÇÃO SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA (ESD), DIÂMETRO 2,3MM, COM COMPRIMENTO DE 215CM A 250CM...”, solicitamos, respeitosamente, os seguintes esclarecimentos, a fim de assegurar o correto atendimento às especificações técnicas exigidas:”

Poderiam confirmar se o dispositivo descrito corresponde, de fato, a um bisturi para dissecação submucosa endoscópica (ESD)?

Caso confirmada a necessidade de um dispositivo para ESD, solicitamos informar quais das especificações técnicas disponíveis neste catálogo melhor atendem ao requisitado, considerando que há variações de configuração e características entre modelos utilizados para essa finalidade.

Aguardamos o retorno para prosseguirmos com a análise e a elaboração da proposta técnica em conformidade com o solicitado no Edital.”

1.2.1. Respostas da equipe MMH/SESA aos questionamentos:

A empresa refere-se ao **item 5** do edital cuja descrição publicada é:

Item 5 -código 1223048 - PAPILÓTOMO COM PONTA BOLA PARA MUCOSECTOMIA, USO NA DISSECÇÃO SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA (ESD), DIÂMETRO 2,3MM, COM COMPRIMENTO DE 215CM A 250CM. PROCESSÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

1. **Questionamento:** *“Poderiam confirmar se o dispositivo descrito corresponde, de fato, a um bisturi para dissecação submucosa endoscópica (ESD)?”*

Resposta:

Conforme diligências junto a coordenação médica do serviço de endoscopia digestiva do HGF, o dispositivo especificado acima (papilótomo), na verdade, é semelhante a **uma faca endoscópica** por onde passa corrente elétrica.

2. **Questionamento:** *“Caso confirmada a necessidade de um dispositivo para ESD, solicitamos informar quais das especificações técnicas disponíveis neste catálogo melhor atendem ao*

**ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA
EMPRESA MEDICALMED INTERPOSTO AO ITEM 5 DO PE
1380/2024**

requisitado, considerando que há variações de configuração e características entre modelos utilizados para essa finalidade.”

Resposta:

Esta equipe MMH/SESA esclarece que dentro das suas atribuições não está contemplada a análise prévia de catálogos de itens para as empresas proponentes.

Desse modo, considerando que a descrição destina-se a ampla concorrência, esta equipe sugere que a empresa identifique dentro do seu portfólio, qual o item que melhor se adequa ao descritivo do edital.

(assinatura digital)

Maria Girlene de Freitas Albuquerque - COREN 47.908
Assistente Técnico / Enfermeira - COPLA/SESA

(assinatura digital)

Lívia Farias Leitão - COREN 128.311
Assistente Técnico / Enfermeira - COPLA/SESA

(assinatura digital)

Maria Juliana da Silva Guia Rodrigues - COREN 569.806
Assistente Técnico / Enfermeira - COPLA/SESA

(assinatura digital)

Maria Gabrielly Sales Vitoriano Uchôa
Orientadora de Célula - SEAFI/COPLA