

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2263/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20241654 PROCESSO Nº 24001.047194/2024-41 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2384/2025
--	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
02	422368	5.200	HEMOSTÁTICO, TELA ABSORVÍVEL, 10 CM (+/-1) X 10 CM (+/-1), EM MALHA TIPO ALGODÃO OU SIMILAR, "TIPO SURGICEL FIBRILLAR", CONTENDO CELULOSE OXIDADA REGENERADA, BACTERICIDA, SUAVE E MALEÁVEL. USO EM CIRURGIA GERAL. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA
Empresa: JOHNSON & JOHNSON			
Marca: ETHICON		Referência: 411963	
Fabricante: JOHNSON & JOHNSON		Registro da Anvisa: 8014900771	
LOTE: 104EPZ		VALIDADE:30/04/2027	

OUTRAS INFORMAÇÕES
A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.
O material utilizado é adequado e superior aos 15 tom excolute popul Hemostático, além m variedade no do nome m o 7 Camada Adesivo a não m utilização.

CONCLUSÃO	
☒ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	Dr. Rodrigo Nogueira Cirurgia Digestiva CRM 12655

Data: 30/07/25

**DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 30 de JULHO de 2025.

Dr. Reorygo Nogueira
Cirurgia Digestiva
CRM 12655



HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / HGF-SESA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
164	30 DE JULHO DE 2025	09h	10:30	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE Nº 2024/1654 – ITEM 02 EMPRESA JOHNSON & JOHNSON

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Informamos que no 30/07/2025 às 09H no Hospital Geral de Fortaleza do HGF, foi realizado a avaliação do item oriundo do PE Nº 2024/1654, licitante JOHNSON & JOHNSON Uma vez realizada a análise das amostra nos moldes da cláusula 14.133/2021 do edital, foi emitido parecer técnico para o item o qual é parte integrante desta ata, como anexo. Deu-se por encerrada a avaliação às 10:30min e, para constar, eu, Tatiana de Sousa Dias, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Tatiana de Sousa Dias	Unidade Técnica	Tatiana

Dr. Rodrigo Nogueira
Cirurgia Digestiva
CRM 12658



HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS		
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / HGF-SESA		
NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
Giseli Cardoso Lima	Johnson	glwne.

PARECER TÉCNICO 2263/2025**PE Nº 20241654****PROCESSO Nº 24001.069582/2024-82****OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2384/2025**

11 de Agosto de 2025

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, a fim de atender às necessidades da Rede SESA;

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO

Conforme o parecer favorável do especialista do HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, PE 20241654, ITEM 02, Empresa: JOHNSON & JOHNSON, Marca: ETHICON, ANVISA: 8014900771;

3. CONCLUSÃO

A proposta está classificada, considerando que os produtos ofertados estão de acordo com as especificações do termo de referência do edital, bem como as documentações referente à qualificação técnica, conforme check list em anexo. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123