

PARECER TÉCNICO 3273/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1630/2024
PROCESSO Nº 24001.063693/2024-85
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3476/2025



30 de outubro de 2025

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, a fim de atender às necessidades da Rede SESA, através do Ofício nº 3476/2025 emitido pela Procuradoria Geral do Estado / Central de Licitações - PGE/CELIC.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
02	612075	13.625	AVENTAL DESCARTÁVEL (VESTIMENTA), TAMANHO M, SEM MANGAS, CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO, COM ABERTURA PARA FRENTE TRANSPASSADA TIPO ENVELOPE E TIRAS PARA AMARRAÇÃO FIXAS NA LATERAL OU POSTERIOR. COR AZUL MARINHO, GRAMATURA 40G/M2. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.(COTA RESERVADA)
Empresa: Distribuidora Mundial de Produtos Hospitalares Ltda			
Marca: DEJAMARO		Referência:	
Fabricante: DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA EPP		Registro da Anvisa: 81605660002	
LOTE:		VAL.:	

3. CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL	(X) DESFAVORÁVEL
Justificativa: O item não atende. Após a análise da amostra, constatamos que não atende as especificações técnicas contidas no TR, no que diz respeito a gramatura, pois possui gramatura de 30g/m2 enquanto a especificação pede gramatura de 40g/m2. Portanto, indeferimos a aquisição do produto, pois o material ofertado não corresponde ao solicitado nas especificações do termo de referência do edital. Proposta desclassificada conforme o subitem 15.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência. Declaramos, para os devidos fins, que a	

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará
Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 31/10/2025, às 11:11 RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 30/10/2025, às 17:52
horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 7A92-AB0C-AE9E-DBAF.

PARECER TÉCNICO 3273/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1630/2024
PROCESSO Nº 24001.063693/2024-85
OFÍCIO PGE/CELC Nº 3476/2025



30 de outubro de 2025

elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA



Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO 3273/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1630/2024
PROCESSO Nº 24001.063693/2024-85
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3476/2025

30 de outubro de 2025



Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123