

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant	Especificação
01	1690817	200	JARRA PARA CÂMARA UMIDIFICADORA – DESMONTÁVEL, COM CÚPULA TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM POLISSULFONA, AUTOCLAVÁVEL, COM ENTRADA E SAÍDA DE GASES ADAPTÁVEL AO CIRCUITO VENTILATÓRIO COM CONECTOR PADRÃO, ENTRADA PARA ÁGUA COM TAMPA REMOVÍVEL E ACOPLADA, ESCALONADA, MARCA INDELÉVEL DOS NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO DE ÁGUA, ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE OU SIMILAR, BASE DE ALUMÍNIO OU SIMILAR COM FECHAMENTO GIRATÓRIO, POR PRESSÃO OU ENCAIXE DE FORMA A GARANTIR A UMIDIFICAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA 250ML, MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA . COMPATÍVEL COM UMIDIFICADORES DAS MARCAS: INTERMED, FISHER & PAYKEL, VADI VH 1500; PARA USO EM VENTILADORES MAQUET, INTERMED E DIXTAL. NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE

Empresa: PANORAMA

Marca: VENTCARE

Referência:

Fabricante: VENTCARE

Registro da Anvisa: 80677040019

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

Justificativa: A amostra analisada não atende as especificações técnicas contidas no Termo de Referência no que diz respeito à: **MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA. COMPATÍVEL COM UMIDIFICADORES DAS MARCAS: INTERMED, FISHER & PAYKEL, VADI VH 1500; PARA USO EM VENTILADORES MAQUET, INTERMED E DIXTAL.** No entanto, a amostra apresentada pela empresa não possui marca indelével do fabricante gravada na peça e não identificamos a compatibilidade com os umidificadores da marca INTERMED, FISHER & PAYKEL, VADI VH 1500. Proposta desclassificada por descumprimento dos subitens 14.8.2 (não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência) e 14.8.8(não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital) do edital. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da lei federal no 12.813/2013.

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant.	Especificação
04	680980	410	COLETOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA COM DRENO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ADAPTÁVEL AO CIRCUITO VENTILATÓRIO POR CONECTOR INTERMEDIÁRIO “Y” EM POLISSULFONA. MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NAS PEÇAS. NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: PANORAMA			
Marca: VENTCARE		Referência:	
Fabricante: VENTCARE		Registro da Anvisa: 80677040004	
Lote:VC00647A/24		Validade:22/10/2029	
CONCLUSÃO			
() FAVORÁVEL		(X) DESFAVORÁVEL	
Justificativa: A amostra analisada não atende as especificações técnicas contidas no Termo de Referência no que diz respeito à: MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA. No entanto, a amostra apresentada pela empresa não possui marca indelével do fabricante gravada na peça. Proposta desclassificada por descumprimento dos subitens 14.8.2 (não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência) e 14.8.8(não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital) do edital. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da lei federal no 12.813/2013.			

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant.	Especificação
07	390723	370	CONECTOR UNIVERSAL, FORMATO EM “Y”, EM POLISSULFONA, AUTOCLAVÁVEL, ADAPTÁVEL AO CIRCUITO VENTILATÓRIO DE ANESTESIA ADULTO 22MM CONECTA O CIRCUITO AO TUBO TRAQUEAL, MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA
Empresa: PANORAMA			
Marca: VENTCARE		Referência:	
Fabricante: VENTCARE		Registro da Anvisa: 80677040003	
Lote: VC00605A/24		Validade: 08/10/2029	
CONCLUSÃO			
() FAVORÁVEL		(X) DESFAVORÁVEL	
Justificativa: A amostra analisada não atende as especificações técnicas contidas no Termo de Referência no que diz respeito à: MARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE GRAVADA NA PEÇA. No entanto, a amostra apresentada pela empresa não possui marca indelével do fabricante gravada na peça. Proposta desclassificada por descumprimento dos subitens 14.8.2 (não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência) e 14.8.8(não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital) do edital. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da lei federal no 12.813/2013.			

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA





