

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021

A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:

C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:

C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant.	Especificação
09	1169420	160	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL (LONGO), NEONATAL, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTERPLUS, INTER 7 E IX5, PARA PACIENTES COM PESO ABAIXO DE 3 KG (COR CINZA). NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: SUPORTE HOSPITALAR			
Marca: INTERMED		Referência: 13600347	
Fabricante: VYAIRE		Registro da Anvisa: 10243240052	
Lote: 517073		Validade: 11/2026	
CONCLUSÃO			
(X) FAVORÁVEL		() DESFAVORÁVEL	
Justificativa: O item atende. Após análise da proposta de preço, catálogo e registro da ANVISA, constatamos que o produto encontra-se em uso nas unidades da Rede SESA, com registro da ANVISA vigente e sem queixas. Concluimos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência do edital. Os documentos seguem anexos.			

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant.	Especificação
10	1169440	70	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL (LONGO), ADULTO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTERPLUS, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 20KG (COR AZUL). NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: SUPORTE HOSPITALAR			
Marca: INTERMED			Referência: 13600310
Fabricante: VYAIRE			Registro da Anvisa: 10243240052
Lote: 518259			Validade: 02/2027
(X) FAVORÁVEL			() DESFAVORÁVEL
Justificativa: O item atende. Após análise da proposta de preço, catálogo e registro da ANVISA, constatamos que o produto encontra-se em uso nas unidades da Rede SESA, com registro da ANVISA vigente e sem queixas. Concluímos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência do edital. Os documentos seguem anexos.			

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant.	Especificação
11	1169450	100	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL (LONGO), PEDIÁTRICO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTERPLUS, INTER 7 E IX5, PROCESSÁVEL, PARA PACIENTES COM PESO DE 3KG ATÉ 20KG (COR PRETA). NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: SUPORTE HOSPITALAR

Marca: INTERMED

Referência: 13600311

Fabricante: VYAIRE

Registro da Anvisa: 10243240052

Lote: 516312

Validade:

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

Justificativa: O item atende. Após análise da proposta de preço, catálogo e registro da ANVISA, constatamos que o produto encontra-se em uso nas unidades da Rede SESA, com registro da ANVISA vigente e sem queixas. Concluímos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência do edital. Os documentos seguem anexos.

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant.	Especificação
12	1169460	60	SENSOR DE FLUXO DISTAL (CURTO), ADULTO, ORIGINAL OU COMPATÍVEL, ADAPTÁVEL AO VENTILADOR PULMONAR INTER 7 E IX5, PROCESSÁVEL, PARA PACIENTES COM PESO ACIMA DE 10KG (COR BRANCA). NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA
Empresa: SUPORTE HOSPITALAR			
Marca: INTERMED			Referência: 17900734
Fabricante: VYAIRE			Registro da Anvisa: 10243240052
Lote: 517267			Validade: 11/2026
(X) FAVORÁVEL			() DESFAVORÁVEL
Justificativa: O item atende. Após análise da proposta de preço, catálogo e registro da ANVISA, constatamos que o produto encontra-se em uso nas unidades da Rede SESA, com registro da ANVISA vigente e sem queixas. Concluimos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência do edital. Os documentos seguem anexos.			

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA







