

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO - OFÍCIO PGE/CELIC Nº: 1644/2025

Item	Código	Quant.	Especificação
08	11696910	520	LINHA DE PRESSÃO, TUBO TRANSPARENTE, EM PVC/SILICONE OU SIMILAR COM CONECTORES DE PVC RÍGIDO OU POLISSULFONA NAS EXTREMIDADES, PROCESSÁVEL, ADAPTÁVEL AOS VENTILADORES DA MARCA INTERMED. NÃO ESTÉRIL. PROCESSÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE, SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA

Empresa: UNITEC

Marca: UNITEC

Referência: RC651

Fabricante: UNITEC

Registro da Anvisa: 10432300007

Lote: 15

Validade: IDETERMINADA

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

Justificativa: A amostra analisada não atende as especificações técnicas contidas no Termo de Referência no que diz respeito a: **TUBO TRANSPARENTE, EM PVC/SILICONE OU SIMILAR COM CONECTORES DE PVC RÍGIDO OU POLISSULFONA NAS EXTREMIDADES.** No entanto, a amostra apresentada pela empresa possui conector de metal em uma das extremidades. Portanto, a proposta está desclassificada por descumprimento dos subitens 15.7.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência e 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

