



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO Nº 24001.038197/2024-93**

DATA: 05/06/2025

**ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FEITO
PELA EMPRESA NEVALLI AOS ITENS 11 E 12 DO PE 1465/2024**

1. Ciente,

2. Temos as seguintes considerações ao questionamento da Empresa NEVALLI, cito pág. 782, reportado pela
Normatização/COEXE, cito pág. 788;

3. Questionamentos da Empresa Nevalli:

Respostas da equipe MMH/SESA aos questionamentos da empresa NEVALLI:

3.1. Questionamento 1:

“De acordo com o descritivo o item 11 solicita curvatura $\frac{1}{2}$ círculo, porém, para curvatura de $\frac{1}{2}$, a maior agulha é de 2,5 cm, enquanto que com a agulha de curvatura 3/8, conseguimos atender o tamanho da agulha de 3,0cm.

Pergunta: Será aceita agulha de 3/8?”

Descritivo do item 11 conforme edital:

640020 - FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 3-0, AGULHA 1/2 CILÍNDRICA DE 30/31MM. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA.....

Resposta ao questionamento 1:

Não será aceita agulha de 3/8?

3.2. Questionamento 2:

“Para o item 12 é solicitado agulha CIRCULO CORTANTE, porém, para cirurgia oftalmológica, a agulha é ESPATULAR.

Pergunta: Podemos cotar agulha espatular?”

Descritivo do item 12 conforme edital:

640594 - FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA 10-0 DUAS AGULHAS 3/8 CIRCULO CORTANTE 6,2MM A 6,5MM (OFTALMOLOGIA). ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA.....

Resposta ao questionamento 2:

- **Pergunta: Podemos cotar agulha espatular?”**
- **Resposta: Sim**

- Com base na resposta do serviço de oftalmologia do HGF, houve equívoco na especificação com a supressão da terminologia “agulha espatulada”. Dessa forma, o descritivo deverá ser revisto para que passe a constar referida exigência.

A especificação do descritivo do item 12 passará a ser:

Item 12 - 640594 - FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA 10-0, DUAS AGULHAS ½, **ESPATULAR**, 6,2MM A 6,5MM (OFTALMOLOGIA). ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA.....

Elaborado por:

(assinatura digital)

Maria Girlene de Freitas Albuquerque - COREN 47.908
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH

(assinatura digital)

Lívia Farias Leitão - COREN 128311
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH

Documento assinado eletronicamente por: MARIA GIRLENE DE FREITAS ALBUQUERQUE em 06/06/2025, às 08:07 LÍVIA FARIAS LEITAO em 05/06/2025, às 16:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 7991-377F-A6AE-C08E.