

PARECER TÉCNICO 3685/2025 A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20241465
PROCESSO Nº 24001.038197/2024-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 040666/2025



ITEM	CÓDIGO	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
5	646904	3.888	FIO DE SUTURA DE AÇO CIRÚRGICO MONOFILAMENTAR Nº 5, CONTENDO 4 FIOS DE 45CM, ENCASTOADOS EM AGULHA DE ½ CÍRCULO CILÍNDRICA DE PONTA PIRAMIDAL/TRIANGULAR, COMPRIMENTO 4,5 a 5,5CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E A INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA À RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER À LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. OBS 1: Apresentação para entrega, envelopes em caixa com 12 ou 24 unidades. OBS 2: Atender à ABNT NBR 13904:2003 (AMPLA DISPUTA) COMPRASNET: UNIDADE =ENVELOPE

Empresa: BIOLINE

Marca: BIOLINE

Referência: AC54MTC-48

Fabricante: BIOLINE

Registro da Anvisa: 10426020014

Lote: 202522613

Validade:21/07/2030

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

(X) FAVORÁVEL

() DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional Avaliador

Assinatura e carimbo

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

DATA: 11 / 12 / 25

Dr. Adriano Veras Oliveira
Médico - CRM: 006337/CE
Diretor Geral
Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

PARECER TÉCNICO 3685/2025 A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20241465
PROCESSO Nº 24001.038197/2024-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 040666/2025



ITEM	CÓDIGO	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO
15	1070079	16.128	FIO DE SUTURA DE POLIPROPILENO 5-0, COM DUAS AGULHAS ½ CÍRCULO CILÍNDRICA, DE 0,93/100MM, COMPRIMENTO 75CM, CARDIOVASCULAR, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO), SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA) QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA, COM RÓTULO QUE ATENDA À RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. OBS 1: Apresentação para entrega, envelopes em caixa com 12 ou 24 unidades. OBS 2: Atender à ABNT NBR 13904:2003. (AMPLA DISPUTA) COMPRASNET: UNIDADE =ENVELOPE

Empresa: BIOLINE

Marca: BIOLINE

Referência: PL502MR10AP

Fabricante: BIOLINE

Registro da Anvisa: 10426020006

LOTE: 202305399

VAL.: 30/06/2028

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

(X) FAVORÁVEL

() DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

DATA: 11 / 12 / 25

Dr. Adriano Veras Oliveira
Médico - CRM: 006337/CE
Diretor Geral
Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes



HOSPITAL
DE MESSEJANA
DR. CARLOS ALBERTO
STUDART GOMES



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

DECLARO, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013”.

Fortaleza – CE, 11 / 12 / 25


Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes.
Dr. Fabiano Gonçalves Juca
CRM: 7272 - MAT: 49331711
Chefe do Serviço de
Cirurgia Cardiovascular - HM


Dr. Adriano Veras Oliveira
Médico - CRM: 006337/CE
Diretor Geral
Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
145	11/12/2025	11h	12H	PARECER TÉCNICO - HM


2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise das amostras referente ao PE 1465/2024; ITENS 05 E 15 – EMPRESA: BIOLINE; OF.: 040666/2025.

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 11H do dia 11/12/2025, no setor Parecer Técnico do Hospital do Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, o Dr. Fabiano Gonçalves Jucá a fim de realizar a análise técnica e emitir parecer referente ao Análise da amostra referente ao Análise das amostras referente ao PE 1465/2024; ITENS 05 E 15 – EMPRESA: BIOLINE; OF.: 040666/2025. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 4.2 do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Considerando questões sanitárias e a necessidade de realização da análise da amostra em área crítica, por ser o ambiente adequado para tal, foi devidamente apresentada a amostra ao(s) fornecedor(es) que compareceu(ram), o(s) qual(is) conferiu(ram) que a análise se daria em relação à amostra do licitante ora classificado na licitação. Deu-se por encerrada a reunião às 12H e, para constar, eu, Bruna Lopes Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Dr. Fabiano Gonçalves Jucá	Centro Cirurgico	
Bruna Lopes Lima	Parecer Técnico	
x y	x x	x x

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
x y	x y	x x
x x	x x	x x