

**PARECER TÉCNICO Nº 2/2026 - DIS/DHTE/HCF****1. OBJETIVO:**

Trata-se de parecer técnico dos itens 01, 02, 03 e 05, referente a aquisição de Caixas Térmicas para transporte de amostras de sangue, sangue total, hemocomponentes e medicamentos pró-coagulantes, da proposta comercial da empresa CONCEITO MULTISERVICE LTDA-CE, processo 24001.081303/2024-59, PE 20251071, que abrange:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
1	CÓDIGO:1912949 - CAIXA TÉRMICA, TAMPA NÃO BASCULANTE, REMOVÍVEL, TRAVA NA ALÇA, 8,5L, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: INCOTERM
2	CÓDIGO:1224260 - CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 15 LITROS, POLIURETANO OU POLIETILENO, PEAD, ISOLANTE TÉRMICO COM ESPUMA DE POLIURETANO EPS, TAMPA ARTICULADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: INCOTERM
3	CÓDIGO:1224270 - CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 28 LITROS, POLIURETANO OU POLIETILENO, PEAD, ISOLANTE TÉRMICO COM ESPUMA DE POLIURETANO EPS, TAMPA ARTICULADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: INCOTERM
5	CÓDIGO:1119134 - CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 8,5 LITROS, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO, TERMÔMETRO EXTERNO, ALÇA RÍGIDA TRAVA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE MARCA: INCOTERM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA
1	POLIURETANO OU POLIETILENO, PEAD, ISOLANTE TÉRMICO COM ESPUMA DE POLIURETANO EPS, TAMPA ARTICULADA, COM ALÇA, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE NO MÍNIMO - 20 A + 60°C E MECANISMO DE TRAVA. COM TRAVA PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. A CAPACIDADE PODERÁ VARIAR +/- 01 A 02 LITROS. NA AUSÊNCIA DE TRAVA, PODERÁ SER ENVIADO CAPA COM ZÍPER QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE LACRE. COR BRANCO/AZUL

Documento assinado eletronicamente por MONNIC MACEDO MOREIRA, em 15/01/2026, às 11:03:52; **FABIANA RODRIGUES DA COSTA LELIS**, em 15/01/2026, às 13:25:59; **KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA**, em 15/01/2026, às 13:37:10; **MARILIA SILVEIRA MAIA**, em 15/01/2026, às 13:50:05; **DENISE MENEZES BRUNETTA**, em 15/01/2026, às 14:02:45 e **LUANY ELVIRA MESQUITA CARVALHO** em 15/01/2026, às 14:26:03, conforme horário oficial de Brasília, **com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.**

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **126d2cf6d1fd-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



126d2cf6d1fd-4
PT Nº 2/2026 -
DIS/DHTE/HCF





2	COM MECANISMO DE TRAVA, COM ALÇA, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA DE - 20 A + 60°C. COM TRAVA PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. A CAPACIDADE PODERÁ VARIAR +/- 01 A 02 LITROS. NA AUSÊNCIA DE TRAVA, PODERÁ SER ENVIADO CAPA COM ZÍPER QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE LACRE. COR BRANCO/ AZUL
3	COM TAMPA ARTICULADA COM MECANISMO E TRAVA E COM ALÇA, COM TERMÔMETRO DIGITAL ACOPLADO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, FAIXA DE TEMPERATURA - 20 A + 60°C, COM TRAVA PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. A CAPACIDADE PODERÁ VARIAR +/- 01 A 02 LITROS. NA AUSÊNCIA DE TRAVA, PODERÁ SER ENVIADO CAPA COM ZÍPER QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE LACRE. COR BRANCO/ AZUL
5	COM TAMPA DE MECANISMO DE TRAVA, COM ABERTURA ARTICULADA, ISOLAMENTO EM PU (ESPUMA EXPANDIDA). BASE ELEVADA QUE MINIMIZANDO CONTATO COM O SOLO EVITANDO PERDA DE TEMPERATURA. ALÇA SUPERIOR RETRÁTIL COM EMPUNHADURA ANATÔMICA, SUPERFÍCIE FÁCIL DE LIMPEZA. ACOMPANHA TERMÔMETRO COM VISOR EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA, COM FAIXA DE UTILIZAÇÃO DE TEMPERATURA DE - 80°C A + 70°C. COR AZUL / BRANCA

2. DOCUMENTAÇÃO:

- Ofício 0003809/2025- PGE/CELIC
- Proposta da empresa CONCEITO MULTISERVICE LTDA-CE
- Edital
- Documentações de avaliação técnica e qualificação técnica.

3. ANÁLISE:

Em resposta ao pedido de análise dos itens 01, 02, 03 e 05 da proposta comercial apresentada pela empresa **CONCEITO MULTISERVICE LTDA-CE**, referente ao processo 24001.081303/2024-59, PE 20251071, informamos que, após examinar a proposta e a documentação de avaliação e qualificação técnica, constatamos que elas estão em **desconformidade** com as especificações técnicas previstas no edital, especificamente no item 14.26.1.

O catálogo apresentado pela empresa não indicou as características técnicas nem as instruções de uso do produto que permitissem a adequada avaliação e a verificação de conformidade com os requisitos fixados nos itens 2 - Das Especificações e Quantitativos e

Documento assinado eletronicamente por MONNIC MACEDO MOREIRA, em 15/01/2026, às 11:03:52; **FABIANA RODRIGUES DA COSTA LELIS**, em 15/01/2026, às 13:25:59; **KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA**, em 15/01/2026, às 13:37:10; **MARILIA SILVEIRA MAIA**, em 15/01/2026, às 13:50:05; **DENISE MENEZES BRUNETTA**, em 15/01/2026, às 14:02:45 e **LUANY ELVIRA MESQUITA CARVALHO** em 15/01/2026, às 14:26:03, conforme horário oficial de Brasília, **com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.**

Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **126d2cf6d1fd-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
 Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
 Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



126d2cf6d1fd-4
 PT Nº 2/2026 -
 DIS/DHTE/HCF





2.4 - Da Especificação Detalhada.

O catálogo **não descreve de forma clara e suficiente as características técnicas dos produtos**, tampouco apresenta instruções de uso que permitam aferir sua adequação às especificações exigidas.

As seguintes desconformidades foram identificadas:

- **Item 01:** o catálogo não especifica detalhadamente o material constitutivo da caixa térmica, não informa o tipo de revestimento nem o material isolante utilizado. Ademais, não apresenta a faixa de temperatura de armazenamento, nem indica a presença ou ausência de sistema de trava
- **Item 02:** o catálogo não especifica detalhadamente o material constitutivo da caixa térmica, não informa o tipo de revestimento nem o material isolante utilizado. Ademais, não apresenta a faixa de temperatura de armazenamento, nem indica a presença ou ausência de sistema de trava.
- **Item 03:** o catálogo não especifica detalhadamente o material constitutivo da caixa térmica, não informa o tipo de revestimento nem o material isolante utilizado. Ademais, não apresenta a faixa de temperatura de armazenamento, nem indica a presença ou ausência de sistema de trava.
- **Item 05:** o catálogo não especifica detalhadamente o material constitutivo da caixa térmica, não informa o tipo de revestimento nem o material isolante utilizado. Ademais, não apresenta a faixa de temperatura de armazenamento, nem indica a presença ou ausência de sistema de trava.

4. CONCLUSÃO:

Isto posto, somos pela **DECLASSIFICAÇÃO** dos itens 01, 02, 03 e 05 da proposta comercial da empresa CONCEITO MULTISERVICE LTDA-CE, processo

Documento assinado eletronicamente por MONNIC MACEDO MOREIRA, em 15/01/2026, às 11:03:52; FABIANA RODRIGUES DA COSTA LELIS, em 15/01/2026, às 13:25:59; KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA, em 15/01/2026, às 13:37:10; MARILIA SILVEIRA MAIA, em 15/01/2026, às 13:50:05; DENISE MENEZES BRUNETTA, em 15/01/2026, às 14:02:45 e LUANY ELVIRA MESQUITA CARVALHO em 15/01/2026, às 14:26:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código 126d2cf6d1fd-4

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



126d2cf6d1fd-4
PT Nº 2/2026 -
DIS/DHTE/HCF





24001.081303/2024-59, PE 20251071.

DECLARO, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Atenciosamente,

Monnic Macedo Moreira
Distribuição de Sangue
(85) 3208-0804
monnic.macedo@hemoce.ce.gov.br

Documento assinado eletronicamente por MONNIC MACEDO MOREIRA, em 15/01/2026, às 11:03:52; FABIANA RODRIGUES DA COSTA LELIS, em 15/01/2026, às 13:25:59; KATIA VALERIA LIMA DE OLIVEIRA, em 15/01/2026, às 13:37:10; MARILIA SILVEIRA MAIA, em 15/01/2026, às 13:50:05; DENISE MENEZES BRUNETTA, em 15/01/2026, às 14:02:45 e LUANY ELVIRA MESQUITA CARVALHO em 15/01/2026, às 14:26:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Para conferir, acesse o site <https://sistemas.hemoce.ce.gov.br/validador/> e informe o código **126d2cf6d1fd-4**

Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará - HEMOCE
Av. José Bastos, 3390 - Rodolfo Teófilo - Fortaleza, CE
Fortaleza: (85) 3208.0800, Crato: (88) 3102.1260, Juazeiro do Norte: (88) 3102.1170,
Iguatu: (88) 3581.9408, Quixadá: (88) 9 8184.1564, Sobral: (88) 3677.1512
www.hemoce.ce.gov.br



126d2cf6d1fd-4
PT Nº 2/2026 -
DIS/DHTE/HCF



**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 15/01/2026**

Interessado: SESA/GELOG-HEMOCE

De: SESA/GELOG-HEMOCE

Assunto: AQUISIÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS
MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

Prezados,

Trata-se do pregão **20251071**, cujo objeto é a **aquisição Caixas Térmicas**, para transporte de amostras de sangue, sangue total, hemocomponentes e medicamentos pró-coagulantes, visando atender às necessidades do CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ -HEMOCE;

Considerando o Ofício nº **003809/2025** - PGE/CELIC, fls. **517/518** despacho de fls. **538** da COEXE/SESA, segue em anexo o parecer técnico emitido pela área responsável, com o seguinte resultado:

- ITEM 1, 2, 3 e 5 – EMPRESA CONCEITO MULTSERVICE LTDA – **DECLASSIFICADA**

Diante do exposto, encaminha-se o presente processo à COEXE/SESA para prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **LUIZA MARIA CAVALCANTE MOTA ROSA**, em **15/01/2026**, às **14:43** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **5AAE-3603-8A47-67E9**.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 15/01/2026**

Interessado: SESA/GELOG-HEMOCE

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS
MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Para: PGE/CELIC

1. Ciente.

2. Trata-se de solicitação para realização de procedimento licitatório, cujo objeto é a aquisição de caixas térmicas, para transporte de amostras de sangue, sangue total, hemocomponentes e medicamentos pró-coagulantes.

3. Atendendo a solicitação da CELIC - Central de Licitações, formulada por meio do ofício nº 003809/2025, encaminhamos em anexo, Parecer Técnico conclusivo, PE nº 2025/1071.

4. Dessa forma, encaminhe-se à PGE/CELIC para conhecimento, análise e prosseguimento do certame.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Haylla P. Cunha

Assistente Técnica - COEXE/SESA

Visto por:

(assinado eletronicamente)

Lia Leite Barros de Menezes

Orientadora- COEXE/SEAFI/SESA

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 15/01/2026**

Interessado: SESA/GELOG-HEMOCE

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS
MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Para: PGE/CELIC

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **LIA LEITE BARROS DE MENEZES**, em **15/01/2026**, às **15:40** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **HAYLLA PEREIRA CUNHA CORREIA**, em **15/01/2026**, às **15:00** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **1064-D76A-888D-5B81**.