

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA

Item	Código	Quant.	Especificação
1	1068387	1	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 – SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE HIPOALERGÊNICO E ISENTO DE LÁTEX, A DUREZA DO PVC DEVE PERMITIR A INTRODUÇÃO DA SONDA NO TUBO TRAQUEAL SEM ACOTOVELAR, COM ORIFÍCIOS SEM REBARBAS E ATRAUMÁTICOS DISPOSTOS NA LATERAL E EXTREMIDADE DA PORÇÃO DISTAL, CONECTOR COMPATÍVEL COM BICO LUER FIXO NA PORÇÃO PROXIMAL DA SONDA. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA

Empresa: NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Marca: SOLIDOR

Referência: 78024

Fabricante: BONREE MEDICAL CO. LTD

Registro da ANVISA: 10369460208

LOTE: Q5020071

VALIDADE: 07/25

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

NÃO ATENDE, A SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SOLIDOR POSSUI VALVULA LATERAL A QUAL NÃO FOI SOLICITADA NA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, PORTANTO INDEFERIMOS AQUISIÇÃO DESSE PRODUTO, POR NÃO ATENDER O DESCRITIVO.


Roberta Kelly Campos da Silva
COREN/CE 281788-ENF


Dra. Gabriela Brito
CRM/CE 33972

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo