



CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA SAÚDE

Relatório de Visita Técnica

Laboratório Argos

Credenciamento ao Edital de Chamamento Público 06/2025

30 de maio de 2025



DATA DA VISITAÇÃO

Data: 28 de maio de 2025

Horário: 09:00h às 11:00h

DADOS DO ESTABELECIMENTO

CNES: 6698581

Nome Fantasia: Laboratório Argos

Endereço: Avenida Santos Dumont, 5753

Bairro: Papicu

Cidade: Fortaleza/CE

IDENTIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS

Renata Gomes Queiroz Parente - Enfermeira Auditora CEAUD/CORAC/SESA

Samuel Diogenes Gomes Veloso - Assessor Técnico CORAM/SRFOR/SESA

OBJETIVO

A visita técnica ao Laboratório Argos foi realizada com o objetivo de avaliar a capacidade técnica e física instalada e condições sanitárias para a realização de exames anatomopatológicos para o diagnóstico de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, dando continuidade ao processo de credenciamento da instituição com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.



DESCRIÇÃO

O Laboratório Argos conta com uma recepção climatizada para atendimento ao paciente com cinco guichês de atendimento e cerca de sete lugares para espera, situado no térreo da torre Office da Rede Otto. Em outros dois andares da mesma torre funciona a sede administrativa da empresa, com sala da direção, sala administrativa e banheiros e a parte técnica da clínica.

O setor técnico conta com uma recepção onde é feita a triagem do material, contagem dos pacotes, conferido documentação e solicitação médica. Após a conferência inicial, o material é cadastrado, cada peça recebe um código de barras para assegurar sua rastreabilidade.

A peça é encaminhada para estudo macroscópico, neste ambiente há 9 postos de trabalho, onde técnicos em macroscopia descrevem a peça e separam parte do material que deverá ser enviado para estudo microscópico. Os fragmentos representativos da peça que foram selecionados para processamento histotécnico são processados em processadores de tecidos automatizados. Em uma sala anexa é realizada a inclusão em parafina, corte em micrótomo e coloração automatizada. Todos esses processos têm controle da rastreabilidade através do uso de um leitor de código de barras.

Após o processamento total do material, as lâminas são encaminhadas para a sala de microscopia, onde são distribuídas entre os patologistas de acordo com a área de especialidade de cada um. Nesse ambiente estão disponíveis 14 microscópios. É ali que os laudos são elaborados e inseridos no sistema informatizado, ficando disponíveis para consulta pelo solicitante e pelo paciente.

A unidade conta com um responsável legal, médico patologista, com Registro de Qualificação de Especialista - RQE em situação regular, Dr. Igor Santos Costa.



Fotos do Estabelecimento

Não foi permitido o registro de imagens na Unidade.

Documento assinado eletronicamente por: SAMUEL DIOGENES GOMES VELOSO em 30/05/2025, às 09:31 RENATA GOMES QUEIROZ PARENTE em 30/05/2025, às 09:21 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 3636-0B34-E8F2-F08B.



CONCLUSÃO

Diante do exposto, informamos que o Laboratório Argos, inscrito no CNES sob o nº 6698581, possui capacidade física e técnica instalada para a realização de exames anatomopatológicos, em conformidade com o Edital de Chamamento Público nº 006/2025.

(Assinado por certificação digital)

Renata Gomes Queiroz Parente

Enfermeira Auditora - CEAUD/CORAC/SESA

(Assinado por certificação digital)

Samuel Diogenes Gomes Veloso

Assessor Técnico CORAM/SRFOR/SESA