



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
31/2025	02 de Setembro de 2025	08:00:00	10:00:00	Hospital Geral Dr César Cals de Oliveira

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO

Análise da amostra referente ao **PE-2025/0760 ITENS 1 a 13 EMPRESA ENDOGERAIS**

3. RELATO DA REUNIÃO


DESCRIÇÃO

Às **08:00hs** do dia **02/09/2025**, no HGCC, esteve presente os Srs.(as) Francisco Autran Nunes , Ana Cláudia Parente Silveira, Quezia Alencar de Sousa a fim de emitir parecer técnico referente ao **PE-2025/0760 ITENS 1 a 13 EMPRESA ENDOGERAIS**

Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula **4.4.10 e 4.4.11** do edital, foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo.

Deu-se por encerrada a reunião às 10:00 h do dia 02 de Setembro e, para constar, eu, Ana Cláudia Parente Silveira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Ana Cláudia Parente Silveira	MMH/HGCC	 X DE FRANCISCO AUTRAN NUNES NETO ECOLOGIA CRM 6266
Quezia Alencar de Sousa	MMH/HGCC	
Francisco Autran Nunes	GINECOLOGIA/HGCC	

**DECLARAÇÃO**

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 02 de Setembro de 2025.


Dr. Francisco Aútrán Nunes

Serviço de Toco-Ginecologia / HGCC



PARECER TÉCNICO 2583/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760
PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
01	1034035	32	VELA DE HEGAR Nº 01, COMPRIMENTO: 23CM (+/-1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO☒ FAVORÁVEL☐ DESFAVORÁVEL**PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)**

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

X

DR. PRO. ALTRAM NUNES NETO
C. A. ECOLÓGICA
CPM 6265

Data: 02/09/25

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025
--	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
02	1034045	39	VELA DE HEGAR Nº 02, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.
Empresa: ENDOGERAIS			
Marca: FUTURE		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81169960003	
LOTE:		VAL.:	
OUTRAS INFORMAÇÕES A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.			

CONCLUSÃO	
☒ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
☒ DR. FCO ALTRAM NUNES NETO C. ECOLOGICA CRM 12345	

Data: 02/09/25

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025
--	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
03	1294630	39	VELA DE HEGAR Nº 03, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

(☒) FAVORÁVEL

(☐) DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

10

DE FCO ALTRAN NUNES NETO
AC. ESCOL. BICA
CRM 6755

Data: 02/09/25



PARECER TÉCNICO 2583/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760
PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
04	1034065	51	VELA DE HEGAR Nº 04, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO☒ FAVORÁVEL☐ DESFAVORÁVEL**PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)**


Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

p

Dr. FCO ALTRAN MONEZINI
AR. ECOLOGIA
GRUPO 256

Data: 02/09/25



ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
05	1034075	39	VELA DE HEGAR Nº 05, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA.NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.
Empresa: ENDOGERAIS			
Marca: FUTURE			Referência:
Fabricante:			Registro da Anvisa: 81169960003
LOTE:			VAL.:
OUTRAS INFORMAÇÕES A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.			

CONCLUSÃO	
☒ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional avaliado(a)	Assinatura e carimbo

Data: 02 / 04 / 25



PARECER TÉCNICO 2583/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760
PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
06	1034085	33	VELA DE HEGAR Nº 06, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

(X) FAVORÁVEL

() DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avalador

Assinatura e carimbo

0

Dr. FSC. INTERMUNIC. METS
02/09/25
CAM 1266

Data: 02/09/25



PARECER TÉCNICO 2583/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760
PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
07	1034095	37	VELA DE HEGAR Nº 07, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO☒ FAVORÁVEL☐ DESFAVORÁVEL**PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)**

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

X

Dr. FCS J. AMARAL NETO
CRM 6286

Data: 02/09/25



PARECER TÉCNICO 2583/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760
PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
08	914815	37	VELA DE HEGAR Nº 08, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO.
EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO☒ FAVORÁVEL☐ DESFAVORÁVEL**PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)**

Profissional avaliado por

Assinatura e carimbo

Dr. JOSÉ ULTRAN MENEZES
Médico ECOLOGIA
CRM 1286

Data: 02/09/25



PARECER TÉCNICO 2583/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760
PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
09	914825	37	VELA DE HEGAR Nº 09, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO: AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO☒ FAVORÁVEL☐ DESFAVORÁVEL**PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)**

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo


X

Dr. FCO ALVARO NUNES NETO
CRM 6266
ECOLOGIA

Data: 02/04/25

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025
---	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
10	914835	36	VELA DE HEGAR Nº 10, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.
Empresa: ENDOGERAIS			
Marca: FUTURE		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81169960003	
LOTE:		VAL.:	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.			

CONCLUSÃO	
☒ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
☒	

Data: 02/09/25



PARECER TÉCNICO 2583/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760
PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
11	914845	36	VELA DE HEGAR Nº 11, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.

Empresa: ENDOGERAIS

Marca: FUTURE

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81169960003

LOTE:

VAL.:

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO☒ FAVORÁVEL☐ DESFAVORÁVEL**PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)**

Profissional Avaliador

Assinatura e carimbo

Dr. FCO. LUIZ ALVES NETO
AC. SEC. SAÚDE
CRM 6266

Data: 02/09/25

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025
---	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
12	914865	36	VELA DE HEGAR Nº 13, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. # OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. # ATENDER AS NORMAS: NBR 14175/1998; NBR 13851/1997; NBR 13916 DE 07/1997.
Empresa: ENDOGERAIS			
Marca: FUTURE		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81169960003	
LOTE:		VAL.:	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.			

CONCLUSÃO	
☒ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional Avaliador	Assinatura e carimbo
☒	

DEPES L. TRANINONES NETO
AC. ECOLOGICA
CRM 6266

Data: 02/09/25

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025
---	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
13	914875	36	VELA DE HEGAR Nº 14, COMPRIMENTO: 23CM (+/- 1CM), CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE LISA E ATRAUMÁTICA, SEM REBARBAS, UMA DAS EXTREMIDADES EM FORMATO CHAPA COM ORIFÍCIO. COM COMPROVADA RESISTÊNCIA A CORROSÃO/OXIDAÇÃO; QUE MANTENHA SUAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS (NÃO DEFORMAR) APÓS USO E PROCESSAMENTO; AUTOCLAVÁVEL. LOTE E LOGOMARCA INDELÉVEL DO FABRICANTE E DO ÓRGÃO LICITANTE GRAVADAS NA PEÇA. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, QUE PRESERVE AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A
Empresa: ENDOGERAIS			
Marca: FUTURE		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81169960003	
LOTE:		VAL.: INDETERMINADA	
OUTRAS INFORMAÇÕES A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.			

CONCLUSÃO	
☒ FAVORÁVEL	☐ DESFAVORÁVEL
PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)	
Profissional avaliador	Assinatura e carimbo
	

Data: 02/09/25

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025 DATA 05/09/2025
--	---

Visto;

Conforme o **parecer favorável do especialista do HGCCO**, para o itens 01 ao 13 PE20250760, Marca **FUTURE**, Fabricante **FUTURE** , Empresa **ENDOGERAIS** , ANVISA: **81169960003**

Considerando que o produto ofertado **está de acordo** com as especificações do termo de referência do edital, bem como as documentações referente à qualificação técnica, conforme check list em anexo. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

4. Encaminhe-se à COEXE, para conhecimento e providências.

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmato
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025 DATA 05/09/2025
--	---

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
X			Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

Documento assinado eletronicamente por: PAULA MORGANA PEIXOTO LORENCO em 05/09/2025, às 11:18 PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 05/09/2025, às 10:57 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 16F7-A448-C91D-AE1D.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2583/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250760 PROCESSO Nº 24001.006271/2025-93 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2761/2025 DATA 05/09/2025
---	--

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

Elaborado por:
Patrice Mesquita Chaves Salmato
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:
Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: PAULA MORGANA PEIXOTO LORENÇO em 05/09/2025, às 11:18 PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 05/09/2025, às 10:57 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 16F7-A448-C91D-AE1D.



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 05/09/2025

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

1. Visto;
2. Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, PE20250760 a fim de atender às necessidades da Rede SESA;
3. A Central de Licitações, através do Ofício nº 2761/2025 enviou os autos para que esta Unidade proceda à análise e emissão de parecer conclusivo acerca da aceitabilidade da(s) proposta(s) comercial(is) e dos documentos técnicos da empresa elencada abaixo:

Empresa(s)	Item(ns)	Situação
ENDOGERAIS	01 ao 13	FAVORÁVEL

4. Em atendimento à referida solicitação, foram emitidos Parecer Técnico nº2583/2025 em anexo.
5. Isto posto, encaminhem-se à COEXE/SESA para conhecimento e providências necessárias.

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves SalmatoEnfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto LourençoEnfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Ciente por:

Maria Gabrielly Sales Vitoriano Uchôa

Orientadora de Célula - SEAFI/COPLA



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 05/09/2025

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **PAULA MORGANA PEIXOTO LORENCO**, em **05/09/2025**, às **11:18** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA GABRIELLY SALES VITORIANO UCHOA**, em **05/09/2025**, às **11:03** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO**, em **05/09/2025**, às **10:55** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **62CB-73CC-EA92-4884**.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 05/09/2025**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: PGE/CELIC

1.Ciente;

2-Trata-se do processo licitatório, cujo objeto é Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, visando atender às necessidades das Unidades Hospitalares da SESA;

3-Considerando o Ofício nº 02761/2025 -PGE/CELIC, encaminhamos em anexo parecer técnico conclusivo, atinente ao PE 20250760;

4-Diante do exposto, encaminhe-se à CELIC/PGE, com anuência do Secretário.

Elaborado Por:

Assinado eletronicamente

Maria Angela Sá de Freitas

Assistente Técnico - COEXE/SESA

Visto Por:

Assinado eletronicamente

Assinado eletronicamente

Gabriela Castelo da Silva

Ícaro Tavares Borges

Coordenadora – COEXE/SESA

Secretário Administrativo-Financeiro



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 05/09/2025

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: PGE/CELIC

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **ICARO TAVARES BORGES**, em **05/09/2025, às 15:26** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **GABRIELA CASTELO DA SILVA**, em **05/09/2025, às 15:06** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA ANGELA SÁ DE FREITAS**, em **05/09/2025, às 14:50** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **A34F-E677-0D27-48E4**.