

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90568/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pinça cirúrgica

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Halstead Hartmann, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Comprimento Total: Cerca De 10CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 412,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (65)

2 - Material hospitalar

**Descrição Detalhada:** Material Hospitalar Tipo: Cilindro, Aplicação: P/ Iluminar Cavidade, Dimensões: Cerca De 10 X 3CM, Componentes Adicionais: Ponta Distal C/ Luz Fria, Adicional: À Bateria, C/ Carregador, Esterilidade\*: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 85 **Quantidade Mínima Cotada:** 85

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 644,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 170

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (85)

3 - Espéculo uso médico

**Descrição Detalhada:** Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Adicional 1: C/ Via P/ Iluminar Cavidade, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 175 **Quantidade Mínima Cotada:** 175

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 139,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 350

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (175)

4 - Espéculo Uso Médico

**Descrição Detalhada:** Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Adicional 1: C/ Via P/ Iluminar Cavidade, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 155,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (155)

**5 - Espéculo uso médico**

**Descrição Detalhada:** Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 193

**Quantidade Mínima Cotada:** 193

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 124,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 386

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (193)

**6 - Afastador Cirúrgico Manual**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Válvula Auvard, Aplicação: Vaginal, Modelo Ponta: Pá Curva, Dimensão Pá: Cerca De 45 X 100MM, Haste: Haste Reta, C/ Esfera Metálica / Peso, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 68

**Quantidade Mínima Cotada:** 68

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.018,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 136

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (68)

**7 - Afastador Cirúrgico Manual**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Válvula Doyen, Modelo Ponta: Pá Reta, Dimensão Pá: Cerca De 45 X 60MM, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Quantidade Mínima Cotada:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 305,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 144

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (72)

**8 - Cureta uso médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Modelo: Recamier, Tipo: Fenestrada, Tamanho Ponta: Nº 5, Formato: Ponta Reta, Aplicação: P/ Ginecologia, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 159,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (70)

**9 - Cureta Uso Médico**

**Descrição Detalhada:** Cureta Uso Médico Modelo: Recamier, Tipo: Fenestrada, Tamanho Ponta: Nº 6, Formato: Ponta Reta, Aplicação: P/ Ginecologia, Comprimento Total: Cerca De 30CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 160,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (70)

**10 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo\*: Histerômetro, Modelo: Collin, Material\*: Aço Inoxidável, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 118,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (90)

**11 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Cheron, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (150)

**12 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça Cirúrgica Modelo 1: Pozzi, Formato Ponta: Ponta Reta, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 85

**Quantidade Mínima Cotada:** 85

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 170

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (85)

**13 - Afastador Cirúrgico Manual**

**Descrição Detalhada:** Afastador Cirúrgico Manual Modelo: Válvula Breisky, Formato Ponta: Ponta Reta, Dimensão Pá: Cerca De 40 X 160MM, Comprimento Total: Cerca De 32CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 68

**Quantidade Mínima Cotada:** 68

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 248,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 136

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (68)

**14 - Amniótomo**

**Descrição Detalhada:** Amniótomo Material: Aço Inoxidável, Modelo: Beacham, Comprimento\*: Cerca De 25CM, Esterilidade\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 160

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (80)