

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 3072/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250439 PROCESSO Nº 24001.087897/2024-10 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3238/2025 DATA 25/02/2026
---	---

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
X			Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
X			Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
X			Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

Documento assinado eletronicamente por: PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 25/02/2026, às 16:43 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
 Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código FA2D-738E-D4BD-B9B8.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 3072/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250439 PROCESSO Nº 24001.087897/2024-10 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3238/2025 DATA 25/02/2026
--	--

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 25/02/2026, às 16:43 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código FA2D-738E-D4BD-B9B8.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 3072/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250439 PROCESSO Nº 24001.087897/2024-10 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3238/2025 DATA 25/02/2026
--	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
3	1220360	975	MÁSCARA PARA TRAQUEÓSTOMO, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM PVC OU SILICONE FLEXÍVEIS, TRANSPARENTE, ANATÔMICA PARA ADAPTAÇÃO A REGIÃO CERVICAL, ATÓXICA. COM ORIFÍCIO CENTRAL, COM CONECTOR DO TUBO QUE GIRA 360°, PARA TUBOS CORRUGADOS 22MM, FORMA ANATÔMICA, ATÓXICO, FORMATO DE ENCAIXE PARA TUBO CORRUGADA, EM VINIL TRANSPARENTE, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO NO PESCOÇO EM ELÁSTICO RESISTENTE, AJUSTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA
Empresa: CMF			
Marca: FOYOMED		Referência: ADULTO	
Fabricante: JOAOMED		Registro da Anvisa: 10296900183	

CONCLUSÃO	
(X) FAVORÁVEL	() DESFAVORÁVEL
Justificativa: O item atende. Após análise da amostra, observamos que o produto máscara para traqueostomo, tamanho adulto, é confeccionada em silicone flexível, transparente, anatômica para adaptação a região cervical, possui orifício central com conector do tubo que gira 360°, formato de encaixe para tubo corrugado, em vinil transparente, com sistema de fixação no pescoço em elástico, ajustável. Concluimos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência do edital. Os documentos seguem anexos. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

Elaborado por:
Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira Cooperada- COREN 52659
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 25/02/2026, às 16:43 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código FA2D-738E-D4BD-B9B8.



PARECER TÉCNICO 3072/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250439
PROCESSO Nº 24001.087897/2024-10
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3238/2025
DATA 25/02/2026



Documento assinado eletronicamente por: PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 25/02/2026, às 16:43 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código FA2D-738E-D4BD-B9B8.




PARECER TÉCNICO 3072/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250439
PROCESSO Nº 24001.087897/2024-10
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3238/2025
DATA 25/02/2026

INNOVA

MÁSCARA DE OXIGÊNIO PARA TRAQUEOSTOMIA

MODELO: ADULTO



Instrução de uso:

1. Com as mãos devidamente higienizadas, inspecione a Máscaras de oxigênio para Traqueostomia Innova e todos seus componentes, se não apresenta alterações aparência, como mudança de coloração ou manchas e/ou peças quebradas;
2. Conecte a extensão de oxigênio entre a máscara e a entrada do gás.
3. A entrada da máscara gira 360 graus para posicionar a tubulação em pacientes imóveis ou na vertical.
4. Libere o fluxo de oxigênio indicada por um profissional treinado ou um médico e verifique se há fluxo de gás através do dispositivo.
5. Posicione a faixa elástica por trás do pescoço.
6. Delicadamente, puxe as extremidades da alça até que a máscara fique segura.
7. Ao utilizar sucção, afrouxe a máscara e solte-a fora da área de trabalho.

Advertência e Precaução:

Produto Médico Hospitalar de uso individual, fabricante recomenda uso único.
Verificar se a máscara não possui nenhuma obstrução ou vazamento, antes de iniciar o uso.
O espaço morto presente na mascar deverá ser avaliado caso a caso pelo médico responsável.
Seguir as orientações de prevenção de infecção hospitalar da instituição.
Depois de usar o produto, por favor, siga os regulamentos adequados para o descarte.
Produto isento de látex - Não estéril.

Armazenamento e Transporte:

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, limpo e seco, em palets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor (temperatura ideal 10° a 40°C) e da luz, mantendo em local fresco e seco (umidade ideal 20-80%). Durante o transporte, não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico ou hospitalar.

CONTÉM 1 UNIDADE

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S.A.
CNPJ 78.742.491/0001-33
Rua Wilson Lois Koehler Jr, 406 - Xaxim
CEP 81630-280
Curitiba - PR - Brasil

FABRICANTE
YILES MEDICAL CO., LTD
Chuangye Road 1199, Jinxian Nanchang City, 331700 - Jiangxi - China

REGISTRO ANVISA: 10296900183
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Juliana Sasdelli CRF/PR 18.151

Lote: 20240519
Fab: 19-05-2024
Validade: Indeterminada



SAC : 0800 701 2006
joamed.com.br



SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA

ATA DE REUNIÃO

Secretaria Executiva Administrativa Financeira/SEAFI
Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras /COPLA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
092/2026	09 de Fevereiro de 2026	10: 00h	10:30h	COPLA/SESA - Sala de Reunião

2. PAUTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE 20250439 ITEM 03 EMPRESA CMF .

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Às 10:00h do dia 09 de fevereiro de 2026, na sala de reuniões da COPLA/SESA, conforme divulgado no sistema Comprasgov de acordo com espelho em anexo, não compareceram os interessados da parte da empresa, prosseguindo a análise com a Enfermeira, Patrice Mesquita, a fim de emitir parecer técnico referente ao PE 20250439 ITEM 03 empresa CMF. Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes do Termo de Referência do Edital , foi emitido parecer técnico, o qual é parte integrante desta ata como anexo. Deu-se por encerrada a reunião às 10:30H e, para constar, eu, Patrice Mesquita, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim .


4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
Patrice Mesquita Chaves	COPLA/SESA	ASSINATURA DIGITAL

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA
*****	*****	*****



Máscara oxigênio para traqueostomia Innova

**INNOVA**

Imagens do produto



Embalagem primária
18 x 23cm



Embalagem transporte
48 x 36 x 20cm

Embalagens

- Caixa primária com 1 unidade.
- Caixa de transporte com 100 unidades.

Importado e distribuído por

JoãoMed Comércio de materiais cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33
Rua Wilson Lois Koehler Jr, 406, Xaxim - CEP 81630 - 280 - Curitiba | Paraná | Brasil



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Rua Wilson Lois K. Junior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil

@ contato@joaomed.com.br

(41) 2108-4545

www.joaomed.com.br



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 25/02/2026

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL
HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA GABRIELLY SALES VITORIANO UCHOA**, em **25/02/2026**, às **16:57** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO**, em **25/02/2026**, às **16:42** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **000D-F174-2149-3F24**.



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 26/02/2026

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: PGE/CELIC

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **ICARO TAVARES BORGES**, em **26/02/2026, às 11:55** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **GABRIELA CASTELO DA SILVA**, em **26/02/2026, às 11:21** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **HAYLLA PEREIRA CUNHA CORREIA**, em **26/02/2026, às 11:17** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **7FC3-C5E2-5256-3759**.