

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
3	1084854	186	MÁSCARA FACIAL PARA VNI 03. USO NA ANESTESIA INALATÓRIA, ADAPTÁVEL A BOCA E NARIZ, MATERIAL RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO E SECREÇÃO, COXIM ANATÔMICO DE SILICONE OU PVC SILICONIZADO, MACIO E INFLÁVEL, DOTADA DE GARRAS EM MATERIAL RESISTENTE PARA ENCAIXE DO FIXADOR CEFÁLICO, CONTENDO VÁLVULA PARA INSUFLAÇÃO DO COXIM E PORTA DE EXPIRAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO CO2, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE LÁTEX. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA

Empresa: MÚLTIPLA

Marca: HAOXI

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 82353599003

LOTE:

VAL.:

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

Justificativa: A amostra não foi entregue em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia: 14.25. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, ficando desde já convocado a apresentar a (s) amostra (s) no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço, local e horários estabelecidos no subitem 6.4 do Anexo I – Termo de Referência. 6.4.1 A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 , Município: Fortaleza - CE, no setor: COPLA, telefone: (85) 3101.5197, nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica. Portanto proposta desclassificada por descumprimento do subitem: 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida; Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel

Enfermeira COREN 47929

Assistente Técnico - COPLA/SESA

PARECER TÉCNICO 3165/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250908
PROCESSO Nº 24001.005442/2025-67
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3338/2025
DATA: 21/10/2025

Pregão Eletrônico Nº 90908/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)



UASG 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado

Contratação na etapa de seleção de fornecedores

3 MATERIAL P VNI - CPAP, BIPAP
Exclusividade ME/EPP
Aguardando julgamento

Ctdde solicitada 186
Valor estimado (unitário) R\$ 52.6600



Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

40.443.336/0001-43	MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.	Valor ofertado (unitário)	R\$ 25.0000
ME/EPP	CE	Valor negociado (unitário)	-

Chat

certame, poderá também anexar a documentação de habilitação. Ao final desse prazo, estejam conectados a possíveis convocações.

O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:50 de 30/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ 40.443.336/0001-43. 11:05:50

Após análise viemos informar que estamos no nosso menor preço. 11:06:09

Após análise, informamos que o valor apresentado já corresponde à nossa melhor proposta, assegurando a adequada e eficiente execução do objeto contratual. 11:07:26

Proposta

LINK PARA CONFERÊNCIA:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/3?compra=94300105909082025>

Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 21/10/2025, às 08:12 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 85D0-F9D4-C2E0-FAD3.