

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
1	1084834	136	MÁSCARA FACIAL PARA VNI 01. USO NA ANESTESIA INALATÓRIA, ADAPTÁVEL A BOCA E NARIZ, MATERIAL RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO E SECREÇÃO, COXIM ANATÔMICO DE SILICONE OU PVC SILICONIZADO, MACIO E INFLÁVEL, DOTADA DE GARRAS EM MATERIAL RESISTENTE PARA ENCAIXE DO FIXADOR CEFÁLICO, CONTENDO VÁLVULA PARA INSUFLAÇÃO DO COXIM E PORTA DE EXPIRAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO CO2, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE LÁTEX. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA
Empresa: INOVA			
Marca: HAOXI			Referência:
Fabricante:			Registro da Anvisa: 82353599003
LOTE:			VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
2	1084844	136	MÁSCARA FACIAL PARA VNI 02. USO NA ANESTESIA INALATÓRIA, ADAPTÁVEL A BOCA E NARIZ, MATERIAL RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO E SECREÇÃO, COXIM ANATÔMICO DE SILICONE OU PVC SILICONIZADO, MACIO E INFLÁVEL, DOTADA DE GARRAS EM MATERIAL RESISTENTE PARA ENCAIXE DO FIXADOR CEFÁLICO, CONTENDO VÁLVULA PARA INSUFLAÇÃO DO COXIM E PORTA DE EXPIRAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO CO2, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE LÁTEX. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA.
Empresa: INOVA			
Marca: HAOXI			Referência:
Fabricante:			Registro da Anvisa: 82353599003
LOTE:			VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
4	1084864	231	MÁSCARA FACIAL PARA VNI 04. USO NA ANESTESIA INALATÓRIA, ADAPTÁVEL A BOCA E NARIZ, MATERIAL RESISTENTE, CONFECCIONADA EM PVC, TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃO E SECREÇÃO, COXIM ANATÔMICO DE SILICONE OU PVC SILICONIZADO, MACIO E INFLÁVEL, DOTADA DE GARRAS EM MATERIAL RESISTENTE PARA ENCAIXE DO FIXADOR CEFÁLICO, CONTENDO VÁLVULA PARA INSUFLAÇÃO DO COXIM E PORTA DE EXPIRAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO CO2, HIPOALERGÊNICA, ISENTA DE LÁTEX. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA

Empresa: INOVA

Marca: HAOXI

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 82353599003

LOTE:

VAL.:

CONCLUSÃO

() FAVORÁVEL

(X) DESFAVORÁVEL

Justificativa: As amostras não foram entregues em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia: 14.25. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, ficando desde já convocado a apresentar a (s) amostra (s) no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço, local e horários estabelecidos no subitem 6.4 do Anexo I – Termo de Referência. 6.4.1 A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440, Município: Fortaleza - CE, no setor: COPLA, telefone: (85) 3101.5197, nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica. Portanto proposta desclassificada por descumprimento do subitem: 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida; Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

PARECER TÉCNICO 3164/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250908
PROCESSO Nº 24001.005442/2025-67
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 3338/2025
DATA: 21/10/2025

Pregão Eletrônico N° 90908/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado

Contratação na etapa de seleção de fornecedores

1 MATERIAL P VNI - CPAP, BIPAP

Exclusividade ME/EPP

Aguardando julgamento

Cidade solicitada: 136
Valor estimado (unitário): R\$ 52.6600

Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

57.079.575/0001-69 ME/EPP	INOVA DISTRIBUIDORA LTDA PI	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 20.3800 -
Chat			
Sr(a) Solicito a gentileza de rever custos, ofertar menor preço e anexar a proposta no sistema no prazo de até 24 horas após esta convocação. Caso queira agilizar o certame, poderá também anexar a documentação de habilitação. Ao final desse prazo, estejam conectados a possíveis convocações. 09/34/24			
Bom dia 09/36/26			
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:41 de 30/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.079.575/0001-69. 10/17/41			
Prezado Pregoeiro(a), Informamos que todos os arquivos referentes aos itens 1,2 e 4, ganhos pela Inova Distribuidora foram devidamente anexados no item 1. 10/17/42			

Proposta

LINK PARA CONFERÊNCIA;

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/1?compra=94300105909082025>

Pregão Eletrônico N° 90908/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado

Contratação na etapa de seleção de fornecedores

2 MATERIAL P VNI - CPAP, BIPAP

Exclusividade ME/EPP

Aguardando julgamento

Cidade solicitada: 136
Valor estimado (unitário): R\$ 52.6600

Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

57.079.575/0001-69 ME/EPP	INOVA DISTRIBUIDORA LTDA PI	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 21.8400 -
Chat			
Sr Fornecedor INOVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.079.575/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 09:34:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Sr(a) Solicito a gentileza de rever custos, ofertar menor preço e anexar a proposta no sistema no prazo de até 24 horas após esta convocação. Caso queira agilizar o certame, poderá também anexar a documentação de habilitação. Ao final desse prazo, estejam conectados a possíveis convocações. 09/34/55			
01/10/2025			
O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.079.575/0001-69. 09/34/00			

Proposta

LINK PARA CONFERÊNCIA;

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/2?compra=94300105909082025>

Pregão Eletrônico N° 90908/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021)



UASG 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto/Fechado

Contratação na etapa de seleção de fornecedores

4 MATERIAL P. VNI - CPAP, BIPAP

Exclusividade ME/EPP

Aguardando julgamento

Item solicitada: 231
Valor estimado (unitário): R\$ 52.6600

Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

57.079.575/0001-69 ME/EPP	INOVA DISTRIBUIDORA LTDA PI	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 18.9300 -
------------------------------	--------------------------------	---	------------------

Chat

Sr Fornecedor INOVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.079.575/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 09:35:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Sr(a) Solicito a gentileza de rever custos, ofertar menor preço e anexar a proposta no sistema no prazo de até 24 horas após esta convocação. Caso queira agilizar o certame, poderá também anexar a documentação de habilitação. Ao final desse prazo, estejam conectados a possíveis convocações.

01/10/2025

O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 57.079.575/0001-69.

LINK PARA CONFERÊNCIA;

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/4?compra=94300105909082025>