

03 de dezembro de 2025

1. ANÁLISE DA DEMANDA

Trata-se da solicitação de emissão de parecer técnico conclusivo acerca da proposta e da habilitação, conforme Ofício (p.319 e p.320) supracitado.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS E/OU LEGISLAÇÃO

ITEM 01 - ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA

Empresa: Conceito Multservice LTDA

Marca: ORTOBRAS

Modelo: não informado

Registro ANVISA: não informado

3. CONCLUSÃO

ITEM 01 - ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA: Item não aceito por não atender às especificações técnicas do edital, conforme descrito abaixo:

O edital solicita:

“Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde, de acordo com o art. 52 da Lei Federal N° 6.360/1976. ”

É ofertado:


Ao analisar as informações constantes na documentação anexada pela licitante no Sistema ComprasNet

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

03 de dezembro de 2025

(<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-comp/ra/item/1?compra=94300105911762025>), bem como mediante consulta ao banco de dados da Anvisa, verificou-se que a empresa Conceito Multservice LTDA não possui Autorização de Funcionamento vigente, em desacordo com o requisito estabelecido no edital.



BRASIL Serviços Participe Acesso à informação Legislação Canais

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4

Consultas

VISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional

Critérios para Consulta

CNPJ

16.442.794/0001-83

Empresa não encontrada!

O edital solicita:

“Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados, que possibilitem avaliação e verificação em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.”

É ofertado:

Ao analisar a documentação anexada pela licitante no Sistema ComprasNet (<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-comp/ra/item/1?compra=94300105911762025>), verificou-se que a licitante não apresentou a

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

03 de dezembro de 2025

documentação necessária para a análise do item proposto, encontrando-se, assim, em desacordo com as exigências estabelecidas no edital.

Considerando que a diligência está prevista em edital, conforme pode-se verificar na cláusula 23.7.

“É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na proposta e na documentação de habilitação” (grifo nosso).

Usando como base a referida cláusula, esta setorial encaminhou diligência ao fornecedor Conceito Multservice LTDA em 01/12/2025 às 10:44 para o e-mail constante na proposta (conceitomultservicefm@gmail.com) e posteriormente realizou outra cobrança em 02/12/2025 às 15:02, sem qualquer retorno até a atual data.

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Elaborado por:

Assinado eletronicamente

Francisco Denilson de S. Albuquerque

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Visto por :

Assinado eletronicamente

Stephane Rocha Moraes

Assistente de Gestão/Engenheira Clínica - COPLA/SESA

Assinado eletronicamente

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

PARECER TÉCNICO N° 3941/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1176/2025
NUP 24001.078560/2024-11
OFÍCIO PGE/CELIC N° 3817/2025



03 de dezembro de 2025

Talison Ribeiro Bezerra

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **TALISON RIBEIRO BEZERRA**, em **03/12/2025, às 16:56** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **STEPHANE ROCHA MORAIS**, em **03/12/2025, às 16:52** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **FRANCISCO DENILSON DE SOUSA ALBUQUERQUE**, em **03/12/2025, às 16:46** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **5E1C-558A-3580-7EEF**.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123